

Brugervejledning

Styreenhed Full HD

USB-billedhukommelse

Styreenhed til medicinsk endoskopi



TPA563-000-13
Version: C
2021 - Jan - 28

Indholdsfortegnelse		Side
0	Vigtige anvisninger angående dette dokument.....	7
0.1	Gyldighedsområde, identifikation, formål.....	7
0.2	Målgruppe.....	7
0.3	Håndtering og opbevaring af dokumentet.....	7
0.4	Supplerende dokumenter.....	7
1	Generelle oplysninger om produktet.....	8
1.1	Leveringsomfang.....	8
1.2	Produktbeskrivelse.....	9
1.2.1	Funktionsegenskaber og funktionsmåde.....	9
1.2.2	Styreenhedens forside.....	10
1.2.3	Styreenhedens bagside.....	11
1.2.4	Menu - funktioner, start og navigation.....	12
1.3	Anvendelse.....	13
1.3.1	Tilsluttet anvendelse.....	13
1.3.2	Indikationer.....	13
1.3.3	Kontraindikationer.....	13
1.4	Overensstemmelseskrav.....	14
1.4.1	Standarder og direktiver.....	14
1.4.2	Klassificering af medicinsk udstyr.....	14
1.5	Mærkning.....	15
1.5.1	Piktogrammer og informationer på produkt og emballage.....	15
1.5.2	Piktogrammer i dette dokument.....	16
1.6	Kontakt til teknisk service.....	16
1.7	Indberetningspligt ved alvorlige hændelser.....	16
2	Generelle sikkerhedsoplysninger.....	17
2.1	Visning af advarsler.....	17
2.1.1	Advarsler i begyndelsen af et kapitel.....	17
2.1.2	Advarsler i teksten.....	18
2.2	Produktsikkerhed.....	18
2.2.1	Grundlæggende sikkerhedsanvisninger.....	18
2.2.2	Personalets kvalifikationer.....	19
2.2.3	Elektromagnetisk kompatibilitet.....	20
2.2.4	Kombination med medicinsk elektrisk udstyr.....	20
2.2.5	Fejlvisninger.....	21

3	Installation og ibrugtagning	22
3.1	Sikkerhedsanvisninger	22
3.2	Personalets kvalifikationer	23
3.3	Installation	24
3.3.1	Opstilling	24
3.3.2	Tilslutning af billedskærme	25
3.3.3	Tilslutning til et tastatur	25
3.3.4	Tilslutning af fodkontakter	25
3.3.5	Tilslutning af en recorder	25
3.3.6	Tilslutning af en lyskilde	27
3.3.7	Strømtilslutning	27
3.3.8	Første ibrugtagning og funktionskontrol	28
4	Konfiguration	29
4.1	Grundindstillinger	29
4.1.1	Systemprog	29
4.1.2	Position for visning på skærm	29
4.1.3	Dato og klokkeslæt, visningsformat	30
4.1.4	Billedformat af optagede billeder	30
4.1.5	Billed-gentagelsesfrekvens	31
4.1.6	Visninger på billedskærm	32
4.1.7	Akustisk signal ved fotooptagelse	33
4.1.8	Belysningstid	33
4.1.9	Konfiguration af fodkontakt	34
4.1.10	Visning af systeminformationer	35
4.2	Billedindstilling	36
4.2.1	Generelt	36
4.2.2	Ændring af indstillinger	38
4.2.3	Brugerdefineret billedindstilling	39
4.3	Nulstilling til fabriksindstillinger	39
4.3.1	Fuldstændig nulstilling	39
4.3.2	Nulstilling af enkelte fagområder	40

5	Betjening	41
5.1	Sikkerhedsanvisninger	41
5.2	Personalets kvalifikationer	42
5.3	Generelle anvisninger om betjeningen	43
5.4	Teknisk kontrol før brug	44
5.4.1	Visuel kontrol	44
5.4.2	Funktionskontrol	44
5.5	Tænding og slukning, frakobling fra strømforsyning	45
5.6	Forberedelse til brug	45
5.6.1	Tilslutning til styreenhed	45
5.6.2	Valg af fagområde	46
5.6.3	Udførelse af hvidbalance	47
5.6.4	Indtast patientdata	48
5.7	Oprettelse af optagelser	49
5.7.1	Oprettelse af billeder	49
5.7.2	Oprettelse af optagelser med et eksternt apparat	49
5.8	Anvisninger til opbevaring og transport	50
6	Rengøring og desinfektion	51
6.1	Sikkerhedsanvisninger	51
6.2	Gennemførelse	51
7	Vedligeholdelse og istandsættelse	52
7.1	Sikkerhedsanvisninger	52
7.2	Personalets kvalifikationer	52
7.3	Sikkerhedsteknisk kontrol (STK)	52
7.4	Skift af knapcelle	53
7.5	Udskiftning af sikring	54
7.6	Reparation	55
7.7	Fremgangsmåde ved fejl, fejltabel	56
8	Produktdata	57
8.1	Tekniske data	57
8.2	Omgivelsesbetingelser	57
8.3	Reservedele og tilbehør	58
8.4	Open-source-licenser	58
9	Bortskaffelse	59

0 Vigtige anvisninger angående dette dokument

0.1 Gyldighedsområde, identifikation, formål

Denne brugervejledning er gældende for følgende produkt:

Artikelbetegnelse: **Styreenhed Full HD**

Artikelnumre: **95-3910** - Styreenhed Full HD

95-3930 - Styreenhed Full HD USB-billedhukommelse

Denne brugervejledning er en del af produktet og indeholder alle oplysninger, som brugeren og ejeren har brug for til sikker og korrekt anvendelse.

0.2 Målgruppe

Denne brugervejledning er beregnet til læger, medicinsk personale, medicinske teknikere og medarbejdere, der er ansvarlige for levering af sterile produkter og fortrolige med betjening, vedligeholdelse, istandsættelse og klargøring af produktet.

0.3 Håndtering og opbevaring af dokumentet

Opbevar denne brugervejledning på et fastlagt sted og sørg for, at den altid er tilgængelig for målgruppen.

Ved salg af produktet skal brugervejledningen overdrages til den nye ejer, og ved ændring af produktets placering skal dokumentet følge med produktet.

0.4 Supplerende dokumenter

EMC Kravene til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) beskrives i den separat vedlagte brochure

Medicinsk elektrisk udstyr

iht. IEC 60601-1-2

Overhold de deri omtalte forskrifter og informationer ved installationen og under brug.

Brugervejledning til
kamerahovedet

Følg ligeledes brugervejledningen til det anvendte kamerahoved for sikker brug.

1 Generelle oplysninger om produktet

1.1 Leveringsomfang

Produktets leveringsomfang omfatter:

- En styreenhed
- Et DVI-kabel (2 m)
- To 3,5 mm jackstik-kabler (1,2 m)
- Et kabel til MIS-bus tilslutning (0,75 m)
- Et strømkabel (art.-nr. på forespørgsel)
- En brugervejledning (TPA563-000-XXX_C)
- En brochure til anvendte open source-licenser (TPO003-121-01)
- En brochure om EMC (TPI005-121-20)

Kontrollér
leveringsomfanget!

Kontrollér ved modtagelsen, at leveringen er fuldstændig og intakt ved hjælp af følgesedlen.


Leveringen har forladt fabrikken i fejlfri tilstand. Såfremt der alligevel skulle være grund til reklamation, bedes du henvende dig til vores tekniske service.

1.2 Produktbeskrivelse

1.2.1 Funktionsegenskaber og funktionsmåde

Medicinsk endoskopi	<p>Det pågældende produkt er en styreenhed til brug ved medicinsk endoskopi.</p> <p>Styreenheden og kamerahovedet udgør tilsammen kameraet, som er baseret på CMOS-teknik.</p>
Full HD - 1080p	<p>I forbindelse med en egnet billedskærm leverer kameraet en native Full HD-opløsning med fuld billedopløsning (1080p).</p>
Mange konfigurationsmuligheder	<p>Kameraet giver, ud over almindelige indstillingsmuligheder, mulighed for at oprette forskellige profiler til endoskopiske anvendelser. Profilerne er forudindstillede til optimeret billedvisning, men der er også mulighed for at ændre profilen og tilpasse den til individuelle behov. Desuden kan der konfigureres to ekstra profiler.</p> <p>De generelle indstillingsmuligheder omfatter valg af sprog til konfigurationsmenuen og skærmvisninger samt tildeling af knapper på kamerahovedet. Sproget er fra fabrikken indstillet til engelsk.</p>
Optagelser	<p>Styreenheden med artikelnummeret 95-3930 giver mulighed for at optage og gemme billeder på en USB-hukommelse, der kan stikkes ind på styreenhedens forside. Såfremt der er tilsluttet en ekstern recorder, kan der ud over billeder også optages videoer.</p> <p>Styreenheden kan anvendes med forskellige kamerahoveder.</p>

1.2.2 Styreenhedens forside




Figur 1-1: Styreenhedens forside.

Billedtekst til figur 1-1

- 1 Knap TIL / Standby
- 2 Tilslutning til kamerahoved
- 3 Knap fotooptagelse (option) / opad i menuen
- 4 Knap hvidbalance / nedad i menuen
- 5 Knap åbne menu / Enter
- 6 Tilslutning USB-hukommelse (som option)

1.2.3 Styreenhedens bagside



Figur 1-2: Styreenhedens bagside.






Billedtekst til figur 1-2

- 1 Apparatstik
- 2 Sikringsholder
- 3 Hovedafbryder til strømforsyning
- 4 MIS-bus (MIS-Bus)
- 5 Tilslutning til recorder (Remote-Out)
- 6 Tilslutning til potentialudligning
- 7 Tilslutning til fodkontakt (Remote-In)
- 8 Grænseflade til service (tildækket)
- 9 2x DVI-udgang
- 10 Batterirum (Battery CR2032)
- 11 2x HD-SDI-udgang
- 12 Tilslutning til tastatur

1.2.4 Menu - funktioner, start og navigation

Konfiguration	I menuen konfigureres udstyret, og grundindstillingerne og billedindstillingerne foretages.
Valg af fagområde	Fagområdet vælges med de forudindstillede optimerede profilindstillinger, og patientdata indtastes (option).
Betjeningsfunktioner	Før og under indgrebene kan billedvisningen ændres, og hvidbalance eller optagelser udføres – direkte via knapper på kamerahovedet, hvis konfigurationen er udført tilsvarende.
Åbning og navigation	Åbning af og navigation i menuen er mulig vha. knapperne på udstyrets forside, vha. tastaturet eller med knapperne på kamerahovedet.

Navigation i menuen med knapperne på udstyrets forside

	Åbning af menu:	Tryk kort på knappen.
	Opad i menuen:	Tryk kort på knappen.
	Nedad i menuen:	Tryk kort på knappen.
	Bekræft valget i menuen:	Tryk kort på knappen.
	Forlad menuen:	Tryk på knappen og hold den nede.

Navigation i menuen med tastatur

→	Åbning af menu:	Tryk på højre-pileknappen.
↑	Opad i menuen:	Tryk på opad-pileknappen.
↓	Nedad i menuen:	Tryk på nedad-pileknappen.
→	I menuen et niveau dybere:	Tryk på højre-pileknappen.
→	Bekræft valget i menuen:	Tryk på højre-pileknappen.
←	I menuen et niveau tilbage:	Tryk på venstre-pileknappen.
→	Åbning af setup-menu:	Tryk på højre-pileknappen og hold den nedtrykket.
→	Forlad menuen:	Tryk på højre-pileknappen og hold den nedtrykket.

1.3 Anvendelse

1.3.1 Tilsigtet anvendelse

Produktet har til formål at visualisere anatomiske strukturer i menneskets krop.

Afhængigt af det tilsluttede kamerahoved opfylder produktet BF- eller CF-betingelserne iht. IEC 60601-1 til beskyttelse mod elektrisk stød.


Denne beskyttelse skal forekomme ved alle forbindelser mellem endoskop og tilsluttet udstyr.



Produkter, som opfylder BF-betingelserne, er mærket med det illustrerede symbol ved siden af.



Produkter, som opfylder CF-betingelserne, er mærket med det illustrerede symbol ved siden af og giver en endnu større beskyttelse mod elektrisk stød og er godkendt til direkte anvendelse ved hjertet.



Desuden er de produkter, der er resistente mod impulserne fra en defibrillator, mærket med et af symbolerne ved siden af svarende til deres isolering.

1.3.2 Indikationer

Minimal-invasivt indgreb.

Kirurgi, generel endoskopi.

1.3.3 Kontraindikationer

Anvendelse af kamerakomponenter og kameratilbehøret er kontraindiceret, såfremt endoskopimetoden af en eller anden grund er kontraindiceret. Ligesom ved ethvert andet kirurgisk indgreb skal der også tages hensyn til patientens størrelse og undersøgelsesområdet, når kamerakomponenterne skal anvendes. Afhængigt af patientens sygdom kan der foreligge kontraindikationer, som er begrundet i patientens generelle tilstand eller det pågældende sygdomsbillede. Afgørelsen om at foretage et endoskopisk indgreb er kirurgens ansvar og skal begrundes i en individuel risiko-benefit-vurdering.

1.4 Overensstemmelseskrav

1.4.1 Standarder og direktiver

Produktet, der består af styreenhed og kamerahoved, opfylder kravene i følgende anvendte standarder:

- **IEC 60601-1** Medicinsk elektrisk udstyr - del 1:
Generelle krav til sikkerheden og væsentlige funktionsegenskaber
- **IEC 60601-1-2** Medicinsk elektrisk udstyr - del 1-2:
Elektromagnetisk kompatibilitet
- **IEC 60601-2-18** Medicinsk elektrisk udstyr - del 2-18:
Særlige krav til sikkerheden og væsentlige funktionsegenskaber i endoskopiudstyr

1.4.2 Klassificering af medicinsk udstyr

Produktet er medicinsk udstyr i klasse I iht. gældende **EU-regularier**.

1.5 Mærkning

1.5.1 Piktogrammer og informationer på produkt og emballage

Efterfølgende forklares piktogrammerne på produktet eller emballagen.



Følg brugervejledningen



CE-mærkning



Artikelnummer



Serienummer



Medicinsk udstyr



Producent



Fremstillingsdato



OBS! (IEC 60601-1 3. udgave) /

Bemærk, ledsagende dokumentation skal overholdes (IEC 60601-1 2. udgave)



Må ikke anvendes i omgivelser med magnetisk resonans



Potentialudligning



Tilladt opbevarings- og transporttemperatur



Tilladt relativ luftfugtighed under opbevaring og transport



Tilladt lufttryk under opbevaring og transport

R_x only

Forsigtig: En læge, der sælger eller ordinerer dette produkt, skal overholde begrænsningerne i den amerikanske lovgivning



Særskilt indsamling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr



Elektrisk beskyttelse



Vekselstrøm

1.5.2 Piktogrammer i dette dokument

Efterfølgende forklares piktogrammerne i dette dokument.



Generelt advarselstegn



Advarsel om farlig elektrisk spænding



Advarsel om biologiske risici, infektionsfare

1.6 Kontakt til teknisk service

Henvend dig til en af vores filialer i tilfælde af spørgsmål til vores produkter, til installationen eller til brugen heraf og i tilfælde af ønske om service.

Kontaktoplysninger findes på bagsiden af dette dokument.

1.7 Indberetningspligt ved alvorlige hændelser

Enhver alvorlig hændelse, der er indtruffet i forbindelse med udstyret, skal indberettes til fabrikanten og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten er etableret.

2 Generelle sikkerhedsoplysninger

2.1 Visning af advarsler

2.1.1 Advarsler i begyndelsen af et kapitel

De efterfølgende beskrevne advarsler findes samlet i begyndelsen af de kapitler med beskrivelser af handlinger, som kan medføre risici.

Alvorligheden af den potentielle risiko udtrykkes i signalord, som påpeger advarslen.

Læs disse advarsler omhyggeligt og vær bevidst om disse, når de pågældende aktioner udføres.

Advarsel om risiko, der kan medføre død eller alvorlig kvæstelse:



⚠ ADVARSEL

Type og årsag til personskade

Følger ved ikke-overholdelse

- > Foranstaltninger til afværgelse af fare

Advarsel om risiko, der kan medføre en mindre alvorlig eller moderat kvæstelse:



⚠ FORSIGTIG

Type og årsag til personskade

Følger ved ikke-overholdelse

- > Foranstaltninger til afværgelse af fare

Advarsel om mulige materielle skader:

BEMÆRK

Type og årsag til risiko for en materiel skade

Følger ved ikke-overholdelse

- > Foranstaltninger til afværgelse af fare

2.1.2 Advarsler i teksten

De efterfølgende beskrevne advarsler findes i vejledningerne til handlingerne umiddelbart før handlingstrinnene, som kan medføre risici.

Alvorligheden af den potentielle risiko udtrykkes i signalord, som påpeger advarslen.

Læs advarslerne opmærksomt og følg foranstaltningerne til afværgelse af faren.

Advarsel om risiko, der kan medføre død eller alvorlig kvæstelse:



ADVARSEL! Type og årsag til faren. Følger ved ikke-overholdelse. Foranstaltninger til afværgelse af fare.

Advarsel om risiko, der kan medføre en mindre alvorlig eller moderat kvæstelse:



FORSIGTIG! Type og årsag til faren. Følger ved ikke-overholdelse. Foranstaltninger til afværgelse af fare.

Advarsel om en mulig materiel skade:

BEMÆRK! Type og årsag til faren. Følger ved ikke-overholdelse. Foranstaltninger til afværgelse af fare.

2.2 Produktsikkerhed

2.2.1 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger

Vores produkter udvikles og fremstilles i henhold til de højeste kvalitetskrav.

Farer - på trods af højeste kvalitet









Skønt det foreliggende produkt er fremstillet i henhold til det aktuelle tekniske niveau, kan der opstå farer i forbindelse med aktiveringen, brugen eller klargøringen og istandsættelsen.

Læs derfor denne brugervejledning opmærksomt igennem. Vær opmærksom på og følg advarslerne i dette dokument.

Benyt kun produktet, hvis det er i fejlfri stand og i overensstemmelse med formålet og følg samtidig brugervejledningen. Kontrollér før hver brug, at produktet og det anvendte tilbehør er fejlfrit og funktionsdygtigt.

Opbevar den originale emballage. Transportér og opbevar produktet i den originale emballage og anvend denne til returneringer i tilfælde af service.

Informér os omgående, såfremt der konstateres funktionssvigt eller fejlfunktioner.

-  **ADVARSEL!** Fare ved udførelse af egenhændige ændringer af produktet. Der kan opstå alvorlige personskader. Udfør aldrig selv ændringer på produktet.
-  **ADVARSEL!** Benyttelse af åbent udstyr. Risiko for elektrisk stød. Udstyret må ikke åbnes. Benyt kun udstyret, når det er lukket.
-  **ADVARSEL!** Udfald af komponenter under et indgreb. Fare for patienten. Hav altid en brugsklar erstatning klar.
-  **ADVARSEL!** Risiko som følge af udstyrets placering, opstilling, kombination eller egenskaber fra udstyr eller anordninger, der er forbundet med produktet. Overhold brugervejledningerne til de pågældende produkter. Foretag en risikovurdering.
-  **ADVARSEL!** Kvælningsfare. Opbevar emballagematerialet uden for børns rækkevidde.
-  **ADVARSEL!** Magnetresonanstomografi (MRT). Magnetisk kraftvirkning, elektromagnetiske vekselvirkninger, opvarmning af metaldele. Anvend ikke produktet i nærheden af MR-udstyr.
-  **FORSIGTIG!** Hårdhændet håndtering. Patientfare som følge af et beskadiget produkt. Håndtér produktet forsigtigt. Kamerakablet må ikke bøjes, klemmes eller bukkes for meget. Brug ikke produktet efter stærk mekanisk belastning eller efter fald, og send det til kontrol hos producenten.
-  **ADVARSEL!** Ukorrekt håndtering og pleje samt brug, der ikke er i overensstemmelse med formålet, kan medføre risiko for patienten, brugere og andre personer samt førtidig slitage af produktet.

2.2.2 Personalets kvalifikationer

Overhold kvalifikationskravene

Når det gælder installation, betjening og istandsættelse, kræves særlige kvalifikationer. Tag højde for kvalifikationskravene til personalet i de pågældende kapitler i dette dokument.

2.2.3 Elektromagnetisk kompatibilitet

Medicinsk elektrisk udstyr er underlagt strengere krav vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).

På trods af udstyrets høje støjimmunitet og den lave støjemission er installationen og placeringen af udstyret samt omgivelsesbetingelserne underlagt kravene i henhold til EMC-direktivet.

Overhold og følg derfor de pågældende advarsler i dette dokument og den vedlagte brochure om EMC.

Iht. IEC/CISPR 11 inddeles medicinsk elektrisk udstyr i grupper og klasser:

Gruppe 1: Produktet benytter eller genererer HF-energi udelukkende til sin interne funktion.

Gruppe 2: Produktet genererer HF-energi i frekvensområdet fra 9 kHz til 400 GHz i form af elektromagnetisk stråling eller vha. induktiv eller kapacitiv kobling til behandling af materiale, til materialeundersøgelse eller analyseformål.

Klasse A: Produktet **er ikke egnet** til brug i boligområder og områder, som er direkte tilsluttet et lavspændingsnet, som (også) forsyner boliger.

Bemærk: Dette udstyrs egenskaber, hvad angår emissionen, tillader brug i industriektoren og på sygehuse (CISPR 11, klasse A). Ved brug i boliger (hvor klasse B normalt er nødvendig ifølge CISPR 11) giver dette apparat muligvis ikke tilstrækkelig beskyttelse mod radiokommunikationstjenester. Det kan være nødvendigt at træffe korrigerende foranstaltninger, f.eks. flytte eller omstille apparatet.

Klasse B: Produktet **er egnet** til brug i boligområder og områder, som er direkte tilsluttet et lavspændingsnet, som (også) forsyner boliger.



ADVARSEL! Brug af andet tilbehør, andre omformere og andre kabler end de, som producenten af dette udstyr foreskriver eller har stillet til rådighed, kan medføre øgede elektromagnetiske emissioner eller en reduceret elektromagnetisk immunitet for udstyret og udløse fejlbehæftede funktioner.



ADVARSEL! Bærbart HF-kommunikationsudstyr (radioer), inkl. deres tilbehør, f.eks. antennekabler og eksterne antenner, må ikke anvendes i en afstand, der er mindre end 30 cm (12 in) til de af producenten benævnte komponenter og kabler til det produkt, der nævnes i dette dokument's gyldighedsområde. Hvis disse anvisninger ikke overholdes, kan det mindske produktets ydeevne.



ADVARSEL! Støj på livebilledet fra eksterne støjkluder (f.eks. bærbare apparater, såsom mobiltelefoner). Fare for patienten.

- > Fjern alle støjkluder
- > Overhold mindsteafstandene
- > Sørg for, at livebilledet vises korrekt på skærmen

2.2.4 Kombination med medicinsk elektrisk udstyr

Produktet kan kombineres med komponenter fra andre producenter, såfremt alle komponenter opfylder kravene i IEC 60601-1 til sikkerheden i medicinsk elektrisk udstyr.

Ejeren er ansvarlig for at kontrollere systemet fungerer korrekt og vedligeholde det.

Ved brug af udstyr fra forskellige producenter og ved fælles brug af et endoskop og/eller endoskopisk udstyr med elektromedicinsk udstyr skal den til anvendelsen nødvendige elektriske isolering af brugerdelen være installeret (BF-/CF-betingelser iht. IEC 60601-1).

Såfremt du skulle have spørgsmål om kompatibiliteten, bedes du henvende dig til den tekniske service i vort firma.

2.2.5 Fejlvisninger

Overophedning

Udstyret er forsynet med en intern temperaturføler.

I tilfælde af overtemperatur i styreenheden vises følgende meddelelse på skærmen "Excess temperature! Attention, Camera will switch off in two minutes"(Overtemperatur! Pas på, kameraet slukker om 2 minutter").

Når menuen er åben, lukkes den automatisk, når meddelelsen vises.

Inkompatibel USB-hukommelse (kun ved model med fotooptagelse-funktion)

Kompatible USB-hukommelser arbejder med filsystemet FAT32.

Ved brug af en inkompatibel USB-hukommelse vises meddelelsen "USB storage device in incorrect format!" ("USB-hukommelse forkert format") ved forsøg på at gemme en optagelse.

Det anbefales at lave en prøveoptagelse, når der tilsluttes en USB-hukommelse.

3 Installation og ibrugtagning

3.1 Sikkerhedsanvisninger



ADVARSEL

Ukorrekt elektrisk installation

Risiko for brand, kortslutning og elektrisk stød

- > Kontrollér, at den elektriske installation er i overensstemmelse med de nationale, gældende tekniske bestemmelser



ADVARSEL

Installation af et medicinsk elektrisk system

Risiko for brand, kortslutning og elektrisk stød

- > Installationen må kun udføres af autoriseret personale
- > Ved kombination af elektrisk udstyr skal bilag I i IEC 60601-1 følges
- > Ikke-medicinsk udstyr, som overholder de gældende IEC-sikkerhedsstandarder, må kun tilsluttes via en medicinsk isoleringstransformator
- > Der må ikke tilsluttes yderligt ikke-medicinsk udstyr til et medicinsk elektrisk system
- > Signalledninger fra udstyr med funktionsforbindelse, som er tilsluttet forskellige grene af strømforsyningen, skal i begge sider isoleres galvanisk
- > Der må kun tilsluttes udstyr med beskyttelsesleder til forsyningsnettet
- > Efter installation af et medicinsk elektrisk system skal der udføres en kontrol iht. IEC 62353



ADVARSEL

Brug af stikdåser med flere udtag

Risiko for brand, kortslutning og elektrisk stød

- > Såfremt det påkræves, skal der benyttes medicinsk godkendte stikdåser med flere udtag
- > Stikdåser med flere udtag må aldrig forbindes med hinanden
- > Stikdåser med flere udtag må ikke tildækkes (varmeakkumulering)
- > Stikdåser med flere udtag må ikke ligge på gulvet
- > Sørg for trækaflastning
- > Der må kun tilsluttes udstyr til en fælles stikdåse med flere udtag, som er del af det medicinske elektriske system

**⚠ ADVARSEL****Elektromagnetiske vekselvirkninger**

Begrænsninger i funktion og billedkvalitet er mulig

- > Overhold anvisningerne i vedlagte brochure om EMC
- > Sørg for, at udstyr, der står tæt ved siden af hinanden, ikke forstyrrer hinanden med elektromagnetiske emissioner
- > Efter installationen skal der udføres en funktionskontrol

3.2 Personalets kvalifikationer

Fagpersonale Personale, som foretager opstillingen eller installationen af medicinsk elektrisk udstyr, skal have en adækvat uddannelse og være fortrolig med de på installationsstedet gældende sikkerhedsrelevante bestemmelser fra myndighederne.

3.3 Installation

3.3.1 Opstilling

Opstilling af udstyret

Overhold sikkerhedsanvisningerne i begyndelsen af dette kapitel og indholdet i den vedlagte brochure om EMC.

Fortsæt som følger:



ADVARSEL! Risiko ved opstilling i eksplosionsfarligt område. Øget brand- og eksplosionsfare i omgivelser med højt iltindhold. Anbring udstyret uden for eksplosionsfarligt område og ikke i nærheden af antændelige materialer.



ADVARSEL! Risiko som følge af elektromagnetisme. Funktionsfejl og billedfejl er mulige. Anvend kun de medleverede kabler. Sørg for, at alt udstyr, som benyttes i nærheden, opfylder EMC-kravene. Efter installationen skal der udføres en funktionskontrol.



ADVARSEL! Brug af udstyret i umiddelbar nærhed af andet udstyr eller med andet udstyr, der er stablet oven på hinanden skal undgås, da det kan udløse fejlbehæftede funktioner. Skulle det være nødvendigt at anvende apparatet på ovennævnte måde, skal det og det andet udstyr overvåges for at sikre, at det fungerer korrekt.

1. Anbring udstyret.

Anbring det sikkert!

Sørg for, at udstyret opstilles som følger:

- vandret på en skridsikker og tilstrækkeligt stabil overflade,
- uden for patientomgivelsen eller det sterile område på en tilstrækkelig stabil holder,
- stænkbeskyttet,
- fri for vibrationer under brug,
- ventilationsåbningerne er ikke tildækket,
- hovedafbryderen på udstyrets bagside skal være tilgængelig.



2. Forbind **potentialudligningstilslutningen** på udstyrets bagside med potentialudligningstilslutningen på installationsstedet.

Anvend et potentialudligningskabel iht. DIN 42801 med et tværsnit på mindst 4 mm².

- Udstyret er opstillet korrekt.

3.3.2 Tilslutning af billedskærme

Tilslutning af billedskærme

Det er muligt at tilslutte flere billedskærme. Vælg det bedste mulige signal ved tilslutning af hoved-skærmen. Følg brugervejledningen til billedskærmen.

Fortsæt som følger:

1. Forbind en **DVI**-tilslutning på udstyrets bagside til DVI-indgangen på hoved-skærmen.
Anvend det vedlagte DVI-kabel.
2. Tilslut eventuelt yderligere billedskærme til de resterende video-udgange.

Fastlås kablet Fastlås tilslutningskablet i begge sider, så det ikke løsnes ved et uheld.

- Læg kablet på sikker vis!
3. Læg alle kabler således, at ingen kan snuble over eller hænge fast i dem.
 Billedskærmene er tilsluttet korrekt.

3.3.3 Tilslutning til et tastatur

Tilslutning af tastatur

Fortsæt som følger:

1. Forbind tastaturets tilslutningskabel til USB-tilslutningen med påskriften **USB-Keyboard (USB-tastatur)** på udstyrets bagside.

- Læg kablet på sikker vis!
2. Læg alle kabler således, at ingen kan snuble over eller hænge fast i dem.
 Tastaturet er tilsluttet korrekt.

3.3.4 Tilslutning af fodkontakter

Tilslutning af fodkontakt

Det er muligt at tilslutte op til to fodkontakter med en pedal. Tilslut fodkontakten, hvis du vil styre kameraet med fodkontakten.

Bemærk: Kun den i [afsnit 8.3](#) angivne fodkontakt er kompatibel.

Fortsæt som følger:

1. Forbind en fodkontakt til **Remote-In 1**-tilslutningen på kameraets styreenhed.
2. Forbind den anden fodkontakt til **Remote-In 2**-tilslutningen på kameraets styreenhed.

Konfiguration af fodkontakt

- Læg kablet på sikker vis!
3. Konfigurer fodkontakten som beskrevet i [afsnit 4.1.9](#).
 4. Læg alle kabler således, at ingen kan snuble over eller hænge fast i dem.
 Fodkontakterne er tilsluttet korrekt.

3.3.5 Tilslutning af en recorder

Tilslutning af en recorder

Følg brugervejledningen til recorderen.

Fortsæt som følger:

1. Forbind, afhængigt af recorderens signalkvalitet, en **DVI-** eller en **HD-SDI-**tilslutning på udstyrets bagside til den tilsvarende indgang på recorderen.
2. Hvis du ønsker at lave optagelser med knapperne på kameraet eller med fodkontakten, skal Remote-Out-tilslutningerne på udstyrets bagside forbindes med de korresponderende indgange på recorderen.

Anvend de vedlagte 3,5 mm jackstik-kabler.

Remote-Out 1
til billeder

Forbind **Remote-Out 1**-tilslutningen med tilslutningen til optagelse af billeder med recorderen.

Remote-Out 2
til videooptagelser

Forbind **Remote-Out 2**-tilslutningen med tilslutningen til optagelse af billeder med recorderen.

3. Ændr om nødvendigt tildelingen af knapper på kamerahovedet.

Læg kablerne på sikker
vis!

4. Læg alle kabler således, at ingen kan snuble over eller hænge fast i dem.

Recorderen er tilsluttet korrekt.

3.3.6 Tilslutning af en lyskilde

Tilslutning af lyskilde

Den tilsluttede lyskilde kan styres med knapperne på kamerahovedet.

Bemærk: Det er kun kompatible lyskilder, der kan styres med knapperne på kamerahovedet.

Fortsæt som følger:

1. Forbind MIS-bus-tilslutningerne på styreenhed og lyskilde med hinanden. Anvend det vedlagte MIS-bus-kabel.
2. Sørg for, at tilslutningerne er fastlåst i begge sider.
3. Om nødvendigt ændres tastebindingen på kamerahovedet, således at lyskilden kan tændes og slukkes vha. knapperne på kamerahovedet, eller hvis du ønsker at styre lysstyrken.

Lyskilden er tilsluttet korrekt.

Konfiguration af knapper på kamerahovedet

3.3.7 Strømtilslutning

Tilslutning af udstyr

Strømforsyningen tilsluttes som det sidste. Overhold sikkerhedsanvisningerne i begyndelsen af dette kapitel.

For at garantere en permanent strømforsyning, anbefales en strømforsyning, som ikke kan afbrydes (USV).

BEMÆRK! Risiko for kondensvand ved ekstreme temperaturforskelle. Hvis udstyret opbevares meget koldt, kan luftfugtigheden kondensere til vand i udstyret ved hurtige temperaturskift fra koldt til varmt. Vent med at tilslutte strømmen og tænde for udstyret, indtil udstyret har samme temperatur som omgivelserne.

Fortsæt som følger:

1. Sørg for, at strømspændingen på opstillingsstedet stemmer overens med informationerne på udstyrets typeskilt.
2. Stik strømkablet ind i strømtilslutningsbøsningen på udstyrets bagside.
3. Forbind strømkablet til strømforsyningen.



ADVARSEL! Gnistdannelse i eksplosionsfarligt område. Eksplosionsfare. Forbind strømstikket til strømforsyningen uden for eksplosionsfarlige områder.

4. Læg kablet således, at ingen kan snuble over eller hænge fast i det.

Udstyret er tilsluttet korrekt.

Læg kablerne på sikker vis!

3.3.8 Første ibrugtagning og funktionskontrol

Udførelse af funktionskontrol

Inden første ibrugtagning skal installationen og udstyrets funktioner kontrolleres.

Forudsætning: Installationen skal være afsluttet.

Fortsæt som følger:

1. Hovedafbryderen på udstyrets bagside stilles på TIL.
> *Udstyret skifter over i standby-modus.*
2. Tænd for udstyret samt alt udstyr i omgivelserne.
3. Tilslut kamerahovedet som beskrevet i [afsnit 5.6.1](#).
4. Udfør hvidbalance som beskrevet i [afsnit 5.6.3](#).
5. Vend kamerahovedet mod et objekt i rummet og fokusér på billedet.
6. Sørg for, at billedskærmen viser et godt billede uden striber, farveforskydninger eller flakkende billeder.

Tilslutning af
kamerahoved

Udfør hvidbalance

Indstilling af skarphed i
billedet



Er billedet på skærmen ikke fejlfrit?

Elektromagnetisme kan udløse forstyrrelser.

Gør afstanden mellem udstyret større ved at ændre placeringen i forhold til hinanden. Kontakt om nødvendigt vores tekniske service.

7. Sørg for, at knapperne på kamerahovedet kan betjenes korrekt.
 Funktionskontrollen er afsluttet.

4 Konfiguration

4.1 Grundindstillinger

4.1.1 Systemsprog

Indstilling af systemsprog



Navigér med pile-knapperne i menuen og bekræft valget med enter-knappen.

Fortsæt som følger:



1. Tryk på knappen **Menu** på forsiden af udstyret i ca. 2 sekunder.
> *Hovedmenuen åbnes på skærmen.*

2. Navigér hen til menuposten **Options (Optioner)**.

3. Tryk på knappen **Menu** i ca. 2 sekunder.
> *Setup-menuen åbnes på skærmen.*

4. Navigér hen til **Configuration** (Konfiguration) og bekræft.

Sprogvalg

5. Navigér hen til **Language selection** (Sprogvalg) og bekræft.

6. Vælg det ønskede sprog og bekræft.

> Valget vises med hvid skrift.

> Sproget ændres som ønsket.

Systemsproget er indstillet.

4.1.2 Position for visning på skærm

Korriger positionen for skærmvisninger

For at korrigere positionen for skærmvisninger, skal der vælges et billedformat på 16:9 eller 16:10, afhængigt af den anvendte skærm.



Navigér med pile-knapperne i menuen og bekræft valget med enter-knappen.

Fortsæt som følger:



1. Tryk på knappen **Menu** på forsiden af udstyret i ca. 2 sekunder.
> *Hovedmenuen åbnes på skærmen.*

2. Navigér hen til menuposten **Options (Indstillinger)**.

3. Tryk på knappen **Menu** i ca. 2 sekunder.
> *Setup-menuen åbnes på skærmen.*

4. Navigér hen til **Configuration (Konfiguration)** og bekræft.

16:9 / 16:10

5. Navigér hen til **16:9 / 16:10** og bekræft.

> Valget vises med hvid skrift.

6. Vælg det ønskede billedformat og bekræft.

Positionen for skærmvisninger er korrigeret.

4.1.3 Dato og klokkeslæt, visningsformat

Indstilling af dato og klokkeslæt



Navigér med pile-knapperne i menuen og bekræft valget med enter-knappen.

Fortsæt som følger:



1. Tryk på knappen **Menu** på forsiden af udstyret i ca. 2 sekunder.

> Hovedmenuen åbnes på skærmen.

2. Navigér hen til menuposten **Options (Indstillinger)**.

3. Tryk på knappen **Menu** i ca. 2 sekunder.

> Setup-menuen åbnes på skærmen.

4. Navigér hen til **Configuration (Konfiguration)** og bekræft.

Dato/tid

5. Navigér hen til **Date/time (Dato/tid)** og bekræft.

6. Vælg det ønskede visningsformat og bekræft.

> Valget vises med hvid skrift.

7. Indstil dato og klokkeslæt og gem med Enter.

Dato og klokkeslæt er indstillet.

4.1.4 Billedformat af optagede billeder

Indstilling af billedformat (option)

Bestem, i hvilket filformat billederne skal gemmes. Du kan vælge mellem BMP og JPEG.



Navigér med pile-knapperne i menuen og bekræft valget med enter-knappen.

Fortsæt som følger:



1. Tryk på knappen **Menu** på forsiden af udstyret i ca. 2 sekunder.

> Hovedmenuen åbnes på skærmen.

2. Navigér hen til menuposten **Options (Indstillinger)**.

3. Tryk på knappen **Menu** i ca. 2 sekunder.

> Setup-menuen åbnes på skærmen.

4. Navigér hen til **Configuration (Konfiguration)** og bekræft.

Billedformat

5. Navigér hen til **Image format (Billedformat)** og bekræft.

6. Vælg det ønskede filformat og bekræft.

Vælg BMP, hvis du ønsker billeder i høj kvalitet, der ikke er komprimerede. Et billede kan være op til 6 MB stort.

Vælg JPG, hvis du ønsker komprimerede billeder i god kvalitet med en mindre filstørrelse på ca. 400 KB.

> Valget vises med hvid skrift.

Billedformatet er indstillet.

4.1.5 Billed-gentagelsesfrekvens

Indstilling af billed-gentagelsesfrekvens

Ændr ikke på den fra fabrikken forudindstillede billed-gentagelsesfrekvens. En ændring af indstillingen er kun nødvendig i undtagelsestilfælde.



Navigér med pile-knapperne i menuen og bekræft valget med enter-knappen.

Fortsæt som følger:



1. Tryk på knappen **Menu** på forsiden af udstyret i ca. 2 sekunder.

> *Hovedmenuen åbnes på skærmen.*

2. Navigér hen til menuposten **Options (Indstillinger)**.

3. Tryk på knappen **Menu** i ca. 2 sekunder.

> *Setup-menuen åbnes på skærmen.*

4. Navigér hen til **Configuration (Konfiguration)** og bekræft.

50Hz / 60Hz

5. Navigér hen til **50Hz / 60Hz** og bekræft.

6. Vælg det ønskede billedgentagelsesfrekvens og bekræft.

> Valget vises med hvid skrift.

> Et dialogvindue til bekræftelse åbnes.

7. Bekræft dialogvinduet med **Perform (Udfør)**.

Billed-gentagelsesfrekvensen er indstillet.

4.1.6 Visninger på billedskærm

Fastlæggelse af visninger

Fastlæg, om dato, tid og eventuelt patientdata skal vises på skærmen. Bestem desuden, om tildelingen af knapperne på kamerahovedet skal vises, når der tændes for kamerasystemet.



Navigér med pile-knapperne i menuen og bekræft valget med enter-knappen.

Fortsæt som følger:



1. Tryk på knappen **Menu** på forsiden af udstyret i ca. 2 sekunder.

> *Hovedmenuen åbnes på skærmen.*

2. Navigér hen til menuposten **Options (Indstillinger)**.

3. Tryk på knappen **Menu** i ca. 2 sekunder.

> *Setup-menuen åbnes på skærmen.*

4. Navigér hen til **Configuration (Konfiguration)** og bekræft.

Skærmvisning

5. Navigér hen til **OSD (Skærmvisning)** og bekræft.

6. Vælg de ønskede visninger og bekræft.

> *Valget vises med hvid skrift.*

Ved tilsvarende valg

- vises dato og klokkeslæt på skærmen øverst til venstre,
- vises patientdata på skærmen øverst til højre,
- vises tildelingen af knapperne på kamerahovedet i nogle sekunder efter at have tændt for kamerasystemet.

Visningerne er fastlagt.

4.1.7 Akustisk signal ved fotooptagelse

Tænd eller sluk for signal (option)

Bestem, om fotooptagelser skal bekræftes med et akustisk signal.



Navigér med pile-knapperne i menuen og bekræft valget med enter-knappen.

Fortsæt som følger:



1. Tryk på knappen **Menu** på forsiden af udstyret i ca. 2 sekunder.
> Hovedmenuen åbnes på skærmen.

2. Navigér hen til menuposten **Options (Indstillinger)**.

3. Tryk på knappen **Menu** i ca. 2 sekunder.
> Setup-menuen åbnes på skærmen.

4. Navigér hen til **Configuration (Konfiguration)** og bekræft.

Akustisk signal

5. Navigér hen til **Beeper (Akustisk signal)** og bekræft.

6. Aktivér eller deaktivér signallyden og bekræft.
> Valget vises med hvid skrift.

Signalet er indstillet.

4.1.8 Belysningstid

Indstilling af belysningstid

Belysningstiden udføres normalt automatisk. Indstillingen af en fastlagt belysningstid kan ved særlige anvendelser være hensigtsmæssigt, f.eks. til reducere af svingeffekter ved stroboskopi.

Indstil om nødvendigt en fast belysningstid.



Navigér med pile-knapperne i menuen og bekræft valget med enter-knappen.

Fortsæt som følger:



1. Tryk på knappen **Menu** på forsiden af udstyret i ca. 2 sekunder.
> Hovedmenuen åbnes på skærmen.

2. Navigér hen til menuposten **Options (Indstillinger)**.

3. Tryk på knappen **Menu** i ca. 2 sekunder.
> Setup-menuen åbnes på skærmen.

4. Navigér hen til **Configuration (Konfiguration)** og bekræft.

Shutter

5. Navigér hen til **Shutter (Shutter)** og bekræft.

6. Vælg "Auto" ("Auto") eller "Manual" ("Manuel") og bekræft.
Ved valg af "Manuel" indstilles og bekræftes den ønskede belysningstid.
> Valget vises med hvid skrift.
- Belysningstiden er indstillet.

4.1.9 Konfiguration af fodkontakt

Konfiguration af fodkontakt

Tildel fodkontakten en funktion efter eget ønske.



Navigér med pile-knapperne i menuen og bekræft valget med enter-knappen.

Fortsæt som følger:



1. Tryk på knappen **Menu** på forsiden af udstyret i ca. 2 sekunder.
> *Hovedmenuen åbnes på skærmen.*
2. Navigér hen til menuposten **Options (Indstillinger)**.
3. Tryk på knappen **Menu** i ca. 2 sekunder.
> *Setup-menuen åbnes på skærmen.*
4. Navigér hen til **Configuration (Konfiguration)** og bekræft.
- Fodkontakt 5. Navigér hen til **Foot switch (Fodkontakt)** og bekræft.
6. Tildel fodkontakten en funktion efter eget ønske.
Vælg en af de følgende funktioner:
 - Selective color enhancement (SCE) (Selektiv farveforbedring (SCE)) (option)
 - Smoke reduction (Røgreduktion) (option)
 - Grid removal (Mønsterfjernelse) (option)
 - Light source on/off (Lyskilde til/fra)
 - Photo [capture] (Foto [optagelse]) (på USB-hukommelse, option)
 - Remote-Out 1 (billedoptagelse med tilsluttet recorder)
 - Remote-Out 2 (billedoptagelse med tilsluttet recorder)

Bemærk: De valgte billedindstillinger er beskrevet nærmere i [afsnit 4.2.1](#).

- Fodkontakten er konfigureret.

4.1.10 Visning af systeminformationer

Visning af systeminformationer

Systeminformationerne kan være nyttige for den tekniske service.



Navigér med pile-knapperne i menuen og bekræft valget med enter-knappen.

Fortsæt som følger:



1. Tryk på knappen **Menu** på forsiden af udstyret i ca. 2 sekunder.

> Hovedmenuen åbnes på skærmen.

2. Navigér hen til menuposten **Options (Indstillinger)**.

3. Tryk på knappen **Menu** i ca. 2 sekunder.

> Setup-menuen åbnes på skærmen.

Systeminfo

4. Navigér hen til **System information (Systeminfo)** og bekræft.

5. Få vist de ønskede informationer:

- Software version (Softwareversion)
- Hardware version (Hardwareversion)
- Serial number > Controller (Serienummer > Styreenhed), Serial number > Camera head (Serienummer > Kamerahoved) og Serial number > Light source (Serienummer > Lyskilde)

Systeminformationerne blev vist.

4.2 Billedindstilling

4.2.1 Generelt

I konfigurationsmenuen kan der vælges optimerede kameraindstillinger for udvalgte endoskopiske fagområder.

Du har mulighed for at tilpasse billedindstillingerne til dine behov og gemme disse.

Følgende indstillelige parametre kan vælges for hvert fagområde:

Brightness (Lysstyrke)

Med lysstyrken reguleres kameraets belysning.

Reducér lysstyrken for at gøre overtoninger svagere og forøg lysstyrken for at gøre billedet lysere.

Contrast (Kontrast)

Med kontrasten ændres billedets kontrastgengivelse.

Reducér kontrasten for at få et homogent belyst billede med endoskoper med dårlig belysning i kanten.

Bemærk: Årsagen til mørke steder langs kanten af billedet kan også være en for lille indstillet vinduestørrelse.

Edge enhancement (Kantforbedring)

Med kantforbedringen gøres konturerne skarpere ved overgangene mellem strukturer, der grænser op mod hinanden.

Gør kantforbedringen skarpere ved laparoskopiske og artroskopiske indgreb med stavlinsesystemer for at forbedre visningen af blodkar.

Reducér kantforbedringen ved billedsamlingssystemer for at svække uønskede strukturer i billedsamlingssystemet.

Bemærk: Ved hjælp af kantforbedringen kan der forekomme mere billedstøj.

Saturation (Mætning)

Med mætningen ændres farveintensiteten.

Ændr mætningen evt. efter dine personlige indtryk. Reducér mætningen for at svække uønskede farveeffekter, f.eks. Moirés.

Window (Vindue)

Med vinduesstørrelsen defineres det billedudsnit, som kameraet anvender til styring af billedets lysstyrke.

Vælg et vindue, som er lige så stort eller lille som det runde billede fra endoskopet.

Vælg et endnu mindre vindue for at få et bedre udsyn ind i rørformede hulheder, f.eks. i urethra.

Bemærk: Et for stort indstillet vindue, som rager ud over endoskopets runde billede, kan resultere i overtoninger.

Light source +/- (Lyskilde +/-)

Under dette menupunkt kan du indstille lyskildens lysstyrke, hvis denne er kompatibel hermed og tilsluttet korrekt.

Vælg på en LED-lyskilde en lysstyrke på 70 % - 100 %.

Reducér lysstyrken for at reducere overtoninger. Forøg lysstyrken for at reducere billedstøj.

Bemærk: En for lav lysstyrke på LED-lyskilder kan ændre farvegengivelsen.

Light source on/off (Lyskilde til/fra)

Under dette menupunkt kan du tænde og slukke for lyskilden, hvis denne er kompatibel og tilsluttet korrekt.

Zoom (Zoom)

Med den digitale zoom-funktion kan du indstille en op til 3 gange så stor digital forstørrelse af billedet.

Bemærk: Den digitale zoom-funktion forringer billedopløsningen - billedkvaliteten bliver dårligere. Den optiske zoom-funktion på kamerahovedet er derfor at foretrække.

Selective color enhancement (SCE) (Selektiv farveforbedring (SCE)) (option)

Med den selektive farveforbedring intensiveres farven, der dominerer i billedet.

Benyt den selektive farveforbedring for at afgrænse forskellige strukturer med få farvenuancer visuelt tydeligere fra hinanden, f.eks. for at fremhæve farven i blodkarrene.

Bemærk: Den selektive farveforbedring ændrer den naturlige farvegengivelse. Så længe indstillingen er aktiveret, vises derfor skærm-meddelelsen "Attention: false color rendering" (Pas på falskfarve-visning").

Smoke reduction (Røgreduktion) (option)

Med Røgreduktion opnås et mere klart billede i røgfuld omgivelse (f.eks. koagulationer med HF-kirurgisk udstyr).

Benyt Røgreduktion for at kompensere for et dårligt udsyn.

Bemærk: Røgreduktionen bevirker et meget kontrastrigt billede og kan begunstige overtoninger.

Grid removal (Mønsterfjernelse) (option)

Med Mønsterfjernelse reduceres eller fjernes mønster, som er opstået ved brug af billedsamlesystemer.

Benyt Mønsterfjernelse til at undertrykke forstyrrende mønster.

Bemærk: Mønsterfjernelse bevirker en minimal reducere af billedskarpheden.

Noise reduction (Noise Reduction)

Med Noise reduction reduceres billedstøj.

Indstil Noise reduction til sidst, eller når du har indstillet en høj kantforbedring og ønsker at reducere billedstøjen.

Bemærk: Noise reduction har en mindre reducere af billedskarpheden til følge fra og med den midterste indstilling. Ved høj indstilling kan der forekomme synlige billedfejl ved hurtige bevægelser ("efterslæb").

4.2.2 Ændring af indstillinger

Ændring af billedindstillinger for et fagområde



Navigér med pile-knapperne i menuen og bekræft valget med enter-knappen.

Fortsæt som følger:



1. Tryk på knappen **Menu** på forsiden af udstyret i ca. 2 sekunder.
> Hovedmenuen åbnes på skærmen.

2. For at komme hen til det fagområde, som du ønsker at ændre, skal du navigere hen til menuposten **Specialty (Fagområde)** og bekræfte.
Navigér efterfølgende hen til det ønskede fagområde og bekræft.
> Fagområdet ændres.

3. Navigér hen til **Settings (Indstillinger)** og bekræft.
4. Gennemfør de ønskede ændringer.



5. Gem ændringerne ved at trykke på Enter-knappen.
- Billedindstillingerne for det valgte fagområde blev ændret.

4.2.3 Brugerdefineret billedindstilling

Udføre brugerdefinerede billedindstillinger og gemme som profil

Opret brugerdefinerede profiler med udgangspunkt i eksisterende referenceprofiler og gem disse under et selvvalgt navn.

Bemærk: Et tastatur skal være tilsluttet for at kunne indtaste et brugerdefineret navn.

Brugerdefinerede profiler kan også gemmes uden tastatur – deres indstillinger gemmes i dette tilfælde under det forudindstillede navn (User 1, User 2).

Der kan gemmes to brugerdefinerede profiler.



Navigér med pile-knapperne i menuen og bekræft valget med enter-knappen.

Fortsæt som følger:



1. Tryk på knappen **Menu** på forsiden af udstyret i ca. 2 sekunder.
> Hovedmenuen åbnes på skærmen.
2. Navigér hen til menuposten **Speciality (Fagområde)** og bekræft.
3. Navigér hen til menuposten **User[n] adjust (User[n] tilpasning)** og bekræft.
4. Navigér hen til menuposten **Adjust (Tilpas)** og bekræft.

Vælg referenceprofil

5. Vælg den referenceprofil, som skal ligge til grund for den brugerdefinerede profil og bekræft.
6. Navigér tilbage i hovedmenuen hen til **Settings (Indstillinger)** og bekræft.
7. Foretag de ønskede ændringer.



8. Gem ændringerne ved at trykke på Enter-knappen.
9. Navigér tilbage i hovedmenuen hen til **Speciality (Fagområde)** og bekræft.
10. Navigér hen til menuposten **User[n] adjust (User[n] tilpasning)** og bekræft.
11. Navigér hen til menuposten **Rename (Omdøb)** og bekræft.

Indtast navn

12. Tryk på højre-pileknappen på tastaturet og indtast et navn til den brugerdefinerede profil.
Der kan benyttes op til 30 tegn til navnet.
 13. Bekræft indtastningen med Enter-knappen på tastaturet.
> Den brugerdefinerede profil får navnet.
- Den brugerdefinerede profil er gemt.

4.3 Nulstilling til fabriksindstillinger

4.3.1 Fuldstændig nulstilling

Fuldstændig nulstilling til fabriksindstillinger

BEMÆRK! Alle indstillinger nulstilles til fabriksstandard. Nulstilling af eventuelt kun et fagområde.



Navigér med pile-knapperne i menuen og bekræft valget med enter-knappen.

Fortsæt som følger:

- Standardindstillinger
1. Tryk på knappen **Menu** på forsiden af udstyret i ca. 2 sekunder.
 - > *Hovedmenuen åbnes på skærmen.*
 2. Navigér hen til menuposten **Options (Indstillinger)**.
 3. Tryk på knappen **Menu** i ca. 2 sekunder.
 - > Setup-menuen åbnes på skærmen.
 4. Navigér hen til **Configuration (Konfiguration)** og bekræft.
 5. Navigér hen til **Default settings (Standardindstillinger)** og bekræft.
 6. Vælg **Perform (Udfør)** og bekræft.
 - > Der vises et dialogvindue til bekræftelse på skærmen. Optionen **Perform (Udfør)** er aktiveret.

For at afbryde processen vælges **Cancel (Afbryd)** og bekræft.

 - > Dialogvinduet lukkes og setup-menuen vises.

Hvis du ønsker at nulstille udstyret til standardindstillinger, skal valget bekræftes.

 - > Udstyret nulstilles til fabriksindstilling og genstartes.
- Udstyret er nulstillet til fabriksstandard.

4.3.2 Nulstilling af enkelte fagområder

Nulstilling af billedindstillinger for et fagområde

Følg den efterfølgende beskrivelse, hvis du ønsker at nulstille billedindstillingerne for et enkelt fagområde til fabriksindstillinger.



Navigér med pile-knapperne i menuen og bekræft valget med enter-knappen.

Fortsæt som følger:

- Indstillinger
1. Tryk på knappen **Menu** på forsiden af udstyret i ca. 2 sekunder.
 - > *Hovedmenuen åbnes på skærmen.*
 2. Vælg det fagområde ("Specialty"), som du ønsker at nulstille, som beskrevet i [afsnit 5.6.2](#).
 3. Navigér hen til **Settings (Indstillinger)** og bekræft.
 4. Navigér hen til **Reset? (Nulstil?)** og bekræft.
 5. Navigér hen til **Perform (Udfør)** og bekræft.
- Billedindstillingerne for fagområdet er nulstillet.

5 Betjening

5.1 Sikkerhedsanvisninger



ADVARSEL

Ændringer på installationen

Risiko for brand, kortslutning og elektrisk stød

- > Overhold sikkerhedsanvisninger i kapitlet Installation og ibrugtagning
- > Den elektriske installation må ikke ændres egenhændigt
- > Hvis installationen omfatter en stikdåse med flere udtag, er det ikke tilladt egenhændigt at tilslutte yderligere udstyr
- > Stikdåser med flere udtag må aldrig forbindes med hinanden



ADVARSEL

Lækstrøm ved berøring af patienten

Risiko for elektrisk stød

- > En samtidig berøring af patient og kabinet eller kontakter på elektrisk udstyr er ikke tilladt
- > En samtidig berøring af patient og ikke-medicinsk udstyr er ikke tilladt



ADVARSEL

Opstilling af udstyrsvognen i sterilt område

Risiko for infektion

- > Udstyrsvognen må ikke opstilles i sterilt område
- > Afmål kabellængderne således, at der er tilstrækkelig bevægelsesfrihed, uden at forurene det sterile område
- > Fiksér lysledere i det umiddelbare OP-område således, at de ikke kan glide ned



ADVARSEL

Visning af en optagelse i stedet for det tidstro billede

Fare for patienten

- > Sørg altid for, at real time-billedet fra det endoskopiske kamera vises på skærmen

**⚠ ADVARSEL****Vekselvirkninger med samtidig anvendelse af udstyr (f.eks. laser, HF-kirurgi)**

Fare for patient og bruger, billedforstyrrelser, beskadigelse af produktet

- > Sørg for, at alt anvendt udstyr som minimum overholder de påkrævede betingelser for BF- hhv. CF-udstyr i henhold til IEC 60601-1
- > Overhold mærkningen af og brugervejledningen til de anvendte apparater
- > Undgå, at endoskopet og ledende komponenter får direkte kontakt med aktiverede HF-elektroder
- > HF-elektroder må ikke aktiveres i nærheden af brændbare gasser eller væsker
- > Sug eksplosionsfarlige gasblandinger og væsker op før brugen af HF-udstyr

**⚠ FORSIGTIG****Elektrostatisk afladning på billedskærmens tilslutningsområde**

Kortvarig billedsvigt, risiko for patienten

- > Tilslutningsområdet og tilslutningerne på skærmens bagside må ikke berøres under indgrebene

5.2 Personalets kvalifikationer

Produktet må kun betjenes af læger og assisterende lægepersonale, som opfylder de på anvendelsesstedets gældende bestemmelser om uddannelse og videreuddannelse, faglig viden og praktisk erfaring, for så vidt angår det anvendte endoskopiske fagområde.

5.3 Generelle anvisninger om betjeningen

Bemærk: Beskrivelserne om patientadministrationen i dette afsnit er kun relevant for modeller med billed-funktion.

Begynd hvert indgreb med at oprette en ny patient. På den måde er der sikkerhed for, at de under indgrebet foretagne optagelser gemmes i en separat filmappe.

Indtast patientdata som beskrevet i [afsnit 5.6.4](#).

Ny patient	I menuen findes posten " New patient " (" Ny patient "). Når denne post bekræftes, slettes de eksisterende patientdata. Selvom du ikke ønsker at indtaste patientdata, skal denne indtastning alligevel bekræftes, så der til de efterfølgende optagelser oprettes en ny filmappe på USB-hukommelsen.
Tilstrækkelig hukommelse?	<p>Sørg for, at der er tilsluttet en USB-hukommelse med tilstrækkelig hukommelse til dine optagelser.</p> <p>Afhængigt af de anvendte komponenter er det muligt at navigere i menuen via knapperne på forsiden af udstyret, via knapperne på kamerahovedet eller via et tilsluttet tastatur.</p> <p>Efterfølgende beskrives betjeningen på forsiden af udstyret med undtagelse af videooptagelsen – denne funktion kan kun styres via kamerahovedet eller fodkontakten.</p>

5.4 Teknisk kontrol før brug

5.4.1 Visuel kontrol

Gennemfør visuel kontrol

Udfør en visuel kontrol **før hvert indgreb**.

Fortsæt som følger:

- | | |
|----------------------------------|---|
| Korrekt opstillet? | 1. Sørg for, at udstyret er opstillet, som beskrevet i afsnit 3.3.1 . Sørg især for korrekt tilslutning til potentialudligningen.

Udstyret må ikke anvendes, hvis det ikke er opstillet og tilsluttet korrekt. |
| Er kabinettet ubeskadiget? | 2. Kontrollér, at kabinettet ikke har ydre skader.

Udstyret må ikke anvendes, hvis kabinettet har ydre skader. |
| Er kablet uden skader? | 3. Kontrollér, at strømkablet er ubeskadiget.

Udstyret må ikke anvendes, hvis kablet er beskadiget. |
| Er bøsningen tør og ubeskadiget? | 4. Kontrollér, at kontakterne i tilslutningsbøsningen til kamerahovedet ikke er fugtige og snavsede.

Udstyret må ikke benyttes, hvis der er fugtighed i bøsningen, eller hvis kontakterne er snavsede. |
- Den visuelle kontrol er afsluttet.

5.4.2 Funktionskontrol

Udførelse af funktionskontrol

Udfør en funktionskontrol **før hvert indgreb**.

Fortsæt som følger:

- | | |
|------------------------------------|--|
| Tilslutning af kamerahoved | 1. Tilslut kamerahovedet som beskrevet i afsnit 5.6.1 . |
| Tænd for systemet | 2. Tænd for alle systemkomponenter, der skal anvendes til indgrebet. |
| Udfør hvidbalance | 3. Udfør hvidbalance som beskrevet i afsnit 5.6.3 . |
| Indstilling af skarphed i billedet | 4. Vend kamerahovedet mod et objekt i rummet og fokusér på billedet.

Kontrollér, at der vises et skarpt billede med god billedkvalitet.

Anvend ikke systemet, hvis der forekommer striber, farveforskydninger, flakende billeder, eller der ikke kan opnås et skarpt billede med god kvalitet. |
5. Positionér skærmen således, at operatøren kan se godt.
- Funktionskontrollen er afsluttet.

5.5 Tænding og slukning, frakobling fra strømforsyning

Tænd for udstyret

Fortsæt som følger:

1. Tænd for udstyret på udstyrets bagside.
 - > Udstyret skifter over i standby-modus.



2. Tryk på TIL-kontakten.
 - > TIL-kontakten lyser hvid.

Udstyret er tændt.

Sluk for udstyret

Fortsæt som følger:

1. Sluk for udstyret på udstyrets forside.
 - > Udstyret skifter over i standby-modus.



For at slukke fuldstændigt for udstyret, skal der trykkes på hovedafbryderen på udstyrets bagside.

For at frakoble strømforsyningen fra udstyret, skal strømkablet tages ud. Udstyrets stik er beregnet til at frakoble udstyret fra el-nettet.

Udstyret er slukket.

Frakobl udstyret fra strømforsyningen

Fortsæt som følger:

1. Træk netkablet for at frakoble udstyret fuldstændigt fra strømforsyningen. Udstyrets stik er beregnet til at frakoble udstyret fra el-nettet.

Kontrollér, at udstyrets bagside altid er tilgængelig.

Udstyret er fuldstændigt frakoblet strømforsyningen.

5.6 Forberedelse til brug

5.6.1 Tilslutning til styreenhed

Tilslutning af kamerahoved

BEMÆRK! Beskadigelse af kamerakablet, fordi det er blevet bøjet, klemt eller bukket for meget. Kamerakablet må ikke bøjes, klemmes eller bukkes for meget.

Fortsæt som følger:



1. Stik forbindelsesstikket fuldstændigt ind i tilslutningsbøsningen på udstyret, indtil det går i hak.

Kamerahovedet er tilsluttet.

5.6.2 Valg af fagområde

Udvælg fagområde



Navigér med pile-knapperne i menuen og bekræft valget med enter-knappen.

Fortsæt som følger:



1. Tryk på knappen **Menu** på forsiden af udstyret i ca. 2 sekunder.
> Hovedmenuen åbnes på skærmen.
2. Navigér hen til menuposten **Speciality (Fagområde)** og bekræft.
Der kan vælges mellem følgende optimerede kameraindstillinger:
 - Laparoscopy (Laparoskopi)
 - Urology (Urologi)
 - URO Fiberscope (URO Fiberskop)
 - Gynecology (Gynækologi)
 - GYN Fiberscope (GYN Fiberskop)
 - Arthroscopy (Arthroskopi)
 - ENT rigid (Øre-næse-hals, stiv)
 - ENT flexible (Øre-næse-hals, bøjelig)
 - Neuroendoscopy (Neuroendoskopi)

Navigér hen til det ønskede fagområde og bekræft.

> Parametrene for det aktuelle fagområde blev overtaget.

Fagområdet er valgt.

5.6.3 Udførelse af hvidbalance

Udfør hvidbalance

Udfør hvidbalance **før hvert indgreb**.

Bemærk: Vær opmærksom på, at et omgivende lys, der afviger kraftigt fra lyskildens farvetemperatur, kan have en indflydelse på resultatet af hvidbalancen.

Fortsæt som følger:

1. Tilslut det endoskop, der skal anvendes til indgrebet.
2. Tilslut lyslederen og lyskilden, der skal anvendes til indgrebet.
3. Tænd for alle systemkomponenter.
- 5 cm afstand 4. Vend endoskopet med en ca. **5 cm** afstand mod et hvidt objekt, f.eks. en steril klud, og indstil skarpheden.
5. Tryk på knappen **Hvidbalance** på forsiden af styreenheden i ca. 2, eller benyt den pågældende knap på kamerahovedet.
 - > *Skærmeddelelsen **White balance OK (Hvidbalance vellykket)** vises.*



Skærmeddelelsen "White balance failed" ("Hvidbalance mislykket") vises?

Hvidbalancen blev ikke udført, som ovenfor beskrevet.

Gentag hvidbalancen.

- Hvidbalancen er udført.

5.6.4 Indtast patientdata

Indtast patientdata (option)

Et tastatur er nødvendigt for at kunne foretage indtastningerne af patientdataene.



Navigér med pile-knapperne i menuen og bekræft valget med enter-knappen.

Fortsæt som følger:



1. Tryk på knappen **Menu** på forsiden af udstyret i ca. 2 sekunder.
 - > *Hovedmenuen åbnes på skærmen.*
 2. Navigér hen til menuposten **Patient (Patient)** og bekræft.
 - > *Menuposten "Ny patient" er aktiveret.*
 3. Tryk på højre-pileknappen for at slette de eksisterende patientdata.
 4. Navigér hen til indtastningsfeltet med nedad-pileknappen.
 5. Indtast dataene. Med **Enter**-knappen springes fra felt til felt.
 6. Navigér hen til **Confirm selection (Bekræftelse af indtastning)** og gem indtastningerne med højre-pileknep.
 - > *Med den første optagelse oprettes en ny filmappe på USB-hukommelsen, hvor optagelserne gemmes.*
- Patientdataene er indtastet.

5.7 Oprettelse af optagelser

5.7.1 Oprettelse af billeder

Optage billede (ved modeller med mulighed for at tilslutte USB-hukommelse)



FORSIGTIG! Færdige billeder kan være komprimeret eller ændret pga. modificerede billedindstillinger. Billedokumentationen er ikke egnet til at stille en diagnose.

Fortsæt som følger:

1. Kontrollér, at USB-hukommelsen er tilsluttet.
2. Tryk på udløseren.

Afhængigt af model, konfiguration og tilsluttet tilbehør



- tryk på knappen **Fotooptagelse** på forsiden af udstyret,
 - tryk på den pågældende knap på kamerahovedet,
 - tryk på den pågældende fodkontakt,
 - foretag optagelsen i menuen.
- > Visningen på hoved-skærmen viser det pågældende billede i ca. et halvt sekund ("freeze"-funktion).
- > Billedet gemmes i USB-hukommelsen.

Billedet er taget.

5.7.2 Oprettelse af optagelser med et eksternt apparat

Oprette billed-/videoptagelse

Optagelse og afslutning af videoer kan kun styres via knapperne på kamerahovedet eller med fodkontakten. Kamerahovedet eller fodkontakten skal være konfigureret i overensstemmelse hermed. Der skal være tilsluttet en recorder for at kunne optage videoer.

Følg brugervejledningen til recorderen.

Fortsæt som følger:

1. Kontrollér, at recorderen er tilsluttet og tændt.
2. Tryk på udløseren.

Afhængigt af konfiguration og tilsluttet tilbehør

- tryk på den pågældende knap på kamerahovedet,
- tryk på den pågældende fodkontakt.

Optagelsen er oprettet.

5.8 Anvisninger til opbevaring og transport

Opbevar produktet støvbeskyttet i et tørt, godt ventileret og jævnt tempereret rum.

Sluk for udstyret inden opbevaringen og frakobl tilbehør og tag strømkabel ud.

Ved opbevaring eller midlertidig opbevaring skal du sørge for, at produktet ikke kan blive beskadiget som følge af omgivelserne.

For at undgå beskadigelse skal produktet beskyttes mod direkte sollys, radioaktivitet og stærk elektromagnetisk stråling.

Omgivelsesbetingelserne for transport, opbevaring og brug findes i [*afsnit 8.2*](#).

6 Rengøring og desinfektion

6.1 Sikkerhedsanvisninger



⚠ ADVARSEL

Risiko for ukorrekt rengøring

Risiko for brand, kortslutning og elektrisk stød

- > Inden rengøringen udføres, slukkes udstyret på hovedafbryderen på bagsiden af udstyret og frakobles el-nettet
- > Sørg for, at der ikke trænger væske ind i udstyret
- > Udstyret må først tilsluttes elnettet, når det er fuldstændigt tørt

BEMÆRK

Ukorrekt rengøring

Beskadigelse af udstyret er mulig

- > Benyt ingen dryppende svampe eller klude
- > Benyt ingen skuremidler eller opløsningsmidler

6.2 Gennemførelse

Rengøring af udstyret

Fortsæt som følger:

Frakobl udstyret fra strømforsyningen

1. Sluk for udstyret på hovedafbryderen på bagsiden af udstyret og træk strømkablet ud.

BEMÆRK! Beskadigelse af strømkablet ved at trække i kablet. Løsn strømforbindelsen ved at trække i stikket.

2. Rengør udstyret.

Benyt kun en let fugtet klud

Tør de udvendige flader af med en blød klud.

Fugt kluden en smule med en mild sæbe-opløsning eller med isopropanol. Kontrollér, at der ikke trænger fugtighed ind i stikket.

3. Forbind udstyret med strømforsyningen og tænd igen for det på hovedafbryderen.

Rengøringen er afsluttet.

7 Vedligeholdelse og istandsættelse

7.1 Sikkerhedsanvisninger



ADVARSEL

Risiko for ukorrekt vedligeholdelse og istandsættelse

Risiko for brand, kortslutning og elektrisk stød

- > Vedligeholdelse og istandsættelsen må kun udføres af autoriseret personale
- > Foretag ingen ændring på udstyret

7.2 Personalets kvalifikationer

Fagpersonale Personale, som foretager vedligeholdelsen eller den sikkerhedstekniske kontrol på udstyret, skal have en adækvat uddannelse og være fortrolig med de på installationsstedet gældende sikkerhedsrelevante bestemmelser fra myndighederne. Istandsættelsesarbejder må kun udføres af autoriserede serviceteknikere.

7.3 Sikkerhedsteknisk kontrol (STK)

Vi anbefaler, at der udføres sikkerhedstekniske kontroller hver 12. måned iht. afsnit 5 i IEC 62353.

Kontrollen omfatter:

- Inspektion ved besigtigelse
- Måling af beskyttelsesmodstanden (kun ved udstyr i beskyttelsesklasse I)
- Måling af lækstrømme
- Måling af isolationsmodstanden

Dokumentér resultater Dokumenter resultaterne i en protokol iht. afsnit 6 og bilag G i IEC 62353.

Vi anbefaler at udføre en sikkerhedsteknisk kontrol af alle komponenter i et medicinsk elektrisk system med jævne mellemrum og dokumentere den.

7.4 Skift af knapcelle


Skifte knapcelle

Fortsæt som følger:

1. Frakobl udstyret fra strømforsyningen og træk strømkablet ud.

BEMÆRK! Beskadigelse af strømkablet ved at trække i kablet. Løsn strømforbindelsen ved at trække i stikket.

2. Løsn skruerne på batterirummet.



Figur 7-1: Skift af knapcelle.

3. Træk batterirummet ud.
 4. Erstat knapcellen (VARTA CR2032).
 5. Skub batterirummet forsigtigt tilbage og fastgør det med skruerne.
- Udskiftning af knapcelle er afsluttet.

7.5 Udskiftning af sikring


Udskifte sikring

Fortsæt som følger:

1. Frakobl udstyret fra strømforsyningen og træk strømkablet ud.

BEMÆRK! Beskadigelse af strømkablet ved at trække i kablet. Løsn strømforbindelsen ved at trække i stikket.

2. Løsn sikkerhedsholderen ved hjælp af en skruetrækker.



Figur 7-2: Sikringsholderen løsnes ved hjælp af en skruetrækker.

3. Træk sikringsholderen forsigtig ud.



ADVARSEL! Uegnet elektrisk sikring. Brandfare. Benyt kun den i [afsnit 8.3](#) specificerede sikring og tilsidesæt aldrig sikringen.

4. Sæt den defekte sikring i.
5. Skub sikringsholderen forsigtig tilbage, indtil denne går i hak.

Udskiftningen af sikringen er udført.

7.6 Reparation

Hvis reparation af produktet skulle blive nødvendig, skal du kontakte en af vores tekniske filialer. Kontaktoplysninger findes på bagsiden af denne brugervejledning.

Vedlæg en så nøjagtig **fejlbeskrivelse** som mulig og markér i følgesedlen artikelnummeret og serienummeret på produktet. Disse informationer findes på typeskiltet.



ADVARSEL

Kontamineret produkt

Risiko for infektion

- > Klargør produktet korrekt før forsendelsen (*kapitel 6*)
- > Markér kontaminerede produkter

Returnér kun omhyggeligt rengjorte produkter til reparation.

Anvend helst den originale æske til forsendelsen. Angiv klargøringsstatus på yderemballagen.

Vi forbeholder os ret til at afvise modtagelse af ikke-mærkede varer og returnere dem.

7.7 Fremgangsmåde ved fejl, fejltabel

Fejl	Mulig årsag	Løsning
Skærmvisning forskudt	Billedformatet er forkert indstillet	Korriger positionen for skærmvisninger (<i>afsnit 4.1.2</i>)
Billede for mørkt, for ringe oplysning	Kamerahovedets glasflader er snavsede	Rengør glasfladerne
	Hårdnakkede belægninger på glasfladerne	Fjern belægninger
	Lysleder defekt	Tilslut ny lysleder. Send til reparation
	Kameraets lysstyrke er nedreguleret	Regulér kameraets lysstyrke opad
	Endoskop-optikken er defekt	Hvis billedet også er mørkt uden kamera, skal der benyttes et andet endoskop, og endoskopet sendes til reparation
	Belysningen er indstillet for mørkt	Forøg belysningen på lyskilden
Intet billede på skærmen	Ingen strømforsyning	Tilslut udstyr og tænd (<i>kapitel 3</i>)
	Sikring defekt	Udskift sikring (<i>kapitel 7</i>)
	Styreenheden er tilsluttet forkert til billedskærmen	Tilslut styreenheden korrekt til billedskærmen (<i>kapitel 3</i>)
	Videokabel defekt	Udskift videokablet
	Forbindelseskablet er ikke tilsluttet eller defekt	Tilslut kamerahovedet til styreenheden. Kontrollér stikket for fugt. Såfremt kablerne er defekte, skal de sendes til reparation
	Billedskærmen er ikke indstillet til det rigtige indgangssignal	Indstil billedskærmen til det rigtige indgangssignal
Dato / klokkeslæt ikke korrekt	Dato / klokkeslæt er ikke indstillet korrekt	Indstil dato / klokkeslæt i kameraets betjeningsmenu korrekt
	Knapcelle fladt eller defekt	Skift af knapcelle (<i>afsnit 7.4</i>)
Selvstændig tænding og slukning af lyskilde	MIS-bus-fejl i kameraet	Frakobl forbindelsen mellem kamera og lyskilde og send kameraet til reparation
	MIS-bus-fejl i lyskilden	Frakobl forbindelsen mellem kamera og lyskilde og send lyskilden til reparation

Tabel 7-1: Fejltabel.

8 Produktdata

8.1 Tekniske data

Mål (B x H x D)	295 x 100 x 355 mm
Vægt	4,39 kg
Strømforbrug	0,8 - 0,4 A
Strømspænding	100-240V~, 50/60Hz
Beskyttelsesklasse iht. IEC 60601-1	Beskyttelsesklasse I
Sikring til udstyr	T2.0AH 250V
Billed-gentagelsesfrekvens	50/60Hz (kan omstilles)
Videoudgange	2x DVI 1080p 2x HD-SDI 1080p
Grænseflader	1x MIS-Bus 2x Remote IN, 2x Remote OUT 2x USB (95-3930) 1x USB (95-3910)
Beskyttelsesklasse	IP 21
Klassificering iht. IEC/CISPR 11	Gruppe 1, klasse B

8.2 Omgivelsesbetingelser

Transport- og opbevaringsbetingelser

Temperatur	-20 °C til +70 °C
Relativ luftfugtighed	5 % til 95 %
Luftryk	50 kPa til 106 kPa

Driftsbetingelser

Temperatur	+10 °C til +40 °C
Relativ luftfugtighed	5 % til 95 %
Luftryk	70 kPa til 106 kPa



⚠ FORSIGTIG

Tilsidesættelse af omgivelsesforholdene

Irreversibel vævsbeskadigelse eller uønsket koagulation, kvæstelse af brugeren, materielskade

> Overhold driftsbetingelser, samt transport- og opbevaringsbetingelser

8.3 Reservedele og tilbehør

Anvend udelukkende originale reservedele og originalt tilbehør.

Betegnelse	Artikelnummer
Finsikring T2.0AH 250V, 5x20 mm	A075305
MIS-bus-kabel, 2,25 m	A057635
MIS-bus-kabel, 0,75 m	A059584
DVI-kabel, 2 m	A059579
3,5 mm jackstikkabel, 1,2 m	A056998
BNC-kabel, 2 m	BNC-BNC.2
Strømkabel (landespecifikt)	på forespørgsel
USB-tastatur, tysk	PS00510
USB-tastatur, USA	PS00511
Fodkontakt	6226-ACAA-BZZZ-002
Knapcelle CR2032	A052755

Tabel 8-1: Reservedele og tilbehør.

8.4 Open-source-licenser

Bemærkning til open-source-licenser

Produktet benytter open-source-licenser. Licensbestemmelserne fremgår af vedlagte brochure om de anvendte open-source-licenser.

9 Bortskaffelse



ADVARSEL

Kontamineret produkt

Risiko for infektion

> Klargør produktet før bortskaffelse (*kapitel 6*)

Overhold ved bortskaffelsen og genindvindingen af produktet og dets komponenter de nationalt gældende bestemmelser.

Produktet emballage består af en polyethylen (PE)-pose med PE-skum (0,50 kg) samt en karton af bølgepap (1,18 kg). Desuden er der et indlæg af bølgepap (0,22 kg) og en membranbolsteremballage af PE-plastfolie og bølgepap (0,30 kg).



De produkter, der er mærket med dette symbol, skal sendes til samlesteder for elektroniske og elektriske apparater. Bortskaffelsen udføres gratis inden for den Europæiske Union af producenten.



SCHÖLLY FIBEROPTIC GMBH
Robert-Bosch-Str. 1-3
79211 Denzlingen
Germany

