

Gebrauchsanweisung
Steuereinheit Full HD USB-Bildspeicher
Steuereinheit für die medizinische Endoskopie



Instructions For Use
Controller Full HD USB Image Capture
Controller for Medical Endoscopy

TPA563-000-20_C
Version: C
2020 - Feb - 17

Inhaltsverzeichnis		Seite
0	Wichtige Hinweise zu diesem Dokument.....	11
0.1	Geltungsbereich, Identifikation, Zweck.....	11
0.2	Zielgruppe.....	11
0.3	Handhabung und Aufbewahrung des Dokuments.....	11
0.4	Ergänzende Dokumente.....	11
1	Allgemeine Informationen zum Produkt.....	12
1.1	Lieferumfang.....	12
1.2	Produktbeschreibung.....	13
1.2.1	Leistungsmerkmale und Funktionsweise.....	13
1.2.2	Frontansicht der Steuereinheit.....	14
1.2.3	Rückansicht der Steuereinheit.....	15
1.2.4	Das Menü - Funktionen, Einstieg und Navigation.....	16
1.3	Verwendungszweck.....	17
1.3.1	Zweckbestimmung.....	17
1.3.2	Indikationen.....	17
1.3.3	Kontraindikationen.....	17
1.4	Konformität.....	18
1.4.1	Normen und Richtlinien.....	18
1.4.2	Klassifizierung des Medizinprodukts.....	18
1.5	Kennzeichnung.....	19
1.5.1	Piktogramme und Angaben auf Produkt und Verpackung.....	19
1.5.2	Piktogramme in diesem Dokument.....	20
1.6	Kontakt zum technischen Service.....	20
1.7	Meldepflicht bei schwerwiegenden Vorfällen.....	20
2	Allgemeine Sicherheitsinformationen.....	21
2.1	Darstellung von Warnhinweisen.....	21
2.1.1	Warnhinweise zu Beginn eines Kapitels.....	21
2.1.2	Warnhinweise im Text.....	22
2.2	Produktsicherheit.....	22
2.2.1	Grundlegende Sicherheitshinweise.....	22
2.2.2	Qualifikation des Personals.....	23
2.2.3	Elektromagnetische Verträglichkeit.....	24
2.2.4	Kombination mit medizinischen elektrischen Geräten.....	25
2.2.5	Störungsanzeigen.....	25

3	Installation und Inbetriebnahme	26
3.1	Sicherheitshinweise	26
3.2	Qualifikation des Personals	27
3.3	Installation	28
3.3.1	Aufstellung	28
3.3.2	Anschluss von Monitoren	29
3.3.3	Anschluss einer Tastatur	29
3.3.4	Anschluss eines Fußschalters	30
3.3.5	Anschluss eines Aufzeichnungsgeräts	30
3.3.6	Anschluss einer Lichtquelle	31
3.3.7	Netzanschluss	31
3.3.8	Erste Inbetriebnahme und Funktionsprüfung	32
4	Konfiguration	33
4.1	Grundeinstellungen	33
4.1.1	Systemsprache	33
4.1.2	Position der Bildschirmanzeige	33
4.1.3	Datum und Uhrzeit, Anzeigeformat	34
4.1.4	Bildformat aufgenommener Fotos	34
4.1.5	Bildwiederholfrequenz	35
4.1.6	Einblendungen am Bildschirm	36
4.1.7	Akustisches Signal bei Fotoaufnahme	37
4.1.8	Belichtungszeit	37
4.1.9	Konfiguration des Fußschalters	38
4.1.10	Anzeige von Systeminformationen	39
4.2	Bildeinstellung	40
4.2.1	Allgemeines	40
4.2.2	Änderung von Einstellungen	42
4.2.3	Benutzerdefinierte Bildeinstellung	43
4.3	Rücksetzung auf Werkseinstellungen	44
4.3.1	Vollständige Rücksetzung	44
4.3.2	Rücksetzung einer einzelnen Fachrichtung	45

5	Bedienung	46
5.1	Sicherheitshinweise	46
5.2	Qualifikation des Personals	47
5.3	Allgemeine Hinweise zur Bedienung	48
5.4	Technische Überprüfung vor dem Gebrauch	49
5.4.1	Sichtkontrolle	49
5.4.2	Funktionsprüfung	49
5.5	Einschalten und Ausschalten, Trennung von der Stromversorgung	50
5.6	Vorbereitung für den Gebrauch	50
5.6.1	Anschluss des Kamerakopfes	50
5.6.2	Auswahl einer Fachrichtung	51
5.6.3	Durchführung des Weißabgleichs	52
5.6.4	Eingabe von Patientendaten	53
5.7	Erstellung von Aufzeichnungen	54
5.7.1	Erstellung von Fotos	54
5.7.2	Erstellung von Aufzeichnungen mit einem externen Gerät	54
5.8	Hinweise zu Lagerung und Transport	55
6	Reinigung und Desinfektion	56
6.1	Sicherheitshinweise	56
6.2	Durchführung	56
7	Wartung und Instandsetzung	57
7.1	Sicherheitshinweise	57
7.2	Qualifikation des Personals	57
7.3	Sicherheitstechnische Kontrolle (STK)	57
7.4	Wechsel der Knopfzelle	58
7.5	Wechsel der Sicherung	59
7.6	Reparatur	60
7.7	Vorgehen bei Störungen, Störungstabelle	61
8	Produktdaten	62
8.1	Technische Daten	62
8.2	Umgebungsbedingungen	62
8.3	Ersatzteile und Zubehör	63
8.4	Open-Source-Lizenzen	63
9	Entsorgung	64

	Content	Page
0	Important Information about this Document.....	66
0.1	Scope of Validity, Identification, Purpose.....	66
0.2	Target Group.....	66
0.3	Using and Storing this Document.....	66
0.4	Supplementary Documents.....	66
1	General Information about the Device.....	67
1.1	Scope of Delivery.....	67
1.2	Product Description.....	67
1.2.1	Performance Characteristics and Function.....	67
1.2.2	Front View of the Controller.....	68
1.2.3	Rear View of the Controller.....	69
1.2.4	Menu - Functions, Access and Navigation.....	70
1.3	Usage.....	71
1.3.1	Intended Use.....	71
1.3.2	Indications.....	71
1.3.3	Contraindications.....	71
1.4	Conformity.....	72
1.4.1	Standards and Directives.....	72
1.4.2	Medical Device Classification.....	72
1.5	Marking.....	73
1.5.1	Pictograms and Information on the Device and Packaging.....	73
1.5.2	Pictograms in this Document.....	74
1.6	Service Department Contact Details.....	74
1.7	Obligation to Report Serious Incidents.....	74
2	General Safety Information.....	75
2.1	Safety Messages in this Document.....	75
2.1.1	Safety Messages at the Start of a Chapter.....	75
2.1.2	Safety Messages in the Body of the Text.....	76
2.2	Product Safety.....	76
2.2.1	Basic Safety Notices.....	76
2.2.2	Staff Qualifications.....	77
2.2.3	Electromagnetic Compatibility.....	78
2.2.4	Combination with Medical Electrical Equipment.....	79
2.2.5	Display of Faults.....	79

3	Installation and Initial Operation.....	80
3.1	Safety Notices.....	80
3.2	Staff Qualifications.....	81
3.3	Installation.....	82
3.3.1	Setup.....	82
3.3.2	Connection of Monitors.....	83
3.3.3	Connection of a Keyboard.....	83
3.3.4	Connection of a Foot Switch.....	84
3.3.5	Connection of a Recording Device.....	84
3.3.6	Connection of a Light Source.....	85
3.3.7	Connection to Mains Power.....	85
3.3.8	Initial Operation and Function Check.....	86
4	Configuration.....	87
4.1	Basic Settings.....	87
4.1.1	System Language.....	87
4.1.2	Position of the On-Screen Display on the Monitor.....	87
4.1.3	Date and Time, Display Format.....	88
4.1.4	Image Format for Photos.....	88
4.1.5	Image Refresh Rate.....	89
4.1.6	On-Screen Display on the Monitor.....	90
4.1.7	Acoustic Signals during Photo Capture.....	91
4.1.8	Shutter Speed.....	91
4.1.9	Foot Switch Configuration.....	92
4.1.10	System Information Display.....	93
4.2	Image Setting.....	94
4.2.1	General Information.....	94
4.2.2	Changing the Settings.....	96
4.2.3	User-Defined Image Setting.....	97
4.3	Reset to Default Settings.....	98
4.3.1	Full Reset.....	98
4.3.2	Reset of an Individual Specialty.....	99

5	Operation	100
5.1	Safety Notices	100
5.2	Staff Qualifications	101
5.3	General Notes on Operation	102
5.4	Technical Inspection Prior to Use	103
5.4.1	Visual Inspection	103
5.4.2	Function Check	103
5.5	Switching On and Off, Separation from the Power Supply	104
5.6	Preparation for Use	104
5.6.1	Connection of the Camera Head	104
5.6.2	Selection of a Specialty	105
5.6.3	Setting the White Balance	106
5.6.4	Entering Patient Data	107
5.7	Creation of Recordings	108
5.7.1	Creation of Photos	108
5.7.2	Creation of Recordings with an External Device	108
5.8	Storage and Transport	109
6	Cleaning and Disinfection	110
6.1	Safety Instructions	110
6.2	Performance	110
7	Maintenance and Repair	111
7.1	Safety Notices	111
7.2	Staff Qualifications	111
7.3	Safety Inspection	111
7.4	Changing of the Battery	112
7.5	Changing of the Fuse	113
7.6	Repair	114
7.7	Troubleshooting Table	115
8	Product Data	116
8.1	Technical Data	116
8.2	Ambient Conditions	116
8.3	Spare Parts and Accessories	117
8.4	Open-Source Licenses	117
9	Disposal	118

0 Wichtige Hinweise zu diesem Dokument

0.1 Geltungsbereich, Identifikation, Zweck

Diese Gebrauchsanweisung ist gültig für folgendes Produkt:

Artikelbezeichnung: **Steuereinheit Full HD**

Artikelnummern: **95-3910** - Steuereinheit Full HD

95-3930 - Steuereinheit Full HD USB-Bildspeicher

Diese Gebrauchsanweisung ist Bestandteil des Produkts und enthält alle Informationen, die Anwender und Betreiber für den sicheren und bestimmungsgemäßen Gebrauch benötigen.

0.2 Zielgruppe

Diese Gebrauchsanweisung richtet sich an Ärzte, medizinisches Assistenzpersonal, Medizintechniker und Mitarbeiter der Sterilgutversorgung, die mit der Installation, der Bedienung, der Wartung und Instandhaltung und der Aufbereitung des Produkts betraut sind.

0.3 Handhabung und Aufbewahrung des Dokuments

Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung an einem festgelegten Ort auf und stellen Sie sicher, dass sie für die Zielgruppe jederzeit zugänglich ist.

Geben Sie das Dokument bei Veräußerung oder Standortänderung des Produkts an den nachfolgenden Besitzer weiter.

0.4 Ergänzende Dokumente

EMV Die Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) sind beschrieben in der separat beiliegenden Broschüre

Medizinische elektrische Geräte

nach IEC 60601-1-2

Berücksichtigen Sie bei der Installation und während des Betriebs die dort enthaltenen Vorschriften und Informationen.

Gebrauchsanweisung
zum Kamerakopf

Beachten Sie für die sichere Verwendung des Produkts auch die Gebrauchsanweisung zum verwendeten Kamerakopf.

1 Allgemeine Informationen zum Produkt

1.1 Lieferumfang

Der Lieferumfang des Produkts umfasst:

- Eine Steuereinheit
- Ein DVI-Kabel (2 m)
- Zwei 3,5 mm Klinenstecker-Kabel (1,2 m)
- Ein Kabel für den MIS-Bus Anschluss (0,75 m)
- Ein Netzkabel (Art.-Nr. auf Anfrage)
- Eine Gebrauchsanweisung (TPA563-000-20_C)
- Eine Broschüre zu verwendeten Open Source-Lizenzen (TPO003-121-01)
- Eine Broschüre zur EMV (TPI005-121-20)

Lieferumfang
kontrollieren!

Kontrollieren Sie die Lieferung nach Erhalt anhand des Lieferscheins auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.

Die Lieferung hat unser Haus in einwandfreiem Zustand verlassen. Sollte es dennoch Grund zur Beanstandung geben, wenden Sie sich an den technischen Service unseres Hauses.

1.2 Produktbeschreibung

1.2.1 Leistungsmerkmale und Funktionsweise

Medizinische Endoskopie	<p>Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um eine Steuereinheit zum Einsatz in der medizinischen Endoskopie.</p> <p>Steuereinheit und Kamerakopf bilden zusammen die auf der CMOS-Technik basierende Kamera.</p>
Full HD - 1080p	<p>In Verbindung mit einem geeigneten Monitor liefert die Kamera eine native Full HD-Bildaufösung im Vollbildverfahren (1080p).</p>
Umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten	<p>Die Kamera bietet, neben allgemeinen Einstellungsmöglichkeiten, verschiedene Profile endoskopischer Anwendungen. Die Profile sind für die optimierte Bilddarstellung voreingestellt, es besteht aber auch die Möglichkeit, die Profile zu verändern und individuellen Bedürfnissen anzupassen. Darüber hinaus können zwei zusätzliche Profile konfiguriert werden.</p> <p>Zu den allgemeinen Einstellungsmöglichkeiten zählt die Auswahl der Sprache für das Konfigurationsmenü und für Bildschirmanzeigen sowie die Belegung der Kamerakopftasten. Die Sprache ist ab Werk auf Englisch eingestellt.</p>
Aufzeichnungen	<p>Die Steuereinheit mit der Artikelnummer 95-3930 ermöglicht die Erstellung und Speicherung von Fotoaufnahmen auf einem USB-Speicher, der an der Vorderseite der Steuereinheit eingesteckt werden kann. Wenn ein externes Aufzeichnungsgerät angeschlossen ist, können neben Fotos auch Videoaufnahmen erstellt werden.</p> <p>Die Steuereinheit ist mit verschiedenen Kameraköpfen verwendbar.</p>


1.2.2 Frontansicht der Steuereinheit

Abbildung 1-1: Frontansicht der Steuereinheit.

Legende zu Abbildung 1-1

- ① Taster EIN / Standby
- ② Anschluss für Kamerakopf
- ③ Taster Fotoaufnahme (optional) / aufwärts im Menü
- ④ Taster Weißabgleich / abwärts im Menü
- ⑤ Taster Menü öffnen / Enter
- ⑥ Anschluss USB-Speicher (optional)

1.2.3 Rückansicht der Steuereinheit




Abbildung 1-2: Rückansicht der Steuereinheit.






Legende zu Abbildung 1-2

- ① Gerätestecker
- ② Sicherungshalter
- ③ Hauptschalter für Stromversorgung
- ④ MIS-Bus
- ⑤ Anschluss für Aufzeichnungsgerät (Remote-Out)
- ⑥ Potentialausgleichsanschluss
- ⑦ Anschluss für Fußschalter (Remote-In)
- ⑧ Schnittstelle für Service (verblendet)
- ⑨ 2x DVI-Ausgang
- ⑩ Batteriefach (Battery CR2032)
- ⑪ 2x HD-SDI-Ausgang
- ⑫ Anschluss für Tastatur

1.2.4 Das Menü - Funktionen, Einstieg und Navigation

Konfiguration	Im Menü konfigurieren Sie das Gerät und nehmen die Grundeinstellungen und Bildeinstellungen vor.
Auswahl der Fachrichtung	Weiterhin wählen Sie die Fachrichtung mit den voreingestellten, optimierten Profileinstellungen und geben Patientendaten ein (optional).
Bedienfunktionen	Vor und während Eingriffen ändern Sie die Bilddarstellung, führen einen Weißabgleich durch oder erstellen Aufzeichnungen – bei entsprechender Konfiguration direkt über vorbelegte Tasten am Kamerakopf.
Einstieg und Navigation	Einstieg und Navigation im Menü sind mit den Tasten an der Gerätevorderseite, per Tastatur oder mit den Kamerakopftasten möglich.

Navigation im Menü mit den Tasten an der Gerätevorderseite

	Einstieg ins Menü:	Taster kurz drücken.
	Aufwärts im Menü:	Taster kurz drücken.
	Abwärts im Menü:	Taster kurz drücken.
	Auswahl im Menü bestätigen:	Taster kurz drücken.
	Menü verlassen:	Taster drücken und halten.

Navigation im Menü per Tastatur

→	Einstieg ins Menü:	Pfeil nach rechts-Taste drücken.
↑	Aufwärts im Menü:	Pfeil nach oben-Taste drücken.
↓	Abwärts im Menü:	Pfeil nach unten-Taste drücken.
→	Im Menü eine Ebene tiefer:	Pfeil nach rechts-Taste drücken.
→	Auswahl im Menü bestätigen:	Pfeil nach rechts-Taste drücken.
←	Im Menü eine Ebene zurück:	Pfeil nach links-Taste drücken.
→	Einstieg ins Setupmenü:	Pfeil nach rechts-Taste drücken und halten.
→	Menü verlassen:	Pfeil nach rechts-Taste drücken und halten.

1.3 Verwendungszweck

1.3.1 Zweckbestimmung

Das Produkt dient zur Visualisierung von anatomischen Strukturen des menschlichen Körpers.

In Abhängigkeit vom angeschlossenen Kamerakopf erfüllt das Produkt die BF- oder die CF-Bedingungen gemäß IEC 60601-1 zum Schutz vor elektrischem Schlag.


Dieser Schutz muss für jede Verbindung zwischen Endoskop und verbundenen Geräten bestehen.



Produkte, die die BF-Bedingungen erfüllen, sind mit dem nebenstehend abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



Produkte, die die CF-Bedingungen erfüllen, sind mit dem nebenstehend abgebildeten Symbol gekennzeichnet und bieten einen noch höheren Schutz vor elektrischem Schlag und sind für die direkte Anwendung am Herzen zugelassen.



Zusätzlich gegen die Impulse eines Defibrillators resistente Produkte sind, entsprechend ihrer Isolierung, mit einem der nebenstehenden Symbole gekennzeichnet.

1.3.2 Indikationen

Minimalinvasiver Eingriff.

Chirurgie, Endoskopie allgemein.

1.3.3 Kontraindikationen

Die Verwendung der Kamerakomponenten und des Kamerazubehörs ist kontraindiziert, sofern Endoskopieverfahren aus irgendeinem Grund kontraindiziert sind. Wie bei jedem chirurgischen Eingriff muss auch bei Verwendung der Kamerakomponenten die Größe des Patienten und des Arbeitsbereiches berücksichtigt werden. Abhängig von der Erkrankung des Patienten können Kontraindikationen vorliegen, die im allgemeinen Zustand des Patienten oder dem jeweiligen Krankheitsbild begründet sind. Die Entscheidung, einen endoskopischen Eingriff vorzunehmen, liegt in der Verantwortung des Chirurgen und sollte auf Basis einer individuellen Risiko-Nutzen-Einschätzung erfolgen.

1.4 Konformität

1.4.1 Normen und Richtlinien

Das Produkt, bestehend aus Steuereinheit und Kamerakopf, erfüllt die Anforderungen folgender anwendbarer Normen:

- **IEC 60601-1** Medizinische elektrische Geräte - Teil 1:
Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale
- **IEC 60601-1-2** Medizinische elektrische Geräte - Teil 1-2:
Elektromagnetische Verträglichkeit
- **IEC 60601-2-18** Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-18:
Besondere Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale von endoskopischen Geräten

1.4.2 Klassifizierung des Medizinprodukts

Das Produkt ist gemäß anwendbarer **EU-Regularien** ein Medizinprodukt der Klasse I.

1.5 Kennzeichnung

1.5.1 Piktogramme und Angaben auf Produkt und Verpackung

Nachfolgend sind die Piktogramme erklärt, die Sie auf dem Produkt oder der Verpackung finden.



Gebrauchsanweisung befolgen



CE-Kennzeichnung



Artikelnummer



Seriennummer



Medizinprodukt



Hersteller



Herstellungsdatum



Vorsicht (IEC 60601-1 3rd edition) /
Achtung, Begleitpapiere beachten (IEC 60601-1 2nd edition)



Nicht zum Einsatz in Magnetresonanz-Umgebung



Potentialausgleich



Zulässige Lager- und Transporttemperatur



Zulässige relative Luftfeuchtigkeit während Lagerung und Transport



Zulässiger Luftdruck während Lagerung und Transport

Rx only

Vorsicht: Der Verkauf oder die Verschreibung dieses Produkts durch einen Arzt unterliegen den Beschränkungen des US-Bundesgesetzes



Getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten



Elektrische Sicherung



Wechselstrom

1.5.2 Piktogramme in diesem Dokument

Nachfolgend sind die Piktogramme erklärt, die Sie in diesem Dokument finden.



Allgemeines Warnzeichen



Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung



Warnung vor Biogefährdung, Infektionsgefahr

1.6 Kontakt zum technischen Service

Wenden Sie sich bei Fragen zu unseren Produkten, zur Installation oder zum Gebrauch und im Servicefall an eine unserer Niederlassungen.

Die Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite dieses Dokuments.

1.7 Meldepflicht bei schwerwiegenden Vorfällen

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen nationalen Behörde, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

2 Allgemeine Sicherheitsinformationen

2.1 Darstellung von Warnhinweisen

2.1.1 Warnhinweise zu Beginn eines Kapitels

Die nachfolgend beschriebenen Warnhinweise finden Sie gesammelt am Anfang von Kapiteln, deren Handlungsanleitungen entsprechende Gefahren bergen können.

Die Schwere der potentiellen Gefahr drückt sich im Signalwort aus, das den Warnhinweis anführt.

Lesen Sie diese Warnhinweise aufmerksam durch und halten Sie sie im Bewusstsein, während Sie die betreffenden Handlungen durchführen.

Hinweis auf eine Gefahr, die zum Tod oder schwerer Verletzung führen könnte:



! WARNUNG

Art und Quelle einer Verletzungsgefahr

Folgen bei Nichtbeachtung

- > Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr

Hinweis auf eine Gefahr, die zu leichter bis mittelschwerer Verletzung führen könnte:



! VORSICHT

Art und Quelle einer Verletzungsgefahr

Folgen bei Nichtbeachtung

- > Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr

Hinweis auf mögliche Sachschäden:

ACHTUNG

Art und Quelle der Gefahr eines Sachschadens

Folgen bei Nichtbeachtung

- > Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr

2.1.2 Warnhinweise im Text

Die nachfolgend beschriebenen Warnhinweise finden Sie in Handlungsanleitungen unmittelbar vor Handlungsschritten, deren Durchführung Gefahren bergen kann.

Die Schwere der potentiellen Gefahr drückt sich im Signalwort aus, das den Warnhinweis anführt.

Lesen Sie diese Warnhinweise aufmerksam durch und befolgen Sie die Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr.

Hinweis auf eine Gefahr, die zum Tod oder schwerer Verletzung führen könnte:



WARNUNG! Art und Quelle der Gefahr. Folgen bei Nichtbeachtung. Maßnahme zur Abwehr der Gefahr.

Hinweis auf eine Gefahr, die zu leichter bis mittelschwerer Verletzung führen könnte:



VORSICHT! Art und Quelle der Gefahr. Folgen bei Nichtbeachtung. Maßnahme zur Abwehr der Gefahr.

Hinweis auf einen möglichen Sachschaden:

ACHTUNG! Art und Quelle der Gefahr. Folgen bei Nichtbeachtung. Maßnahme zur Abwehr der Gefahr.

2.2 Produktsicherheit

2.2.1 Grundlegende Sicherheitshinweise

Unsere Produkte werden nach höchsten Qualitätsansprüchen entwickelt und gefertigt.

Gefahren - trotz
höchster Qualität

Obwohl das vorliegende Produkt dem heutigen Stand der Technik entspricht, können während der Inbetriebnahme, des Gebrauchs oder in Zusammenhang mit der Aufbereitung und Instandhaltung Gefahren entstehen.

Lesen Sie deshalb diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch. Beachten und befolgen Sie die Warnhinweise in diesem Dokument.

Betreiben Sie das Produkt nur in einwandfreiem Zustand gemäß der Zweckbestimmung und unter Beachtung der Gebrauchsanweisung. Stellen Sie vor jedem Gebrauch die Unversehrtheit und Funktionsfähigkeit des Produkts und des verwendeten Zubehörs sicher.

Bewahren Sie die Originalverpackung auf. Transportieren und lagern Sie das Produkt in der Originalverpackung und verwenden Sie sie für Rücksendungen im Servicefall.

Informieren Sie uns umgehend, sofern Sie Störungen oder Fehlfunktionen feststellen.



WARNUNG! Gefahr durch eigenmächtige Änderungen am Produkt. Personen können schwer verletzt werden. Nehmen Sie keinerlei eigenmächtige Änderungen vor.



WARNUNG! Betrieb des geöffneten Geräts. Gefahr des elektrischen Schlags. Gerät nicht öffnen. Gerät nur im geschlossenen Zustand betreiben.



WARNUNG! Ausfall von Komponenten während eines Eingriffs. Gefährdung des Patienten. Einsatzbereiten Ersatz bereithalten.



WARNUNG! Risiken durch die Anordnung, Aufstellung, Kombination oder die Eigenschaften umgebender oder verbundener Geräte oder Vorrichtungen. Gebrauchsanweisungen der betreffenden Produkte beachten. Risikobetrachtung durchführen.



WARNUNG! Erstickungsgefahr. Verpackungsmaterial so aufbewahren, dass es für Kinder nicht zugänglich ist.



WARNUNG! Magnetresonanztomographie (MRT). Magnetische Kraftwirkung, elektromagnetische Wechselwirkungen, Erhitzung von Metallteilen. Produkt nicht in der Nähe von MR-Tomographen verwenden.



VORSICHT! Unsanfte Handhabung. Patientengefährdung durch beschädigtes Produkt. Produkt vorsichtig behandeln. Kamerakabel nicht knicken, quetschen oder stark biegen. Produkt nach starker mechanischer Belastung oder Herunterfallen nicht mehr verwenden und zur Überprüfung an den Hersteller senden.



WARNUNG! Unsachgemäße Handhabung und Pflege sowie zweckentfremdeter Gebrauch können zu Risiken für Patienten, Anwender und Dritte sowie vorzeitigem Verschleiß des Produkts führen.

2.2.2 Qualifikation des Personals

Qualifikationsanforderungen beachten

Für Installation, Bedienung und Instandhaltung sind jeweils besondere Qualifikationen erforderlich. Beachten Sie die Qualifikationsanforderungen an das Personal in den jeweiligen Kapiteln dieses Dokuments.

2.2.3 Elektromagnetische Verträglichkeit

Medizinische elektrische Geräte unterliegen erhöhten Anforderungen in Bezug auf ihre elektromagnetische Verträglichkeit (EMV).

Trotz der hohen Störfestigkeit und der geringen Störaussendung des Geräts bestehen Anforderungen an die Installation und den Aufstellort des Geräts und an die räumlichen Umgebungsbedingungen hinsichtlich der EMV.

Beachten und befolgen Sie deshalb die betreffenden Warnhinweise in diesem Dokument und die beiliegende Broschüre über EMV.

Gemäß IEC/CISPR 11 werden medizinische elektrische Geräte in Gruppen und Klassen eingeteilt:

Gruppe 1: Das Produkt nutzt oder erzeugt HF-Energie ausschließlich für seine interne Funktion.

Gruppe 2: Das Produkt erzeugt HF-Energie im Funkfrequenzbereich von 9 kHz bis 400 GHz in Form von elektromagnetischer Strahlung oder mittels induktiver oder kapazitiver Kopplung zur Behandlung von Material oder zu Materialprüfungs- oder Analysezwecken.

Klasse A: Das Produkt **eignet sich nicht** für den Gebrauch in Wohnbereichen und solchen Bereichen, die direkt an ein Niederspannungs-Versorgungsnetz angeschlossen sind, das (auch) Wohngebäude versorgt.

Anmerkung: Die durch Aussendungen bestimmten Eigenschaften dieses Geräts gestatten seine Verwendung im industriellen Bereich und in Krankenhäusern (CISPR 11, Klasse A). Bei Verwendung im Wohnbereich (für den nach CISPR 11 üblicherweise Klasse B erforderlich ist) bietet dieses Gerät möglicherweise keinen angemessenen Schutz von Funkdiensten. Der Anwender muss gegebenenfalls Abhilfemaßnahmen wie Umsetzung oder Neuausrichtung des Geräts treffen.

Klasse B: Das Produkt **eignet sich** für den Betrieb in Wohnbereichen sowie solchen Bereichen, die direkt an ein Niederspannungs-Versorgungsnetz angeschlossen sind, das (auch) Wohngebäude versorgt.



WARNUNG! Die Verwendung von anderem Zubehör, anderen Wandlern und anderen Leitungen als jenen, welche der Hersteller dieses Geräts festgelegt oder bereitgestellt hat, kann erhöhte elektromagnetische Störaussendungen oder eine geminderte elektromagnetische Störfestigkeit des Geräts zur Folge haben und zu einer fehlerhaften Betriebsweise führen.



WARNUNG! Tragbare HF-Kommunikationsgeräte (Funkgeräte), einschließlich deren Zubehör, wie z. B. Antennenkabel und externe Antennen sollten nicht in einem geringeren Abstand als 30 cm (12 in) zu den vom Hersteller bezeichneten Teilen und Leitungen des im Geltungsbereich dieses Dokuments bezeichneten Produkts verwendet werden. Eine Nichtbeachtung kann zu einer Minderung der Leistungsmerkmale des Produkts führen.



WARNUNG! Störung des Live-Bilds durch externe Störquellen (zum Beispiel tragbare Geräte, wie Mobiltelefone). Gefährdung des Patienten.

- > Alle Störquellen entfernen
- > Mindestabstände einhalten
- > Sicherstellen, dass das Live-Bild am Monitor korrekt angezeigt wird

2.2.4 Kombination mit medizinischen elektrischen Geräten

Das Produkt ist mit Komponenten anderer Hersteller kombinierbar, sofern alle Komponenten die Anforderungen der IEC 60601-1 an die Sicherheit von medizinischen elektrischen Geräten erfüllen.

Der Betreiber steht in der Verantwortung, die Funktionsfähigkeit des Systems zu prüfen, sicherzustellen und zu erhalten.

Bei Verwendung von Geräten verschiedener Hersteller und beim gemeinsamen Betrieb eines Endoskops und/oder endoskopischen Zubehörs mit elektromedizinischen Geräten muss die für die Anwendung erforderliche elektrische Isolierung des Anwendungsteils gegeben sein (BF-/CF-Bedingungen gemäß IEC 60601-1).

Bei Fragen zur Kompatibilität wenden Sie sich an den technischen Service unseres Hauses.

2.2.5 Störungsanzeigen

Überhitzung

Das Gerät ist mit einem internen Temperatursensor ausgestattet.

Im Falle einer Überhitzung der Steuereinheit erscheint auf dem Bildschirm die Meldung „Übertemperatur! Achtung, Kamera schaltet in 2 Minuten aus!“.

Wenn das Menü geöffnet ist, schließt es sich bei Erscheinen der Meldung automatisch.

Inkompatibler USB-Speicher (nur bei Modell mit Fotoaufnahme-Funktion)

Kompatible USB-Speicher arbeiten mit dem Dateisystem FAT32.

Bei Verwendung eines inkompatiblen USB-Speichers erscheint beim Versuch, eine Aufnahme zu speichern die Meldung „USB Speicher falsches Format“.

Es empfiehlt sich, bei Anschluss eines USB-Speichers eine Probeaufnahme zu machen.

3 Installation und Inbetriebnahme

3.1 Sicherheitshinweise



WARNUNG

Unsachgemäße elektrische Installation

Gefahr von Brand, Kurzschluss oder elektrischem Schlag

- > Sicherstellen, dass die elektrische Installation den national geltenden technischen Vorschriften entspricht



WARNUNG

Installation eines medizinischen elektrischen Systems

Gefahr von Brand, Kurzschluss oder elektrischem Schlag

- > Durchführung der Installation nur durch qualifiziertes Personal
- > Bei der Kombination von elektrischen Geräten IEC 60601-1 befolgen
- > Nicht-medizinische Geräte, die die anwendbaren IEC-Sicherheitsnormen einhalten nur über einen medizinischen Trenntransformator anschließen
- > Keine zusätzlichen nicht-medizinischen Geräte an ein medizinisches elektrisches System anschließen
- > Signalleitungen von Geräten mit Funktionsverbindung, die an verschiedenen Zweigen der Netzversorgung angeschlossen sind, beidseitig galvanisch trennen
- > Geräte nur an ein Versorgungsnetz mit Schutzleiter anschließen
- > Nach der Installation eines medizinischen elektrischen Systems eine Prüfung nach IEC 62353 durchführen



WARNUNG

Verwendung von Mehrfachsteckdosen

Gefahr von Brand, Kurzschluss oder elektrischem Schlag

- > Falls benötigt, medizinisch zugelassene Mehrfachsteckdosen verwenden
- > Mehrfachsteckdosen niemals hintereinanderschalten
- > Mehrfachsteckdosen nicht abdecken (Wärmestau)
- > Mehrfachsteckdosen nicht auf den Boden legen
- > Zugentlastung verwenden
- > Nur Geräte an eine gemeinsame Mehrfachsteckdose anschließen, die als Teil des medizinischen elektrischen Systems bestimmt sind



⚠️ WARNUNG

Elektromagnetische Wechselwirkungen

Beeinträchtigung von Funktion und Bildqualität möglich

- > Beiliegende Broschüre zur EMV beachten
- > Sicherstellen, dass nahe beieinander stehende Geräte sich nicht gegenseitig elektromagnetisch stören
- > Nach der Installation Funktionsprüfung durchführen

3.2 Qualifikation des Personals

Fachpersonal Personal, das die Aufstellung bzw. Installation ggf. mehrerer medizinischer elektrischer Geräte vornimmt, muss über eine adäquate Ausbildung verfügen und mit den am Installationsort geltenden sicherheitsrelevanten und behördlichen Vorschriften vertraut sein.

3.3 Installation

3.3.1 Aufstellung

Gerät aufstellen

Beachten Sie die Sicherheitshinweise am Anfang dieses Kapitels und die beiliegende Broschüre zur EMV.

Gehen Sie so vor:



WARNUNG! Gefahr durch Aufstellung im explosionsgefährdeten Bereich. Erhöhte Brand- und Explosionsgefahr in sauerstoffangereicherter Umgebung. Gerät außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs und nicht in der Nähe entflammbarer Stoffe aufstellen.



WARNUNG! Gefahr durch Elektromagnetismus. Funktionsstörungen und Bildstörungen sind möglich. Nur die mitgelieferten Kabel verwenden. Sicherstellen, dass alle Geräte, die in der Nähe betrieben werden, die EMV-Anforderungen erfüllen. Nach der Installation eine Funktionsprüfung durchführen.



WARNUNG! Die Verwendung dieses Geräts unmittelbar neben anderen Geräten oder mit anderen Geräten in gestapelter Form sollte vermieden werden, da dies eine fehlerhafte Betriebsweise zur Folge haben könnte. Wenn eine Verwendung in der vorbeschriebenen Art dennoch notwendig ist, sollten dieses Gerät und die anderen Geräte beobachtet werden, um sich davon zu überzeugen, dass sie ordnungsgemäß arbeiten.

1. Stellen Sie das Gerät auf.

Sicher aufstellen!

Stellen Sie sicher, dass das Gerät wie folgt aufgestellt ist:

- waagrecht auf einem rutschfesten und ausreichend tragfähigen Untergrund,
- außerhalb der Patientenumgebung bzw. des sterilen Bereichs auf einem ausreichend stabilen Träger,
- tropf- und spritzwassergeschützt,
- während des Betriebs erschütterungsfrei,
- Lüftungsschlitze nicht abgedeckt,
- Hauptschalter an der Geräterückseite zugänglich.



2. Verbinden Sie den **Potentialausgleichsanschluss** an der Geräterückseite mit dem Potentialausgleichsanschluss am Installationsort.

Verwenden Sie ein Potentialausgleichskabel gemäß DIN 42801 mit einem Querschnitt von mindestens 4 mm².

- Das Gerät ist ordnungsgemäß aufgestellt.

3.3.2 Anschluss von Monitoren

Monitore anschließen

Sie können mehrere Monitore anschließen. Wählen Sie zum Anschluss des Hauptmonitors das bestmögliche Signal. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung des Monitors.

Gehen Sie so vor:

1. Verbinden Sie einen **DVI**-Anschluss an der Geräterückseite mit dem DVI-Eingang des Hauptmonitors.
Verwenden Sie das beiliegende DVI-Kabel.
2. Schließen Sie ggf. weitere Monitore an die verbleibenden Video-Ausgänge an.

Kabel verriegeln

Verriegeln Sie die Anschlusskabel beidseits, damit sie sich nicht unbeabsichtigt lösen können.

Kabel sicher verlegen!

3. Verlegen Sie alle Kabel so, dass niemand darüber stolpern oder hängenbleiben kann.

Die Monitore sind ordnungsgemäß angeschlossen.

3.3.3 Anschluss einer Tastatur

Tastatur anschließen

Gehen Sie so vor:

1. Verbinden Sie das Anschlusskabel der Tastatur mit dem USB-Anschluss mit der Aufschrift **USB-Keyboard (USB-Tastatur)** an der Rückseite des Geräts.

Kabel sicher verlegen!

2. Verlegen Sie alle Kabel so, dass niemand darüber stolpern oder hängenbleiben kann.

Die Tastatur ist ordnungsgemäß angeschlossen.

3.3.4 Anschluss eines Fußschalters

Fußschalter anschließen

Sie können bis zu zwei Einpedal-Fußschalter anschließen. Schließen Sie Fußschalter an, wenn Sie die Kamera per Fußschalter steuern wollen.

Hinweis: Nur der im [Abschnitt 8.3](#) angegebene Fußschalter ist kompatibel.

Gehen Sie so vor:

- | | |
|---------------------------|--|
| Fußschalter konfigurieren | 1. Verbinden Sie einen Fußschalter mit dem Remote-In 1 -Anschluss an der Kamerasteuereinheit. |
| Kabel sicher verlegen! | 2. Verbinden Sie einen zweiten Fußschalter mit dem Remote-In 2 -Anschluss an der Kamerasteuereinheit. |
| | 3. Konfigurieren Sie die Fußschalter wie in Abschnitt 4.1.9 beschrieben. |
| | 4. Verlegen Sie alle Kabel so, dass niemand darüber stolpern oder hängenbleiben kann. |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Die Fußschalter sind ordnungsgemäß angeschlossen. |

3.3.5 Anschluss eines Aufzeichnungsgeräts

Aufzeichnungsgerät anschließen

Beachten Sie die Gebrauchsanweisung des Aufzeichnungsgeräts.

Gehen Sie so vor:

- | | |
|---------------------------------|---|
| Remote-Out 1 für Fotos | 1. Verbinden Sie, je nach Signalqualität des Aufzeichnungsgeräts, einen DVI- oder einen HD-SDI -Anschluss an der Geräterückseite mit dem korrespondierenden Eingang des Aufzeichnungsgeräts. |
| Remote-Out 2 für Videoaufnahmen | 2. Wenn Sie Aufzeichnungen über die Kamerakopftasten oder per Fußschalter auslösen wollen, verbinden Sie die Remote-Out-Anschlüsse an der Geräterückseite mit den korrespondierenden Eingängen des Aufzeichnungsgeräts.

Verwenden Sie die beiliegenden 3,5 mm Klinenstecker-Kabel. |
| Kabel sicher verlegen! | 3. Verbinden Sie den Remote-Out 1 -Anschluss mit dem Anschluss für die Aufzeichnung von Fotos des Aufzeichnungsgeräts. |
| | 4. Verbinden Sie den Remote-Out 2 -Anschluss mit dem Anschluss für die Aufzeichnung von Videoaufnahmen des Aufzeichnungsgeräts. |
| | 3. Ändern Sie nötigenfalls die Tastenbelegung am Kamerakopf. |
| | 4. Verlegen Sie alle Kabel so, dass niemand darüber stolpern oder hängenbleiben kann. |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Das Aufzeichnungsgerät ist ordnungsgemäß angeschlossen. |

3.3.6 Anschluss einer Lichtquelle

Lichtquelle anschließen

Die angeschlossene Lichtquelle können Sie über die Kamerakopftasten steuern.

Hinweis: Nur kompatible Lichtquellen sind mit den Kamerakopftasten steuerbar.

Gehen Sie so vor:

Kamerakopftasten
konfigurieren

1. Verbinden Sie die MIS-Bus-Anschlüsse von Steuereinheit und Lichtquelle miteinander. Verwenden Sie das beiliegende MIS-Bus-Kabel.
 2. Stellen Sie sicher, dass die Anschlüsse beidseits verriegelt sind.
 3. Ändern Sie nötigenfalls die Tastenbelegung am Kamerakopf, damit Sie die Lichtquelle über die Kamerakopftasten ein- und ausschalten oder deren Helligkeit steuern können.
- Die Lichtquelle ist ordnungsgemäß angeschlossen.

3.3.7 Netzanschluss

Gerät anschließen

Führen Sie den Netzanschluss zuletzt durch. Beachten Sie die Sicherheitshinweise am Anfang dieses Kapitels.

Um eine kontinuierliche Stromversorgung zu gewährleisten, wird eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) empfohlen.

ACHTUNG! Kondensationsgefahr bei extremen Temperaturunterschieden. In einem sehr kalt gelagerten Gerät kann die Luftfeuchtigkeit bei raschem Temperaturwechsel von kalt zu warm im Gerät kondensieren. Mit dem Netzanschluss und Einschalten warten, bis das Gerät die Umgebungstemperatur angenommen hat.

Gehen Sie so vor:

1. Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung am Einsatzort den Angaben auf dem Typenschild des Geräts entspricht.
2. Stecken Sie das Netzkabel in die Netzanschlussbuchse an der Rückseite des Geräts.



WARNUNG! Funkenbildung im explosionsgefährdeten Bereich. Explosionsgefahr. Netzstecker außerhalb explosionsgefährdeter Bereiche mit der Stromversorgung verbinden.

Kabel sicher verlegen!

3. Verbinden Sie das Netzkabel mit der Stromversorgung.
 4. Verlegen Sie das Kabel so, dass niemand darüber stolpern oder hängenbleiben kann.
- Das Gerät ist ordnungsgemäß angeschlossen.

3.3.8 Erste Inbetriebnahme und Funktionsprüfung

Funktionsprüfung durchführen

Bei der ersten Inbetriebnahme überprüfen Sie die Installation und stellen die Funktionsfähigkeit des Geräts fest.

Voraussetzung: Die Installation muss abgeschlossen sein.

Gehen Sie so vor:

1. Stellen Sie den Hauptschalter auf der Geräterückseite auf EIN.
 - > *Das Gerät wechselt in den Standby-Modus.*
2. Schalten Sie das Gerät und alle Geräte in der Umgebung ein.
3. Schließen Sie einen Kamerakopf an wie in [Abschnitt 5.6.1](#) beschrieben.
4. Führen Sie einen Weißabgleich durch wie in [Abschnitt 5.6.3](#) beschrieben.
5. Richten Sie den Kamerakopf auf ein Objekt im Raum und fokussieren Sie das Bild.
6. Stellen Sie sicher, dass am Monitor ein gutes Bild ohne Streifenbildung, Farbverschiebungen oder Bildflackern angezeigt wird.

Kamerakopf
anschießen
Weißabgleich
durchführen
Bild scharfstellen



Das Monitorbild ist nicht einwandfrei?

Elektromagnetismus könnte die Störungen verursachen.

Vergrößern Sie den Abstand der Geräte zueinander, indem Sie die Geräte neu anordnen. Setzen Sie sich nötigenfalls mit unserem technischen Service in Verbindung.

7. Stellen Sie sicher, dass die Kamerakopftasten ordnungsgemäß bedienbar sind.
- Die Funktionsprüfung ist abgeschlossen.

4 Konfiguration

4.1 Grundeinstellungen

4.1.1 Systemsprache

Systemsprache einstellen



Navigieren Sie mit den Pfeiltasten im Menü und bestätigen Sie Ihre Auswahl jeweils mit der Enter-Taste.

Gehen Sie so vor:



1. Drücken Sie den Taster **Menü** an der Vorderseite des Geräts für ca. 2 Sekunden.
 - > Das Hauptmenü öffnet sich am Bildschirm.
 2. Navigieren Sie zum Menüeintrag **Options (Optionen)**.
 3. Drücken Sie den Taster **Menü** für ca. 2 Sekunden.
 - > Das Setupmenü öffnet sich am Bildschirm.
 4. Navigieren Sie zu **Configuration (Konfiguration)** und bestätigen Sie.
 - Sprachauswahl 5. Navigieren Sie zu **Language selection (Sprachauswahl)** und bestätigen Sie.
 6. Wählen Sie die gewünschte Sprache und bestätigen Sie.
 - > Ihre Auswahl wird in weißer Schrift dargestellt.
 - > Die Sprache wird wunschgemäß umgestellt.
- Die Systemsprache ist eingestellt.

4.1.2 Position der Bildschirmanzeige

Position der Bildschirmanzeige korrigieren

Um die Position der Bildschirmanzeige zu korrigieren, wählen Sie in Abhängigkeit vom verwendeten Monitor ein Seitenverhältnis von 16:9 oder 16:10.



Navigieren Sie mit den Pfeiltasten im Menü und bestätigen Sie Ihre Auswahl jeweils mit der Enter-Taste.

Gehen Sie so vor:



1. Drücken Sie den Taster **Menü** an der Vorderseite des Geräts für ca. 2 Sekunden.
 - > Das Hauptmenü öffnet sich am Bildschirm.
2. Navigieren Sie zum Menüeintrag **Optionen**.
3. Drücken Sie den Taster **Menü** für ca. 2 Sekunden.
 - > Das Setupmenü öffnet sich am Bildschirm.
4. Navigieren Sie zu **Konfiguration** und bestätigen Sie.
- 16:9 / 16:10 5. Navigieren Sie zu **16:9 / 16:10** und bestätigen Sie.
 - > Ihre Auswahl wird in weißer Schrift dargestellt.

6. Wählen Sie das gewünschte Seitenverhältnis und bestätigen Sie.
 Die Position der Bildschirmanzeige ist korrigiert.

4.1.3 Datum und Uhrzeit, Anzeigeformat

Datum und Uhrzeit einstellen



Navigieren Sie mit den Pfeiltasten im Menü und bestätigen Sie Ihre Auswahl jeweils mit der Enter-Taste.

Gehen Sie so vor:



1. Drücken Sie den Taster **Menü** an der Vorderseite des Geräts für ca. 2 Sekunden.
> *Das Hauptmenü öffnet sich am Bildschirm.*
2. Navigieren Sie zum Menüeintrag **Optionen**.
3. Drücken Sie den Taster **Menü** für ca. 2 Sekunden.
> *Das Setupmenü öffnet sich am Bildschirm.*
4. Navigieren Sie zu **Konfiguration** und bestätigen Sie.
- Datum/Zeit 5. Navigieren Sie zu **Datum/Zeit** und bestätigen Sie.
6. Wählen Sie das gewünschte Anzeigeformat und bestätigen Sie.
> *Ihre Auswahl wird in weißer Schrift dargestellt.*
7. Stellen Sie Datum und die Uhrzeit ein und speichern Sie jeweils mit Enter.
 Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

4.1.4 Bildformat aufgenommener Fotos

Bildformat einstellen (optional)

Legen Sie fest, in welchem Dateiformat aufgenommene Fotos gespeichert werden sollen. Sie können zwischen BMP und JPEG wählen.



Navigieren Sie mit den Pfeiltasten im Menü und bestätigen Sie Ihre Auswahl jeweils mit der Enter-Taste.

Gehen Sie so vor:



1. Drücken Sie den Taster **Menü** an der Vorderseite des Geräts für ca. 2 Sekunden.
> *Das Hauptmenü öffnet sich am Bildschirm.*
2. Navigieren Sie zum Menüeintrag **Optionen**.
3. Drücken Sie den Taster **Menü** für ca. 2 Sekunden.
> *Das Setupmenü öffnet sich am Bildschirm.*
4. Navigieren Sie zu **Konfiguration** und bestätigen Sie.
- Bildformat 5. Navigieren Sie zu **Bildformat** und bestätigen Sie.
6. Wählen Sie das gewünschte Dateiformat und bestätigen Sie.

Wählen Sie BMP, wenn Sie unkomprimierte Fotos in hoher Qualität erstellen wollen. Ein Bild kann bis zu 6 MB groß werden.

Wählen Sie JPG, wenn Sie komprimierte Fotos in guter Qualität mit einer geringeren Dateigröße von ca. 400 KB erstellen wollen.

> Ihre Auswahl wird in weißer Schrift dargestellt.

Das Bildformat ist eingestellt.

4.1.5 Bildwiederholfrequenz

Bildwiederholfrequenz einstellen

Lassen Sie die werksseitig voreingestellte Bildwiederholfrequenz unverändert. Eine Änderung der Einstellung ist nur in Ausnahmefällen nötig.



Navigieren Sie mit den Pfeiltasten im Menü und bestätigen Sie Ihre Auswahl jeweils mit der Enter-Taste.

Gehen Sie so vor:



1. Drücken Sie den Taster **Menü** an der Vorderseite des Geräts für ca. 2 Sekunden.

> Das Hauptmenü öffnet sich am Bildschirm.

2. Navigieren Sie zum Menüeintrag **Optionen**.

3. Drücken Sie den Taster **Menü** für ca. 2 Sekunden.

> Das Setupmenü öffnet sich am Bildschirm.

4. Navigieren Sie zu **Konfiguration** und bestätigen Sie.

50Hz / 60Hz

5. Navigieren Sie zu **50Hz / 60Hz** und bestätigen Sie.

6. Wählen Sie die gewünschte Bildwiederholfrequenz und bestätigen Sie.

> Ihre Auswahl wird in weißer Schrift dargestellt.

> Ein Dialogfenster für die Bestätigung öffnet sich.

7. Bestätigen Sie das Dialogfenster mit **Durchführen**.

Die Bildwiederholfrequenz ist eingestellt.

4.1.6 Einblendungen am Bildschirm

Einblendungen festlegen

Legen Sie fest, ob Datum, Uhrzeit und ggf. Patientendaten am Bildschirm eingeblendet werden sollen. Bestimmen Sie außerdem, ob nach dem Einschalten des Kamerasystems vorübergehend die Belegung der Kamerakopftasten angezeigt werden soll.



Navigieren Sie mit den Pfeiltasten im Menü und bestätigen Sie Ihre Auswahl jeweils mit der Enter-Taste.

Gehen Sie so vor:



1. Drücken Sie den Taster **Menü** an der Vorderseite des Geräts für ca. 2 Sekunden.

> Das Hauptmenü öffnet sich am Bildschirm.

2. Navigieren Sie zum Menüeintrag **Optionen**.

3. Drücken Sie den Taster **Menü** für ca. 2 Sekunden.

> Das Setupmenü öffnet sich am Bildschirm.

4. Navigieren Sie zu **Konfiguration** und bestätigen Sie.

Bildschirmanzeige

5. Navigieren Sie zu **Bildschirmanzeige** und bestätigen Sie.

6. Wählen Sie die gewünschten Einblendungen und bestätigen Sie.

> Ihre Auswahl wird in weißer Schrift dargestellt.

Bei entsprechender Auswahl

- werden Datum und Uhrzeit am Bildschirm links oben eingeblendet,
- werden Patientendaten am Bildschirm rechts oben eingeblendet,
- wird die Belegung der Kamerakopftasten nach dem Einschalten des Kamerasystems für einige Sekunden angezeigt.

Die Einblendungen sind festgelegt.

4.1.7 Akustisches Signal bei Fotoaufnahme

Signal ein- oder ausschalten (optional)

Legen Sie fest, ob Fotoaufnahmen durch ein akustisches Signal bestätigt werden sollen.



Navigieren Sie mit den Pfeiltasten im Menü und bestätigen Sie Ihre Auswahl jeweils mit der Enter-Taste.

Gehen Sie so vor:



1. Drücken Sie den Taster **Menü** an der Vorderseite des Geräts für ca. 2 Sekunden.

> Das Hauptmenü öffnet sich am Bildschirm.

2. Navigieren Sie zum Menüeintrag **Optionen**.

3. Drücken Sie den Taster **Menü** für ca. 2 Sekunden.

> Das Setupmenü öffnet sich am Bildschirm.

4. Navigieren Sie zu **Konfiguration** und bestätigen Sie.

Signalgeber

5. Navigieren Sie zu **Signalgeber** und bestätigen Sie.

6. Aktivieren oder deaktivieren Sie den Signalton und bestätigen Sie.

> Ihre Auswahl wird in weißer Schrift dargestellt.

Die Signal ist eingestellt.

4.1.8 Belichtungszeit

Belichtungszeit einstellen

Die Belichtungszeit erfolgt normalerweise automatisch. Die Einstellung einer fixen Belichtungszeit kann bei speziellen Anwendungen sinnvoll sein, z. B. zur Verringerung von Schwingeffekten bei der Stroboskopie.

Stellen Sie nötigenfalls eine fixe Belichtungszeit ein.



Navigieren Sie mit den Pfeiltasten im Menü und bestätigen Sie Ihre Auswahl jeweils mit der Enter-Taste.

Gehen Sie so vor:



1. Drücken Sie den Taster **Menü** an der Vorderseite des Geräts für ca. 2 Sekunden.

> Das Hauptmenü öffnet sich am Bildschirm.

2. Navigieren Sie zum Menüeintrag **Optionen**.

3. Drücken Sie den Taster **Menü** für ca. 2 Sekunden.

> Das Setupmenü öffnet sich am Bildschirm.

4. Navigieren Sie zu **Konfiguration** und bestätigen Sie.

Shutter

5. Navigieren Sie zu **Shutter** und bestätigen Sie.

6. Wählen Sie „Auto“ oder „Manuell“ und bestätigen Sie.

Wenn Sie „Manuell“ gewählt haben, stellen Sie die gewünschte Belichtungszeit ein und bestätigen Sie.

> Ihre Auswahl wird in weißer Schrift dargestellt.

- Die Belichtungszeit ist eingestellt.

4.1.9 Konfiguration des Fußschalters

Fußschalter konfigurieren

Belegen Sie den Fußschalter Ihren Wünschen entsprechend mit einer Funktion.



Navigieren Sie mit den Pfeiltasten im Menü und bestätigen Sie Ihre Auswahl jeweils mit der Enter-Taste.

Gehen Sie so vor:



1. Drücken Sie den Taster **Menü** an der Vorderseite des Geräts für ca. 2 Sekunden.

> *Das Hauptmenü öffnet sich am Bildschirm.*

2. Navigieren Sie zum Menüeintrag **Optionen**.

3. Drücken Sie den Taster **Menü** für ca. 2 Sekunden.

> *Das Setupmenü öffnet sich am Bildschirm.*

4. Navigieren Sie zu **Konfiguration** und bestätigen Sie.

Fußschalter

5. Navigieren Sie zu **Fußschalter** und bestätigen Sie.

6. Belegen Sie den Fußschalter wunschgemäß mit einer Funktion.

Wählen Sie eine der folgenden Funktionen:

- Selektive Farbanhebung (SCE) (optional)
- Rauchreduktion (optional)
- Musterentfernung (optional)
- Lichtquelle an/aus
- Foto [aufnehmen] (auf USB-Speicher, optional)
- Remote-Out 1
(Aufzeichnung von Fotos durch ein angeschlossenes Aufzeichnungsgerät)
- Remote-Out 2
(Aufzeichnung von Videos durch ein angeschlossenes Aufzeichnungsgerät)

Hinweis: Die auswählbaren Bildeinstellungen sind im [Abschnitt 4.2.1](#) näher beschrieben.

- Der Fußschalter ist konfiguriert.

4.1.10 Anzeige von Systeminformationen

Systeminformationen anzeigen

Die Systeminformationen können dem technischen Service nützlich sein.



Navigieren Sie mit den Pfeiltasten im Menü und bestätigen Sie Ihre Auswahl jeweils mit der Enter-Taste.

Gehen Sie so vor:



1. Drücken Sie den Taster **Menü** an der Vorderseite des Geräts für ca. 2 Sekunden.
 - > Das Hauptmenü öffnet sich am Bildschirm.
 2. Navigieren Sie zum Menüeintrag **Optionen**.
 3. Drücken Sie den Taster **Menü** für ca. 2 Sekunden.
 - > Das Setupmenü öffnet sich am Bildschirm.
 4. Navigieren Sie zu **Systeminfo** und bestätigen Sie.
 5. Lassen Sie sich die gewünschten Informationen anzeigen:
 - Softwareversion
 - Hardwareversion
 - Seriennummer > Steuereinheit, Seriennummer > Kamerakopf und Seriennummer > Lichtquelle
- Die Systeminformationen wurden angezeigt.

4.2 Bildeinstellung

4.2.1 Allgemeines

Im Konfigurationsmenü sind für ausgewählte endoskopische Fachrichtungen optimierte Kameraeinstellungen auswählbar.

Sie haben die Möglichkeit, die Bildeinstellungen Ihren Bedürfnissen entsprechend anzupassen und zu speichern.

Folgende einstellbaren Parameter stehen Ihnen für jede Fachrichtung zur Verfügung:

Helligkeit

Mit der Helligkeit regeln Sie die Belichtungssteuerung der Kamera.

Reduzieren Sie die Helligkeit, um Überblendungen abzuschwächen und erhöhen Sie sie, um das Bild heller zu machen.

Kontrast

Mit dem Kontrast verändern Sie die Kontrastwiedergabe des Bildes.

Reduzieren Sie den Kontrast, um bei Endoskopen mit schlechter Randausleuchtung ein homogener ausgeleuchtetes Bild zu erhalten.

Hinweis: Verdunkelungen am Bildrand können auch die Folge einer zu klein eingestellten Fenstergröße sein.

Kantenanhebung

Mit der Kantenanhebung verstärken Sie die Konturen an den Übergängen aneinander angrenzender Strukturen.

Verstärken Sie die Kantenanhebung bei laparoskopischen und arthroskopischen Eingriffen mit Stablinsensystemen, um die Darstellung von Gefäßen zu verbessern.

Reduzieren Sie die Kantenanhebung bei Bildbündelsystemen, um unerwünschte Strukturen des Bildbündelsystems abzuschwächen.

Hinweis: Durch die Kantenanhebung kann sich das Bildrauschen verstärken.

Sättigung

Mit der Sättigung verändern Sie die Farbintensität.

Verändern Sie die Sättigung ggf. nach Ihrem persönlichen Eindruck. Reduzieren Sie die Sättigung, um unerwünschte Farbeffekte abzuschwächen, z. B. Moirés.

Fenster

Mit der Fenstergröße definieren Sie den Bildausschnitt, den die Kamera für die Regelung der Bildhelligkeit verwendet.

Wählen Sie ein Fenster, das ähnlich groß oder kleiner ist als das runde Bild des Endoskops.

Wählen Sie ein noch kleineres Fenster, um in röhrenförmigen Hohlräumen eine bessere Sicht in die Ferne zu erreichen, z. B. in der Urethra.

Hinweis: Ein zu groß eingestelltes Fenster, das das runde Bild des Endoskops überragt, kann zu Überblendungen führen.

Lichtquelle +/-

Unter diesem Menüpunkt können Sie die Helligkeit der Lichtquelle einstellen, wenn diese kompatibel und entsprechend angeschlossen ist.

Wählen Sie bei einer LED-Lichtquelle eine Lichtstärke von 70 % - 100 %.

Reduzieren Sie die Lichtstärke, um Überblendungen zu reduzieren. Erhöhen Sie die Lichtstärke, um Bildrauschen zu reduzieren.

Hinweis: Bei LED-Lichtquellen kann eine zu geringe Lichtstärke die Farbwiedergabe verändern.

Lichtquelle an/aus

Unter diesem Menüpunkt können Sie die Lichtquelle ein- und ausschalten, wenn diese kompatibel und entsprechend angeschlossen ist.

Zoom

Mit dem digitalen Zoom stellen Sie eine bis zu dreifache digitale Vergrößerung des Bilds ein.

Hinweis: Durch digitales Zoomen verringert sich die Bildauflösung - die Bildqualität nimmt ab. Bevorzugen Sie deshalb möglichst den optischen Zoom am Kamerakopf.

Selektive Farbanhebung (SCE) (optional)

Mit der selektiven Farbanhebung intensivieren Sie die im Bild vorherrschende Farbe.

Nutzen Sie die selektive Farbanhebung, um in Umgebungen mit nur geringen Farbunterschieden unterschiedliche Strukturen visuell stärker voneinander abzugrenzen, z. B. um die Farbe von Gefäßen hervorzuheben.

Hinweis: Die selektive Farbanhebung verändert die natürliche Farbwiedergabe. Solange die Einstellung aktiviert ist, wird deshalb die Bildschirmmeldung „Achtung Falschfarbendarstellung“ angezeigt.

Rauchreduktion (optional)

Mit der Rauchreduktion erreichen Sie in rauchgefüllter Umgebung ein klareres Bild (z. B. bei Koagulationen mit HF-Chirurgiegeräten).

Nutzen Sie die Rauchreduktion, um eine schlechte Sicht durch Rauchentwicklung zu kompensieren.

Hinweis: Die Rauchreduktion bewirkt ein sehr kontrastreiches Bild und kann Überblendungen begünstigen.

Musterentfernung (optional)

Mit der Musterentfernung reduzieren oder entfernen Sie die Muster, die durch die Verwendung von Bildbündelsystemen verursacht werden.

Nutzen Sie die Musterentfernung zur Unterdrückung störender Muster.

Hinweis: Die Musterentfernung bewirkt eine geringfügige Reduzierung der Bildschärfe.

Noise Reduction

Mit der Noise Reduction reduzieren Sie Bildrauschen.

Stellen Sie die Noise Reduction zum Schluss ein bzw. wenn Sie eine hohe Kantenanhebung eingestellt haben und das Bildrauschen noch reduzieren wollen.

Hinweis: Die Noise Reduction führt ab der mittleren Einstellung zu einer leichten Reduzierung der Bildschärfe. Bei hoher Einstellung können bei schnellen Bewegungen Artefakte auftreten („Nachziehen“).

4.2.2 Änderung von Einstellungen

Bildeinstellungen für eine Fachrichtung ändern



Navigieren Sie mit den Pfeiltasten im Menü und bestätigen Sie Ihre Auswahl jeweils mit der Enter-Taste.

Gehen Sie so vor:



1. Drücken Sie den Taster **Menü** an der Vorderseite des Geräts für ca. 2 Sekunden.
 - > *Das Hauptmenü öffnet sich am Bildschirm.*
2. Um zu der Fachrichtung zu gelangen, die Sie ändern wollen, navigieren Sie zum Menüeintrag **Fachrichtung** und bestätigen Sie.
Navigieren Sie anschließend zur gewünschten Fachrichtung und bestätigen Sie.
 - > *Die Fachrichtung wird umgestellt.*
3. Navigieren Sie zu **Einstellungen** und bestätigen Sie.
4. Führen Sie die gewünschten Änderungen durch.



Speichern Sie Ihre Änderungen jeweils durch Drücken der Enter-Taste.

- Führen Sie einen Weißabgleich durch, um einen realistischen Eindruck Ihrer Änderungen zu erhalten.
- Die Bildeinstellungen für die gewählte Fachrichtung wurden geändert.

4.2.3 Benutzerdefinierte Bildeinstellung

Benutzerdefinierte Bildeinstellungen vornehmen und als Profil speichern

Erstellen Sie benutzerdefinierte Profile auf Basis bestehender Referenzprofile und speichern Sie diese unter einem selbst gewählten Namen.

Hinweis: Für die Eingabe eines benutzerdefinierten Namens muss eine Tastatur angeschlossen sein.

Benutzerdefinierte Profile können auch ohne Tastatur gespeichert werden – Ihre Einstellungen werden in diesem Fall unter dem voreingestellten Namen (User 1, User 2) gespeichert.

Es können zwei benutzerdefinierte Profile gespeichert werden.



Navigieren Sie mit den Pfeiltasten im Menü und bestätigen Sie Ihre Auswahl jeweils mit der Enter-Taste.

Gehen Sie so vor:



- Drücken Sie den Taster **Menü** an der Vorderseite des Geräts für ca. 2 Sekunden.

> *Das Hauptmenü öffnet sich am Bildschirm.*

- Navigieren Sie zum Menüeintrag **Fachrichtung** und bestätigen Sie.
- Navigieren Sie zum Menüeintrag **User[n] anpassen** und bestätigen Sie.
- Navigieren Sie zum Menüeintrag **Anpassen** und bestätigen Sie.

Referenzprofil wählen

- Wählen Sie das Referenzprofil, das Sie dem benutzerdefinierten Profil zu Grunde legen wollen und bestätigen Sie.
- Navigieren Sie im Hauptmenü zurück zu **Einstellungen** und bestätigen Sie.
- Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.



Speichern Sie Ihre Änderungen jeweils durch Drücken der Enter-Taste.

- Navigieren Sie im Hauptmenü zurück zu **Fachrichtung** und bestätigen Sie.
- Navigieren Sie zum Menüeintrag **User[n] anpassen** und bestätigen Sie.
- Navigieren Sie zum Menüeintrag **Umbenennen** und bestätigen Sie.

Namen eingeben

- Drücken Sie die Pfeil nach rechts-Taste auf der Tastatur und geben Sie einen Namen für das benutzerdefinierte Profil ein.

Für den Namen stehen bis zu 30 Zeichen zur Verfügung.

- Bestätigen Sie die Eingabe mit der Enter-Taste auf der Tastatur.

> *Der Name wird für das benutzerdefinierte Profil übernommen.*

- Das benutzerdefinierte Profil ist gespeichert.

4.3 Rücksetzung auf Werkseinstellungen

4.3.1 Vollständige Rücksetzung

Gerät vollständig auf die Werkseinstellungen zurücksetzen

ACHTUNG! Alle Einstellungen werden auf die Werkseinstellung zurückgesetzt. Gegebenenfalls nur eine einzelne Fachrichtung zurücksetzen.



Navigieren Sie mit den Pfeiltasten im Menü und bestätigen Sie Ihre Auswahl jeweils mit der Enter-Taste.

Gehen Sie so vor:



1. Drücken Sie den Taster **Menü** an der Vorderseite des Geräts für ca. 2 Sekunden.

> Das Hauptmenü öffnet sich am Bildschirm.

2. Navigieren Sie zum Menüeintrag **Optionen**.

3. Drücken Sie den Taster **Menü** für ca. 2 Sekunden.

> Das Setupmenü öffnet sich am Monitor.

4. Navigieren Sie zu **Konfiguration** und bestätigen Sie.

Werkseinstellungen

5. Navigieren Sie zu **Werkseinstellungen** und bestätigen Sie.

6. Wählen Sie **Durchführen** und bestätigen Sie.

> Ein Dialogfenster zur Bestätigung wird am Bildschirm angezeigt. Die Option **Durchführen** ist aktiviert.

Wenn Sie den Vorgang abbrechen wollen, wählen Sie **Abbrechen** und bestätigen Sie.

> Das Dialogfenster schließt sich und das Setup-Menü wird angezeigt.

Wenn Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen wollen, bestätigen Sie die Auswahl.

> Das Gerät wird auf die Werkseinstellung zurückgesetzt und startet neu.

- Das Gerät ist auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.

4.3.2 Rücksetzung einer einzelnen Fachrichtung

Bildeinstellungen einer Fachrichtung zurücksetzen

Folgen Sie der nachfolgenden Beschreibung, wenn Sie die Bildeinstellungen einer einzelnen Fachrichtung auf die Werkseinstellungen zurücksetzen wollen.



Navigieren Sie mit den Pfeiltasten im Menü und bestätigen Sie Ihre Auswahl jeweils mit der Enter-Taste.

Gehen Sie so vor:



1. Drücken Sie den Taster **Menü** an der Vorderseite des Geräts für ca. 2 Sekunden.

> *Das Hauptmenü öffnet sich am Bildschirm.*

2. Wählen Sie die Fachrichtung, die Sie zurücksetzen wollen, wie in [Abschnitt 5.6.2](#) beschrieben.

Einstellungen

3. Navigieren Sie zu **Einstellungen** und bestätigen Sie.

4. Navigieren Sie zu **Zurücksetzen?** und bestätigen Sie.

5. Navigieren Sie zu **Durchführen** und bestätigen Sie.

Die Bildeinstellungen der Fachrichtung sind zurückgesetzt.

5 Bedienung

5.1 Sicherheitshinweise



WARNUNG

Änderungen an der Installation

Gefahr von Brand, Kurzschluss und elektrischem Schlag

- > Sicherheitshinweise im Kapitel Installation und Inbetriebnahme beachten
- > Elektrische Installation nicht eigenmächtig verändern
- > Wenn eine Mehrfachsteckdose in der Installation enthalten ist, nicht eigenmächtig zusätzliche Geräte anschließen
- > Mehrfachsteckdosen niemals hintereinanderschalten



WARNUNG

Ableitstrom bei Berührung des Patienten

Gefahr eines elektrischen Schlages

- > Patienten und Gehäuse oder berührbare Kontakte elektrischer Geräte nicht gleichzeitig berühren
- > Patienten und nicht-medizinische elektrische Geräte nicht gleichzeitig berühren



WARNUNG

Aufstellung des Gerätewagens im Sterilbereich

Infektionsgefahr

- > Gerätewagen nicht im Sterilbereich aufstellen
- > Kabellängen so bemessen, dass genügend Bewegungsfreiheit vorhanden ist, ohne die Sterilität zu gefährden
- > Lichtleiter im direkten OP-Umfeld so fixieren, dass dieser nicht unbeabsichtigt abrutschen kann



WARNUNG

Anzeige einer Aufzeichnung anstelle des Live-Bilds

Gefährdung des Patienten

- > Stets sicherstellen, dass das Live-Bild der endoskopischen Kamera am Monitor angezeigt wird

**⚠️ WARNUNG****Wechselwirkungen mit gleichzeitig verwendeten Geräten (z. B. Laser, HF-Chirurgie)**

Gefährdung von Patient und Anwender, Bildstörungen, Beschädigung des Produkts

- > Sicherstellen, dass alle verwendeten Geräte mindestens die geforderten BF-Bedingungen bzw. CF-Bedingungen gemäß IEC 60601-1 erfüllen
- > Kennzeichnung und Gebrauchsanweisung der verwendeten Geräte beachten
- > Direkten Kontakt des Endoskops und leitfähiger Teile mit aktivierten HF-Elektroden vermeiden
- > HF-Elektroden nicht in Anwesenheit verbrennungsfördernder Gase oder Flüssigkeiten aktivieren
- > Explosionsfähige Gasgemische und Flüssigkeiten vor Einsatz von HF-Geräten absaugen

**⚠️ VORSICHT****Elektrostatische Entladung am Anschlussfeld des Monitors**

Kurzzeitiger Bildausfall, Gefährdung des Patienten

- > Anschlussfeld und Anschlüsse an der Rückseite des Monitors während laufender Eingriffe nicht berühren

5.2 Qualifikation des Personals

Das Produkt darf nur von Ärzten und ärztlichem Assistenzpersonal bedient werden, das die am Einsatzort geltenden Bestimmungen in Bezug auf Ausbildung und Weiterbildung, Fachkenntnis und praktische Erfahrung bezüglich der angewandten endoskopischen Fachdisziplin erfüllen.

5.3 Allgemeine Hinweise zur Bedienung

Hinweis: Die Ausführungen über Patientenverwaltung in diesem Abschnitt sind nur für Modelle mit Fotoaufnahme-Funktion relevant.

Beginnen Sie jeden Eingriff damit, einen neuen Patienten anzulegen. So stellen Sie sicher, dass die während des Eingriffs erstellten Aufnahmen in einem separaten Dateiordner gespeichert werden.

Geben Sie hierfür die Patientendaten ein wie in [Abschnitt 5.6.4](#) beschrieben.

Neuer Patient Im Menü finden Sie den Eintrag „**Neuer Patient**“. Durch Bestätigung dieses Eintrags löschen Sie bestehende Patientendaten. Wenn Sie keine Patientendaten eingeben wollen, bestätigen Sie diesen Eintrag trotzdem, damit für die nachfolgenden Fotoaufnahmen ein neuer Dateiordner auf dem USB-Speicher erzeugt wird.

Ausreichend Speicherplatz? Stellen Sie sicher, dass ein USB-Speicher mit ausreichend Speicherplatz für Ihre Aufnahmen angeschlossen ist.

Abhängig von den verwendeten Komponenten ist die Navigation im Menü über die Tasten an der Vorderseite des Geräts, über die Kamerakopftasten oder über eine angeschlossene Tastatur möglich.

Nachfolgend ist die Bedienung an der Vorderseite des Geräts beschrieben, mit Ausnahme der Videoaufnahme – diese Funktion ist nur über Kamerakopf oder Fußschalter steuerbar.

5.4 Technische Überprüfung vor dem Gebrauch

5.4.1 Sichtkontrolle

Sichtkontrolle durchführen

Führen Sie **vor jedem Eingriff** eine Sichtkontrolle durch.

Gehen Sie so vor:

- | | |
|----------------------------------|--|
| Ordnungsgemäß aufgestellt? | 1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät aufgestellt ist, wie in Abschnitt 3.3.1 beschrieben. Achten Sie besonders auf den ordnungsgemäßen Anschluss des Potentialausgleichs.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht bestimmungsgemäß aufgestellt und angeschlossen ist. |
| Gehäuse unbeschädigt? | 2. Stellen Sie sicher, dass das Gehäuse frei von äußeren Beschädigungen ist.
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Gehäuse äußere Beschädigungen aufweist. |
| Kabel unbeschädigt? | 3. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel unbeschädigt ist.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel beschädigt ist. |
| Buchse trocken und unbeschädigt? | 4. Stellen Sie sicher, dass die Kontakte in der Anschlussbuchse für den Kamerakopf frei von Feuchtigkeit und Verschmutzung sind.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn in der Buchse Feuchtigkeit ist oder wenn Kontakte verschmutzt sind. |
- Die Sichtkontrolle ist abgeschlossen.

5.4.2 Funktionsprüfung

Funktionsprüfung durchführen

Führen Sie **vor jedem Eingriff** eine Funktionsprüfung durch.

Gehen Sie so vor:

- | | |
|--------------------------|---|
| Kamerakopf anschließen | 1. Schließen Sie einen Kamerakopf an wie in Abschnitt 5.6.1 beschrieben. |
| System einschalten | 2. Schalten Sie alle Systemkomponenten ein, die Sie für den Eingriff verwenden wollen. |
| Weißabgleich durchführen | 3. Führen Sie einen Weißabgleich durch wie in Abschnitt 5.6.3 beschrieben. |
| Bild scharfstellen | 4. Richten Sie den Kamerakopf auf ein Objekt im Raum und fokussieren Sie das Bild.

Stellen Sie sicher, dass Sie ein scharfes Bild in guter Bildqualität sehen.

Verwenden Sie das System nicht, wenn Sie Streifenbildung, Farbverschiebungen oder Bildflackern wahrnehmen oder kein scharfes Bild in guter Qualität herstellen können. |
5. Richten Sie den Monitor für den Operateur gut einsehbar aus.
- Die Funktionsprüfung ist abgeschlossen.

5.5 Einschalten und Ausschalten, Trennung von der Stromversorgung

Gerät einschalten

Gehen Sie so vor:

1. Schalten Sie das Gerät an der Geräterückseite ein.
 - > Das Gerät wechselt in den Standby-Modus.



2. Drücken Sie den EIN-Schalter.
 - > Der EIN-Schalter leuchtet weiß.

- Das Gerät ist eingeschaltet.

Gerät ausschalten

Gehen Sie so vor:



1. Schalten Sie das Gerät an der Gerätevorderseite aus.
 - > Das Gerät wechselt in den Standby-Modus.

Um das Gerät vollständig auszuschalten, betätigen Sie den Hauptschalter auf der Geräterückseite.

Um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, ziehen Sie das Netzkabel ab. Der Gerätestecker dient zur Trennung des Geräts von der Stromversorgung.

- Das Gerät ist ausgeschaltet.

Gerät von der Stromversorgung trennen

Gehen Sie so vor:

1. Um das Gerät vollständig von der Stromversorgung zu trennen, ziehen Sie das Netzkabel ab. Der Gerätestecker dient zur Trennung des Geräts von der Stromversorgung.

Stellen Sie sicher, dass die Rückseite des Gerätes jederzeit zugänglich ist.

- Das Gerät ist vollständig von der Stromversorgung getrennt.

5.6 Vorbereitung für den Gebrauch

5.6.1 Anschluss des Kamerakopfes

Kamerakopf anschließen

ACHTUNG! Beschädigung des Kamerakabels durch Knicken, Quetschen oder starkes Biegen. Kamerakabel nicht knicken, quetschen oder stark biegen.

Gehen Sie so vor:



1. Schieben Sie den Verbindungsstecker vollständig in die Anschlussbuchse am Gerät bis dieser einrastet.

- Der Kamerakopf ist angeschlossen.

5.6.2 Auswahl einer Fachrichtung

Fachrichtung auswählen



Navigieren Sie mit den Pfeiltasten im Menü und bestätigen Sie Ihre Auswahl jeweils mit der Enter-Taste.

Gehen Sie so vor:



1. Drücken Sie den Taster **Menü** an der Vorderseite des Geräts für ca. 2 Sekunden.
> Das Hauptmenü öffnet sich am Bildschirm.
2. Navigieren Sie zum Menüeintrag **Fachrichtung** und bestätigen Sie. Es stehen folgende optimierte Kameraeinstellungen zur Auswahl:
 - Laparoskopie
 - Urologie
 - URO Fiberskop
 - Gynäkologie
 - GYN Fiberskop
 - Arthroskopie
 - HNO starr
 - HNO flexibel
 - Neuroendoskopie

Navigieren Sie zur gewünschten Fachrichtung und bestätigen Sie.

> Die Parameter der aktuellen Fachrichtung werden übernommen.

- Die Fachrichtung ist ausgewählt.

5.6.3 Durchführung des Weißabgleichs

Weißabgleich durchführen

Führen Sie **vor jedem Eingriff** einen Weißabgleich durch.

Hinweis: Beachten Sie, dass ein stark von der Farbtemperatur der Lichtquelle abweichendes Umgebungslicht das Ergebnis des Weißabgleichs beeinflussen kann.

Gehen Sie so vor:

1. Schließen Sie das Endoskop an, das Sie für den Eingriff verwenden wollen.
2. Schließen Sie den Lichtleiter und die Lichtquelle an, die Sie für den Eingriff verwenden wollen.
3. Schalten Sie alle Systemkomponenten ein.
4. Richten Sie das Endoskop in ca. **5 cm** Entfernung auf ein weißes Objekt, z. B. ein Steriltuch und stellen Sie das Bild scharf.
5. Drücken Sie die Taste **Weißabgleich** an der Frontseite der Steuereinheit für ca. 2 Sekunden oder verwenden Sie die betreffende Taste am Kamerakopf.
 - > Die Bildschirmmeldung **Weißabgleich erfolgreich** erscheint.

5 cm Entfernung



Die Bildschirmmeldung „Weißabgleich fehlgeschlagen“ erscheint?

Der Weißabgleichs wurde nicht wie oben beschrieben durchgeführt.

Wiederholen Sie den Weißabgleich.

- Der Weißabgleich ist durchgeführt.

5.6.4 Eingabe von Patientendaten

Patientendaten eingeben (optional)

Für die Eingabe von Patientendaten muss eine Tastatur angeschlossen sein.



Navigieren Sie mit den Pfeiltasten im Menü und bestätigen Sie Ihre Auswahl jeweils mit der Enter-Taste.

Gehen Sie so vor:



1. Drücken Sie den Taster **Menü** an der Vorderseite des Geräts für ca. 2 Sekunden.
 - > Das Hauptmenü öffnet sich am Bildschirm.
 2. Navigieren Sie zum Menüeintrag **Patient** und bestätigen Sie.
 - > Der Menüeintrag „Neuer Patient“ ist aktiviert.
 3. Drücken Sie die Pfeil nach rechts-Taste, um die vorhandenen Patientendaten zu löschen.
 4. Navigieren Sie mit der Pfeil nach unten-Taste zum ersten Eingabefeld.
 5. Geben Sie die Daten ein. Springen Sie mit der **Enter**-Taste von Feld zu Feld.
 6. Navigieren Sie zu **Bestätigung der Eingabe** und speichern Sie Ihre Eingaben mit der Pfeil nach rechts-Taste.
 - > Mit der ersten Fotoaufnahme wird ein neuer Dateordner auf dem USB-Speicher erzeugt, in dem die Aufnahmen gespeichert werden.
- Die Patientendaten sind eingegeben.

5.7 Erstellung von Aufzeichnungen

5.7.1 Erstellung von Fotos

Foto aufnehmen (bei Modellen mit anschließbarem USB-Speicher)



VORSICHT! Aufgenommene Fotos können komprimiert oder durch modifizierte Bildeinstellungen verändert sein. Die Fotodokumentation eignet sich nicht zur Diagnosestellung.

Gehen Sie so vor:

1. Stellen Sie sicher, dass ein USB-Speicher angeschlossen ist.
2. Betätigen Sie den Auslöser.

Abhängig von Modell, Konfiguration und angeschlossenem Zubehör



- drücken Sie den Taster **Fotoaufnahme** an der Vorderseite des Geräts,
 - drücken Sie den betreffenden Taster am Kamerakopf,
 - betätigen Sie den betreffenden Fußschalter,
 - lösen Sie die Aufnahme im Menü aus.
- > Die Anzeige am Hauptbildschirm zeigt das aufgenommene Foto für ca. eine halbe Sekunde („Freeze“-Funktion).
- > Das Foto wird im USB-Speicher gespeichert.

Das Foto ist aufgenommen.

5.7.2 Erstellung von Aufzeichnungen mit einem externen Gerät

Foto- oder Video-Aufzeichnung erstellen

Die Aufnahme und Beendigung von Videos ist nur über die Kamerakopftasten oder über Fußschalter steuerbar. Kamerakopf oder Fußschalter müssen entsprechend konfiguriert sein. Für Videoaufnahmen muss ein Aufzeichnungsgerät angeschlossen sein.

Beachten Sie die Gebrauchsanweisung des Aufzeichnungsgeräts.

Gehen Sie so vor:

1. Stellen Sie sicher, dass ein Aufzeichnungsgerät angeschlossen und eingeschaltet ist.
2. Betätigen Sie den Auslöser.

Abhängig von Konfiguration und angeschlossenem Zubehör

- drücken Sie den betreffenden Taster am Kamerakopf,
- betätigen Sie den betreffenden Fußschalter.

Die Aufzeichnung ist erstellt.

5.8 Hinweise zu Lagerung und Transport

Lagern Sie das Produkt staubgeschützt in einem trockenen, gut belüfteten und gleichmäßig temperierten Raum.

Schalten Sie das Gerät vor der Lagerung aus und nehmen Sie Netzkabel und Zubehör ab.

Achten Sie bei der Lagerung oder Zwischenlagerung darauf, dass das Produkt nicht durch die Umgebung beschädigt werden kann.

Um Beschädigung zu vermeiden, schützen Sie das Produkt vor direktem Sonnenlicht, Radioaktivität und starker elektromagnetischer Strahlung.

Die Umgebungsbedingungen für Transport, Lagerung und Betrieb finden Sie in [Abschnitt 8.2](#).

6 Reinigung und Desinfektion

6.1 Sicherheitshinweise



⚠️ WARNUNG

Gefahr durch unsachgemäße Reinigung

Gefahr von Brand, Kurzschluss und elektrischem Schlag

- > Vor der Reinigung Gerät am Hauptschalter auf der Geräterückseite ausschalten und vom Stromnetz trennen
- > Sicherstellen, dass keine Flüssigkeit in das Gerät eindringt
- > Anschluss an das Stromnetz erst nach vollständiger Trocknung

ACHTUNG

Unsachgemäße Reinigung

Beschädigung des Geräts möglich

- > Keine tropfenden Schwämme oder Tücher verwenden
- > Keine Scheuermittel oder Lösungsmittel verwenden

6.2 Durchführung

Gerät reinigen

Gehen Sie so vor:

Gerät von der Stromversorgung trennen

1. Schalten Sie das Gerät am Hauptschalter auf der Rückseite des Geräts aus und ziehen Sie das Netzkabel ab.

ACHTUNG! Beschädigung des Netzkabels durch Ziehen am Kabel. Netzverbindung durch Ziehen am Stecker lösen.

2. Reinigen Sie das Gerät.

Nur leicht befeuchtetes Tuch verwenden

Wischen Sie die Außenflächen mit einem weichen Tuch ab.

Befeuchten Sie das Tuch nur leicht mit milder Seifenlösung oder mit Isopropanol. Stellen Sie sicher, dass keine Feuchtigkeit an die Kontakte im Stecker gelangt.

3. Verbinden Sie das Gerät mit der Stromversorgung und schalten Sie es am Hauptschalter wieder ein.

Die Reinigung ist abgeschlossen.

7 Wartung und Instandsetzung

7.1 Sicherheitshinweise



⚠️ WARNUNG

Gefahr durch unsachgemäße Wartung und Instandsetzung

Gefahr von Brand, Kurzschluss und elektrischem Schlag

- > Durchführung von Wartung und Instandsetzung nur durch qualifiziertes Personal
- > Keine Änderung am Gerät vornehmen

7.2 Qualifikation des Personals

Fachpersonal Personal, das die Wartung oder die Sicherheitstechnische Kontrolle am Gerät vornimmt, muss über eine abgeschlossene adäquate Ausbildung verfügen und mit den am Installationsort geltenden sicherheitsrelevanten und behördlichen Vorschriften vertraut sein.

Instandsetzungsarbeiten dürfen nur von autorisierten Servicetechnikern durchgeführt werden.

7.3 Sicherheitstechnische Kontrolle (STK)

Wir empfehlen, sicherheitstechnische Kontrollen alle 12 Monate gemäß Abschnitt 5 der IEC 62353 durchführen zu lassen.

Die Kontrolle umfasst:

- Inspektion durch Besichtigung
- Messung des Schutzwiderstandes (nur bei Geräten der Schutzklasse I)
- Messung der Ableitströme
- Messung des Isolationswiderstandes

Ergebnisse dokumentieren

Dokumentieren Sie die Prüfergebnisse in einem Prüfbericht gemäß Abschnitt 6 und Anhang G der IEC 62353.

Wir empfehlen, alle Komponenten eines medizinischen elektrischen Systems regelmäßig einer sicherheitstechnischen Kontrolle zu unterziehen und dies zu dokumentieren.

7.4 Wechsel der Knopfzelle

Knopfzelle wechseln

Gehen Sie so vor:

1. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und ziehen Sie das Netzkabel ab.

ACHTUNG! Beschädigung des Netzkabels durch Ziehen am Kabel. Netzverbindung durch Ziehen am Stecker lösen.

2. Lösen Sie die Schrauben am Batteriefach.




Abbildung 7-1: Wechsel der Knopfzelle.

3. Ziehen Sie das Batteriefach heraus.
 4. Ersetzen Sie die Knopfzelle (VARTA CR2032).
 5. Schieben Sie das Batteriefach vorsichtig zurück und fixieren Sie es mit den Schrauben.
- Der Wechsel der Knopfzelle ist abgeschlossen.

7.5 Wechsel der Sicherung

Sicherung wechseln

Gehen Sie so vor:

1. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und ziehen Sie das Netzkabel ab.

ACHTUNG! Beschädigung des Netzkabels durch Ziehen am Kabel. Netzverbindung durch Ziehen am Stecker lösen.

2. Lösen Sie den Sicherungshalter mit Hilfe eines Schraubendrehers.




Abbildung 7-2: Lösen des Sicherungshalters mit Hilfe eines Schraubendrehers.

3. Ziehen Sie den Sicherungshalter vorsichtig heraus.



WARNUNG! Ungeeignete elektrische Sicherung. Brandgefahr. Nur die in [Abschnitt 8.3](#) spezifizierte Sicherung einsetzen und niemals die Sicherung überbrücken.

4. Ersetzen Sie die defekte Sicherung.
 5. Schieben Sie den Sicherungshalter vorsichtig zurück bis dieser einrastet.
- Der Sicherungswechsel ist abgeschlossen.

7.6 Reparatur

Sollte einmal eine Reparatur des Produkts erforderlich sein, wenden Sie sich an eine unserer Niederlassungen. Die Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite dieser Gebrauchsanweisung.

Legen Sie der Sendung eine möglichst genaue **Fehlerbeschreibung** bei und vermerken Sie im Lieferschein die Artikelnummer und die Seriennummer des Produkts. Diese Angaben finden Sie auf dem Typenschild.



WARNUNG

Kontaminiertes Produkt

Infektionsgefahr

- > Produkt vor dem Versand ordnungsgemäß aufbereiten (*Kapitel 6*)
- > Kontaminierte Produkte kennzeichnen

Senden Sie nur gründlich gereinigte Ware zur Reparatur.

Verwenden Sie für den Versand möglichst den Originalkarton. Kennzeichnen Sie die Außenverpackung hinsichtlich des Aufbereitungsstatus.

Wir behalten uns vor, die Annahme nicht gekennzeichnete Ware zu verweigern und diese zurückzusenden.

7.7 Vorgehen bei Störungen, Störungstabelle

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Bildschirmanzeige verschoben	Seitenverhältnis falsch eingestellt	Position der Bildschirmanzeige korrigieren (<i>Abschnitt 4.1.2</i>)
Bild zu dunkel, zu geringe Ausleuchtung	Glasflächen des Kamerakopfes verschmutzt	Glasflächen reinigen
	Hartnäckige Beläge auf den Glasflächen	Beläge entfernen
	Lichtleiter defekt	Neuen Lichtleiter anschließen. Zur Reparatur einsenden
	Kamerahelligkeit heruntergeregelt	Kamerahelligkeit hochregeln
	Endoskop-Optik defekt	Wenn das Bild auch ohne Kamera zu dunkel ist, anderes Endoskop verwenden und Endoskop zur Reparatur einsenden
	Beleuchtung zu dunkel eingestellt	Beleuchtung an der Lichtquelle erhöhen
Kein Bild auf dem Monitor	Keine Stromversorgung	Geräte anschließen und einschalten (<i>Kapitel 3</i>)
	Sicherung defekt	Sicherung austauschen (<i>Kapitel 7</i>)
	Steuereinheit fehlerhaft an den Monitor angeschlossen	Steuereinheit korrekt an Monitor anschließen (<i>Kapitel 3</i>)
	Videokabel defekt	Videokabel ersetzen
	Verbindungskabel nicht angeschlossen oder defekt	Kamerakopf an die Steuereinheit anschließen. Stecker auf Feuchtigkeit prüfen. Falls Kabel defekt, zur Reparatur einsenden
	Monitor nicht auf das richtige Eingangssignal eingestellt	Monitor auf das richtige Eingangssignal einstellen
Datum / Uhrzeit nicht korrekt	Datum / Uhrzeit nicht richtig eingestellt	Datum / Uhrzeit im Bedienmenü der Kamera richtig einstellen
	Knopfzelle leer oder defekt	Knopfzelle wechseln (<i>Abschnitt 7.4</i>)
Eigenständiges Ein- und Ausschalten der Lichtquelle	MIS-Bus-Störung der Kamera	Verbindung zwischen Kamera und Lichtquelle trennen, Kamera zur Reparatur einsenden
	MIS-Bus-Störung der Lichtquelle	Verbindung zwischen Kamera und Lichtquelle trennen, Lichtquelle zur Reparatur einsenden

Tabelle 7-1: Störungstabelle.

8 Produktdaten

8.1 Technische Daten

Abmessungen (B x H x T)	295 x 100 x 355 mm
Gewicht	4,39 kg
Stromaufnahme	0,8 - 0,4A
Netzspannung	100-240V~, 50/60Hz
Schutzklasse gem. IEC 60601-1	Schutzklasse I
Gerätesicherung	T2.0AH 250V
Bildwiederholfrequenz	50/60Hz (umschaltbar)
Videoausgänge	2x DVI 1080p 2x HD-SDI 1080p
Schnittstellen	1x MIS-Bus 2x Remote IN, 2x Remote OUT 2x USB (95-3930) 1x USB (95-3910)
Schutzart	IP 21
Einstufung gemäß IEC/CISPR 11	Gruppe 1, Klasse B

8.2 Umgebungsbedingungen

Transport- und Lagerbedingungen

Temperatur	-20 °C bis +70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5 % bis 95 %
Luftdruck	50 kPa bis 106 kPa

Betriebsbedingungen

Temperatur	+10 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5 % bis 95 %
Luftdruck	70 kPa bis 106 kPa



VORSICHT

Nichtbeachtung der Umgebungsbedingungen

Irreversible Gewebeschädigung oder unerwünschte Koagulation, Verletzung des Anwenders, Sachschaden

> Betriebsbedingungen sowie Transport- und Lagerbedingungen beachten

8.3 Ersatzteile und Zubehör

Verwenden Sie nur original Ersatzteile und Zubehör.

Bezeichnung	Artikelnummer
Feinsicherung T2.0AH 250V, 5x20 mm	A075305
MIS-Bus-Kabel, 2,25 m	A057635
MIS-Bus-Kabel, 0,75 m	A059584
DVI-Kabel, 2 m	A059579
3,5 mm Klinenstecker-Kabel, 1,2 m	A056998
Koaxialkabel, 2 m	BNC-BNC.2
Netzkabel (länderspezifisch)	auf Anfrage
USB-Tastatur, deutsches Layout	PS00510
USB-Tastatur, US-Layout	PS00511
Fußschalter	6226-ACAA-BZZZ-002
Knopfzelle CR2032	A052755

Tabelle 8-1: Ersatzteile und Zubehör.

8.4 Open-Source-Lizenzen

Hinweis zu Open-Source-Lizenzen

Das Produkt nutzt Open Source-Lizenzen. Die Lizenzbestimmungen entnehmen Sie bitte der beiliegenden Broschüre zu den verwendeten Open Source-Lizenzen.

9 Entsorgung



WARNUNG

Kontaminiertes Produkt

Infektionsgefahr

> Produkt vor der Entsorgung aufbereiten (*Kapitel 6*)

Beachten Sie im Zusammenhang mit Entsorgung und Recycling des Produkts und seiner Komponenten die national geltenden Vorschriften.

Die Verpackung des Produkts besteht aus einer Polyethylen (PE)-Tüte mit PE-Schaumstoffeinlage (0,50 kg) sowie einem Karton aus Wellpappe (1,18 kg). Weitere Bestandteile sind eine Einlage aus Wellpappe (0,22 kg) und eine Membranpolsterverpackung aus PE-Kunststoffolie und Wellpappe (0,30 kg).



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte der getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten zuführen. Die Entsorgung wird innerhalb der Europäischen Union vom Hersteller kostenfrei durchgeführt.



0 Important Information about this Document

0.1 Scope of Validity, Identification, Purpose

These instructions for use apply to the following product:

Item name: **Controller Full HD**

Item numbers: **95-3910** - Controller Full HD

95-3930 - Controller Full HD USB Image Capture

These instructions for use are an integral component of the product and contain all the information required by users and operators for safe and proper use.

0.2 Target Group

These instructions for use are intended for physicians, medical assistants, medical engineers and employees of central sterile supply who are entrusted with the installation, operation, maintenance, and reprocessing of the device.

0.3 Using and Storing this Document

These instructions for use must be stored in a defined location so that they may be accessed at all times by the target group.

In the event of the sale of this device or its relocation, this document must be handed over to the new owner.

0.4 Supplementary Documents

EMC The electromagnetic compatibility (EMC) requirements are described in the included separate brochure

Medical electrical equipment

pursuant to IEC 60601-1-2

The rules and information contained therein must be observed during installation and operation of this device.

Instructions for use of the camera head

To safely use this device, also observe the instructions for use of the camera head being used.

1 General Information about the Device

1.1 Scope of Delivery

The scope of delivery for the device includes:

- one controller
- one DVI cable (2 m)
- two 3.5 mm jack plug cables (1.2 m)
- one cable for the MIS-Bus port (0.75 m)
- one power cord (item no. available on request)
- one set of instructions for use (TPA563-000-20_C)
- one brochure specifying the open-source licenses used (TPO003-121-01)
- one EMC brochure (TPI005-121-20)

Check scope of delivery!

Check the delivery against the delivery note for completeness and damage.

The delivery left our premises in perfect condition. If you have any cause for complaint, however, please contact our Service Department.

1.2 Product Description

1.2.1 Performance Characteristics and Function

Medical endoscopy

The present device is a controller for use in medical endoscopy.

The combination of the controller and camera head result in a camera based on CMOS technology.

Full HD – 1080p

When used with a compatible monitor, the camera delivers a native full HD image resolution using progressive scanning (1080p).

Extensive configuration options

In addition to the general setting options, the camera offers various endoscopic application profiles. These profiles are preconfigured to offer an optimized image display; however, the profiles can also be modified and customized for your specific needs. Two additional profiles can also be configured.

The general setting options include language selection for the configuration menu and monitor displays, and the camera head button settings. The default language setting is English.

Captures

The controller with the item number 95-3930 allows creating and saving photo captures onto a USB storage device, which can be inserted on the front side of the controller. If an external recording device is connected, video captures can be created in addition to photos.

The controller can be used with various camera heads.

1.2.2 Front View of the Controller




Figure 1-1: Front view of the controller.

Fig. 1-1 legend

- ① ON / standby button
- ② Connection for camera head
- ③ Photo capture button (optional) / upwards in menu
- ④ White balance button / downwards in menu
- ⑤ Open Menu button / Enter
- ⑥ USB storage device connection (optional)

1.2.3 Rear View of the Controller




Figure 1-2: Rear view of the controller.






Fig. 1-2 legend

- ① Appliance coupler
- ② Fuse holder
- ③ Main power switch
- ④ MIS-Bus
- ⑤ Recording device connection (Remote-Out)
- ⑥ Potential equalization terminal
- ⑦ Foot switch connection (Remote-In)
- ⑧ Port for service (covered)
- ⑨ 2x DVI output
- ⑩ Battery compartment (Battery CR2032)
- ⑪ 2x HD-SDI output
- ⑫ Keyboard connection

1.2.4 Menu - Functions, Access and Navigation

Configuration	The menu is where you configure the device and define the basic settings and image settings.
Selecting the specialty	Furthermore, you select the specialty with the predefined, optimized profile settings and enter the patient data (optional).
Control functions	Perform image settings, white balance or captures before or during procedures, with the appropriate configuration, do so directly with the pre-defined camera head buttons.
Entry and navigation	Entry and navigation in the menu are done through the buttons on the front side of the device, with the keyboard or using the camera head buttons.

Navigation in the menu using the buttons on the front side of the device

	Entry into menu:	Press button briefly.
	Upwards in the menu:	Press button briefly.
	Downwards in the menu:	Press button briefly.
	Confirm selection in menu:	Press button briefly.
	Leave the menu:	Press and hold button.

Navigation in the menu using the keyboard

→	Entry into menu:	Press right arrow button.
↑	Upwards in the menu:	Press up arrow button.
↓	Downwards in the menu:	Press down arrow button.
→	Go one level deeper in menu:	Press right arrow button.
→	Confirm selection in menu:	Press right arrow button.
←	Go one level back in menu:	Press left arrow button.
→	Enter Setup menu:	Press and hold right arrow button.
→	Leave the menu:	Press and hold right arrow button.

1.3 Usage

1.3.1 Intended Use

The product is used to visualize anatomical structures of the human body.

Depending on the camera head connected, the product meets the type BF or CF classification requirements according to IEC 60601-1 for protection from electric shock.


This degree of protection must be assured for every connection between the endoscope and connected devices.



Products that meet the requirements classified as type BF feature the adjacent symbol.



Products that meet the type CF classification requirements feature the adjacent symbol, offer an even higher level of protection against electric shock and are approved for direct conductive contact with the heart.



Products that are defibrillation-proof in addition to that are marked with one of the adjacent symbols, depending on the degree of insulation.

1.3.2 Indications

Minimally invasive application.

Surgery, general endoscopy.

1.3.3 Contraindications

The use of the camera components and its accessories is contraindicated if endoscopic procedures are contraindicated for any reason. As is appropriate with any surgical procedure, consideration must be given to patient size and workspace volume when using the camera components. Depending on the patient's disease, there may exist contraindications that rely on the general condition of the patient or the specific disease pattern. The decision to perform an endoscopic procedure rests with the responsible surgeon and should be made on the basis of an individual risk-benefit analysis.

1.4 Conformity

1.4.1 Standards and Directives

The device consisting of controller and camera head meets the requirements of the following applicable standards:

- **IEC 60601-1** Medical electrical equipment - Part 1:
General requirements for basic safety and essential performance
- **IEC 60601-1-2** Medical electrical equipment - Part 1-2:
Electromagnetic compatibility
- **IEC 60601-2-18** Medical electrical equipment - Part 2-18:
Particular requirements for basic safety and essential performance of endoscopic equipment

1.4.2 Medical Device Classification

The product is a Class I medical device within the meaning of applicable **EU guidelines**.

1.5 Marking

1.5.1 Pictograms and Information on the Device and Packaging

This section describes the different pictograms that feature on the product or packaging.



Adhere to the instructions for use



CE marking



Item number



Serial number



Medical Device



Manufacturer



Date of manufacture



Caution (IEC 60601-1 3rd edition) /

Take note of accompanying documents (IEC 60601-1 2nd edition)



MR unsafe



Potential equalization



Permissible storage and transport temperature



Permissible relative air humidity during storage and transport



Permissible atmospheric pressure during storage and transport

R_x only

Caution: Federal (US) law restricts this device to sale by or on order of a physician



Separate collection for WEEE (waste of electrical and electronic equipment)



Fuse



Alternating current

1.5.2 Pictograms in this Document

This section describes the pictograms used in this document.



General warning sign



Dangerous electrical voltage warning sign



Biohazard warning sign, risk of infection

1.6 Service Department Contact Details

If you have any questions about our products, their installation, or use, or you wish to arrange servicing, please contact one of our subsidiaries.

You will find contact details on the back of this document.

1.7 Obligation to Report Serious Incidents

Any serious incident that has occurred in relation to the device must be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

2 General Safety Information
2.1 Safety Messages in this Document
2.1.1 Safety Messages at the Start of a Chapter

The safety messages described in this section will be listed at the start of any chapter containing instructions that carry a particular risk.

The severity of the potential risk is expressed by the signal word in the beginning of the message.

Take time to read these safety messages carefully and bear them in mind when performing the activities concerned.

The following kind of message refers to a risk that could lead to death or serious injury:



⚠ WARNING

Nature and origin of the injury risk

Potential consequences of non-observance

> Preventive action

The following kind of message refers to a risk that could lead to minor or moderate injury:



⚠ CAUTION

Nature and origin of the injury risk

Potential consequences of non-observance

> Preventive action

The following kind of message refers to a risk that could lead to material damage:

NOTICE

Nature and origin of the risk of material damage

Potential consequences of non-observance

> Preventive action

2.1.2 Safety Messages in the Body of the Text

The warnings described in this section will be listed within the body of the instructions directly prior to any steps that carry a particular risk.

The severity of the potential risk is expressed by the signal word in the beginning of the message.

Read through these safety messages carefully and take the preventive action indicated.

The following kind of message refers to a risk that could lead to death or serious injury:



WARNING! Nature and origin of the risk. Potential consequences of non-observance. Preventive action.

The following kind of message refers to a risk that could lead to minor or moderate injury:



CAUTION! Nature and origin of the risk. Potential consequences of non-observance. Preventive action.

The following kind of message refers to a risk that could lead to material damage:

NOTICE! Nature and origin of the risk. Potential consequences of non-observance. Preventive action.

2.2 Product Safety

2.2.1 Basic Safety Notices

Our products are developed and manufactured to the highest quality standards.

Risks despite highest of quality standards

Although this product corresponds to the current state of the art, risks could still arise during initial operation, use, reprocessing or maintenance.

Therefore, it is important that you read through these instructions for use carefully. Observe the warnings indicated.

The device must be operated only in a fault-free condition in accordance with the intended use and the instructions for use. Before each use, check that the device and accessories to be used are free of damage and in full working order.

Keep the original packaging. Transport and store the product in its original packaging and use it to return goods if service support is required.

If you detect any faults or malfunctions, inform us immediately.



WARNING! Unauthorized modifications to the device. Risk of serious injury to persons. Do not make any unauthorized modifications.



WARNING! Operating the device in an open condition. Risk of electric shock. Do not open the device. Operate only when closed.



WARNING! Component failure during a surgical procedure. Risk to the patient. Keep spares on hand for emergency replacement.



WARNING! Risks from the arrangement, setup, combination, or properties of connected or surrounding devices or equipment. Follow the instructions for use of the respective devices. Perform a risk assessment.



WARNING! Risk of suffocation. Keep packaging material out of reach of children.



WARNING! Magnetic resonance imaging (MRI). Magnetic force, electromagnetic interactions, heating of metal components. Do not operate the device in the vicinity of MRI scanners.



CAUTION! Rough handling. Risk to the patient resulting from damaged device. Handle the product with care. Do not kink, crush or strongly bend camera cable. If the device is dropped or subjected to high mechanical stress, stop using it and send it in to the manufacturer for inspection.



WARNING! Improper handling, maintenance, and use carries a risk to the patient, user and other persons, or can lead to premature wearing of the device.

2.2.2 Staff Qualifications

Observe qualification requirements

Specific qualifications are required for installation, operation, and maintenance of the device. The qualifications required for the personnel are stated in the respective chapters of this document and must be observed.

2.2.3 Electromagnetic Compatibility

Medical electrical equipment is subject to stringent electromagnetic compatibility (EMC) requirements.

Despite the device's high interference immunity and low emitted interference, compliance with EMC-related requirements is necessary with regard to installation, installation location, and ambient conditions.

It is therefore important that you observe the related safety messages in this document and the EMC brochure included with the device.

According to IEC/CISPR 11, medical electrical equipment is divided into groups and classes:

Group 1: The device uses or generates RF-energy only for its internal functioning.

Group 2: The device generates RF-energy in the frequency range 9 kHz to 400 GHz in the form of electromagnetic radiation and through inductive or capacitive coupling for purposes of the treatment of material, its examination or analysis.

Class A: The device **is not suitable** for use in residential environments and such places that are connected immediately to a low voltage power supply network, that (also) provides for residential buildings.

Note: The emissions characteristics of this device make it suitable for use in industrial areas and hospitals (CISPR 11 class A). If it is used in a residential environment (for which CISPR 11 class B is normally required) this device might not offer adequate protection to radio-frequency communication services. The user might need to take mitigation measures, such as relocating or re-orienting the device.

Class B: The device **is suitable** for operation in residential environments and such places that are connected immediately to a low voltage power supply network, that (also) provides for residential buildings.



WARNING! Use of accessories, transducers and cables other than those specified or provided by the manufacturer of this device could result in increased electromagnetic emissions or decreased electromagnetic immunity of this device and result in improper operation.



WARNING! Portable RF communications equipment (including peripherals such as antenna cables and external antennas) should be used no closer than 12 inches (30 cm) to any part of the device specified by the manufacturer and covered by the scope of this document, including cables. Otherwise, degradation of the performance of the device could result.



WARNING! Interference to the live image caused by external sources (for example portable devices, such as mobile phones). Risk to the patient.

- > Remove all sources of interference
- > Observe minimum distances
- > Ensure that the monitor is correctly displaying the live image

2.2.4 Combination with Medical Electrical Equipment

The device can be combined with components from other manufacturers provided that all components are compliant with the medical electrical equipment safety requirements according to IEC 60601-1.

It is the operator's responsibility to check and make sure that the system is and remains fully operational.

When using devices from different manufacturers and when operating an endoscope and/or endoscopic accessories with electromedical devices, it must be ensured that the applied part is properly insulated (in accordance with the requirements for type BF/CF applied parts defined in IEC 60601-1).

Contact our Service Department if you have any questions regarding compatibility.

2.2.5 Display of Faults

Overheating

The device features an internal temperature sensor.

In the event of controller overheating, the message "Excess temperature! Attention, Camera will switch off in two minutes!" appears on the screen.

If the menu is opened, it closes automatically when the message appears.

Incompatible USB storage device (only for model with photo capture function)

Compatible USB storage devices work with the FAT32 file system.

If an incompatible USB storage device is used when attempting to save a capture, the message "USB storage device in incorrect format" appears.

It is recommended to make a test capture when connecting a USB storage device.

3 Installation and Initial Operation

3.1 Safety Notices



WARNING

Electrical connections installed improperly

Risk of fire, short circuit, or electric shock

- > Make sure that the electrical connections are installed in accordance with the relevant national technical regulations



WARNING

Medical electrical system installation

Risk of fire, short circuit, or electric shock

- > Installation must only be performed by qualified personnel
- > If a number of electrical devices are being used in combination, observe IEC 60601-1
- > Non-medical devices that meet the applicable IEC safety standards can be connected only via a medical isolating transformer
- > Do not connect any additional non-medical devices to a medical electrical system
- > Signal lines from devices with a functional ground (FE) connection, which are connected to different branches of the mains power supply, must be galvanically isolated at both ends
- > Connect the devices only to a power supply with a protective ground (PE)
- > After installing a medical electrical system, it must be inspected according to IEC 62353



WARNING

Use of multiple sockets

Risk of fire, short circuit, or electric shock

- > If required, use medically approved multiple sockets
- > Never connect multiple sockets in series
- > Do not cover multiple sockets (leads to heat accumulation)
- > Do not place multiple sockets on the floor
- > Use traction relief
- > Devices should be connected to a shared multiple socket only if they are all intended to be used as part of the medical electrical system

**⚠ WARNING****Electromagnetic interactions**

Possible impaired function and image quality

- > Observe the EMC brochure supplied
- > Make sure that neighboring devices are not causing reciprocal electromagnetic interference
- > Perform a post-installation function check

3.2 Staff Qualifications

Qualified personnel Personnel responsible for setting up or installing medical electrical equipment must possess the necessary qualifications and be familiar with the safety regulations in place at the installation location and the applicable official regulations.

3.3 Installation

3.3.1 Setup

Setting up the device

Observe the safety notices provided at the start of this chapter and refer to the enclosed EMC brochure.

Proceed as follows:



WARNING! Risk from installation in potentially explosive locations. Increased risk of fire and explosion in oxygen-enriched atmospheres. Device must be installed outside of potentially explosive locations and not in the vicinity of flammable substances.



WARNING! Risk resulting from electromagnetism. Possible malfunctions and image interference. Use only the cables supplied. Ensure that all devices operated in the vicinity meet the EMC requirements. Perform a post-installation function check.



WARNING! Use of this device adjacent to or stacked with other equipment should be avoided because it could result in improper operation. If such use is necessary, this device and the other devices should be observed to verify that they are operating normally.

1. Install the device.

Install safely!

When installing the device, ensure that:

- it is positioned on a level, non-slip surface that is able to support its weight,
- it is installed outside of the patient environment and the sterile area on a sufficiently stable support,
- it is protected from water drips and splashes,
- it will not be subject to vibration during operation,
- the ventilation slots are not obstructed,
- the main switch on the rear of the device is accessible.



2. Connect the **potential equalization terminal** on the rear of the device to the potential equalization terminal at the installation site.

Use a potential equalization conductor in accordance with DIN 42801 with at least a 4 mm² cross-section.

- The device is properly installed.

3.3.2 Connection of Monitors

Connecting monitors

Multiple monitors can be connected. The main monitor should be connected to the best signal available. Please observe the instructions for use of the monitor.

Proceed as follows:

1. Connect one of the **DVI** ports on the rear of the device to the DVI input on the main monitor.
Use the supplied DVI cable.
2. If necessary, connect any additional monitors to the remaining video outputs.

Secure the cable

Secure the connection cables at both ends to prevent them from being pulled out inadvertently.

Route cables safely!

3. When routing the cables, make sure they do not present a trip or entanglement hazard.

The monitors are connected properly.

3.3.3 Connection of a Keyboard

Connecting a keyboard

Proceed as follows:

1. Connect the keyboard connection cable to the USB connection labeled **USB-Keyboard (USB keyboard)** on the rear of the device.

Route cables safely!

2. When routing the cables, make sure they do not present a trip or entanglement hazard.

The keyboard has been properly connected.

3.3.4 Connection of a Foot Switch

Connecting a foot switch

Up to two single-pedal foot switches can be connected. Connect foot switches if you want to control the camera by foot switch.

Note: Only the foot switch specified in [section 8.3](#) is compatible.

Proceed as follows:

- | | |
|---|---|
| Configure the foot switch
Route cables safely! | <ol style="list-style-type: none"> 1. Connect a foot switch to the Remote-In 1 connection of the controller. 2. Connect a second foot switch to the Remote-In 2 connection of the controller. 3. Configure the foot switches as described in section 4.1.9. 4. When routing the cables, make sure they do not present a trip or entanglement hazard. <p><input checked="" type="checkbox"/> The foot switches are connected properly.</p> |
|---|---|

3.3.5 Connection of a Recording Device

Connecting a recording device

Observe the instructions for use supplied with the recording device.

Proceed as follows:

- | | |
|--|--|
| Remote-Out 1 for photos

Remote-Out 2 for video recordings

Route cables safely! | <ol style="list-style-type: none"> 1. Depending on the type of signal supported by the recording device, connect either the DVI, or an HD-SDI connection on the rear of the medical device to the corresponding input on the recording device. 2. If you would like to use the buttons on the camera head or a foot switch to make recordings, connect the Remote-Out ports on the rear of the medical device to the corresponding inputs on the recording device.

Use the supplied 3.5 mm jack plug cable to do this. <p>Connect the Remote-Out 1 port to the photo recording connection on the recording device.</p> <p>Connect the Remote-Out 2 port to the video recording connection on the recording device.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. If necessary, modify the button layout of the camera head. 4. When routing the cables, make sure they do not present a trip or entanglement hazard. <p><input checked="" type="checkbox"/> The recording device has been properly connected.</p> |
|--|--|

3.3.6 Connection of a Light Source

Connecting the light source

The connected light source can be controlled using the buttons on the camera head.

Note: Only compatible light sources can be controlled with the camera head buttons.

Proceed as follows:

1. Connect the MIS-Bus port on the controller to that on the light source. Use the supplied MIS-Bus cable.
 2. Ensure the connections are secured on both ends.
 3. If necessary, modify the button layout of the camera head so that they can be used to switch the light source on and off or to control its brightness.
- Configure camera head buttons
- The light source has been properly connected.

3.3.7 Connection to Mains Power

Connecting the device to the mains

Do not connect the device to the mains until you have completed all the previous activities. Observe the safety notices provided at the start of this chapter.

The use of an uninterruptible power supply (UPS) is recommended to protect against input power interruptions.

NOTICE! Risk of condensation with extreme differences in temperature. A device stored in very cold conditions can result in condensation in the device from humidity in the air when there is a rapid change in temperature from cold to warm. Wait until the device has come to the ambient temperature to connect to power supply and switch on.

Proceed as follows:

1. Check that the supply voltage at the site of operation corresponds to that specified on the device nameplate.
2. Insert the power cord into the mains connection socket on the rear of the device.



WARNING! Sparks in a potentially explosive location. Risk of explosion. Ensure that the device is not situated in a potentially explosive location when connecting to the power supply.

3. Connect the power cord to the power supply.
 4. When routing the cable, make sure it does not present a trip or entanglement hazard.
- Route cables safely!
- The device is properly connected to the power.

3.3.8 Initial Operation and Function Check**Performing a function check**

When operating the device for the first time, check the installation and make sure the device is in full working order.

Precondition: Installation must have been completed.

Proceed as follows:

1. Switch ON at the main switch on the rear of the device.
 - > *The device switches to standby mode.*
2. Switch on the device and all neighboring devices.
3. Connect a camera head as described in [section 5.6.1](#).
4. Perform white balance as described in [section 5.6.3](#).
5. Direct the camera head at an object in the room and focus the image.
6. Check that a good image is displayed on the monitor without vertical lines, color variations, or flickering.

Connect camera head

Set white balance

Focus the image

**Problems with the image displayed on screen?**

Electromagnetism can cause interference.

Try rearranging the different devices to increase the distance between them.
Contact our Service Department if you require further assistance.

7. Check that the buttons on the camera head can be operated properly.
 - This concludes the function check.

4 Configuration

4.1 Basic Settings

4.1.1 System Language

Setting system language



Navigate in the menu with the arrow buttons and confirm your selection each time using the Enter button.

Proceed as follows:



1. Press the **Menu** button on the front side of the device for approximately 2 seconds.

> The main menu appears on the screen.

2. Navigate to the **Options** menu entry.
3. Press the **Menu** button for approximately 2 seconds.

> The setup menu appears on the screen.

4. Navigate to **Configuration** and select.

Language selection

5. Navigate to **Language selection** and select.

6. Select the desired language and confirm.

> Your selection is displayed in white type.

> The language is changed as desired.

- The system language is set.

4.1.2 Position of the On-Screen Display on the Monitor

Changing the on-screen display position

To change the position of the on-screen display on the monitor, choose an aspect ratio of 16:9 or 16:10, depending on the monitor used.



Navigate in the menu with the arrow buttons and confirm your selection each time using the Enter button.

Proceed as follows:



1. Press the **Menu** button on the front side of the device for approximately 2 seconds.

> The main menu appears on the screen.

2. Navigate to the **Options** menu entry.
3. Press the **Menu** button for approximately 2 seconds.

> The setup menu appears on the screen.

4. Navigate to **Configuration** and select.

16:9 / 16:10

5. Navigate to **16:9 / 16:10** and select.

> Your selection is displayed in white type.

6. Select the desired aspect ratio and confirm.
 The on-screen display position is changed.

4.1.3 Date and Time, Display Format

Setting date and time



Navigate in the menu with the arrow buttons and confirm your selection each time using the Enter button.

Proceed as follows:



1. Press the **Menu** button on the front side of the device for approximately 2 seconds.
> The main menu appears on the screen.
2. Navigate to the **Options** menu entry.
3. Press the **Menu** button for approximately 2 seconds.
> The setup menu appears on the screen.
4. Navigate to **Configuration** and select.
- Date/time 5. Navigate to **Date/time** and select.
6. Select the desired display format and confirm.
> Your selection is displayed in white type.
7. Set the date and time and save in each case by pressing Enter.
 Date and time are set.

4.1.4 Image Format for Photos

Defining image format (optional)

Define what file format should be used for photos taken. Select between BMP and JPEG.



Navigate in the menu with the arrow buttons and confirm your selection each time using the Enter button.

Proceed as follows:



1. Press the **Menu** button on the front side of the device for approximately 2 seconds.
> The main menu appears on the screen.
2. Navigate to the **Options** menu entry.
3. Press the **Menu** button for approximately 2 seconds.
> The setup menu appears on the screen.
4. Navigate to **Configuration** and select.
- Image format 5. Navigate to **Image Format** and select.

6. Select the desired file format and confirm.

Select BMP if you want to create uncompressed photos in higher quality. One image can be up to 6 MB in size.

Select JPG if you want to create compressed photos in good quality with a smaller file size of approximately 400 KB.

> Your selection is displayed in white type.

- The image format has been set.

4.1.5 Image Refresh Rate

Defining image refresh rate

Leave the factory-preset image refresh rate unchanged. This setting only needs to be changed in exceptional circumstances.



Navigate in the menu with the arrow buttons and confirm your selection each time using the Enter button.

Proceed as follows:



1. Press the **Menu** button on the front side of the device for approximately 2 seconds.

> *The main menu appears on the screen.*

2. Navigate to the **Options** menu entry.
3. Press the **Menu** button for approximately 2 seconds.

> *The setup menu appears on the screen.*

4. Navigate to **Configuration** and select.

50Hz / 60Hz

5. Navigate to **50Hz / 60Hz** and select.
6. Select the desired image refresh rate and confirm.

> Your selection is displayed in white type.

> A dialog window for confirmation opens up.
7. Confirm the dialog window using **Perform**.

- The image refresh rate is set.

4.1.6 On-Screen Display on the Monitor

Defining on-screen display on the monitor

Determine whether the date, time and if necessary patient data should be overlaid onto the screen. Also determine whether the configuration of the camera head buttons should be displayed temporarily after switching on the camera system.



Navigate in the menu with the arrow buttons and confirm your selection each time using the Enter button.

Proceed as follows:



1. Press the **Menu** button on the front side of the device for approximately 2 seconds.

> *The main menu appears on the screen.*

2. Navigate to the **Options** menu entry.
3. Press the **Menu** button for approximately 2 seconds.

> *The setup menu appears on the screen.*
4. Navigate to **Configuration** and select.

OSD

5. Navigate to **OSD** and select.
6. Select the desired on-screen displays and confirm.

> Your selection is displayed in white type.

When selected,

- the date and time are overlaid on the top left of the screen,
- the patient data are overlaid on the top right of the screen,
- the configuration of the camera head buttons is displayed after switching on the camera system for several seconds.

- The on-screen displays on the monitor are set.

4.1.7 Acoustic Signals during Photo Capture

Switching signal sounds on or off (optional)

Determine whether an acoustic signal should confirm when photos are taken.



Navigate in the menu with the arrow buttons and confirm your selection each time using the Enter button.

Proceed as follows:



1. Press the **Menu** button on the front side of the device for approximately 2 seconds.

> *The main menu appears on the screen.*

2. Navigate to the **Options** menu entry.
3. Press the **Menu** button for approximately 2 seconds.
> *The setup menu appears on the screen.*
4. Navigate to **Configuration** and select.

Beeper

5. Navigate to **Beeper** and select.
6. Activate or deactivate the signal sound and confirm.
> *Your selection is displayed in white type.*

The signal sound is set.

4.1.8 Shutter Speed

Setting shutter speed

The shutter speed is normally set automatically. Setting a fixed shutter speed can be beneficial for special applications, e.g. for minimizing the effects of vibration during stroboscopy.

Set a fixed shutter speed if required.



Navigate in the menu with the arrow buttons and confirm your selection each time using the Enter button.

Proceed as follows:



1. Press the **Menu** button on the front side of the device for approximately 2 seconds.

> *The main menu appears on the screen.*

2. Navigate to the **Options** menu entry.
3. Press the **Menu** button for approximately 2 seconds.
> *The setup menu appears on the screen.*
4. Navigate to **Configuration** and select.

Shutter

5. Navigate to **Shutter** and select.

6. Select "Auto" or "Manual" and confirm.
If you choose "Manual", set the desired shutter speed and confirm.
 - > Your selection is displayed in white type.
- The shutter speed is set.

4.1.9 Foot Switch Configuration

Configuring the foot switch

Assign a function to the foot switch as desired.



Navigate in the menu with the arrow buttons and confirm your selection each time using the Enter button.

Proceed as follows:



1. Press the **Menu** button on the front side of the device for approximately 2 seconds.
 - > *The main menu appears on the screen.*
2. Navigate to the **Options** menu entry.
3. Press the **Menu** button for approximately 2 seconds.
 - > *The setup menu appears on the screen.*
4. Navigate to **Configuration** and select.
- Foot switch 5. Navigate to **Foot switch** and select.
6. Assign the foot switch function as desired.
Select one of the following functions:
 - Selective color enhancement (SCE) (optional)
 - Smoke reduction (optional)
 - Grid removal (optional)
 - Light source on/off
 - Photo [capture] (onto a USB storage device, optional)
 - Remote-Out 1 (capturing of photos through an external recording device)
 - Remote-Out 2 (capturing of videos through an external recording device)

Note: The selectable image settings are described in [section 4.2.1](#) in more detail.

- The foot switch is configured.

4.1.10 System Information Display

Displaying system information

The system information can be useful to the Service Department.



Navigate in the menu with the arrow buttons and confirm your selection each time using the Enter button.

Proceed as follows:



1. Press the **Menu** button on the front side of the device for approximately 2 seconds.

> *The main menu appears on the screen.*

2. Navigate to the **Options** menu entry.
3. Press the **Menu** button for approximately 2 seconds.

> *The setup menu appears on the screen.*

System information

4. Navigate to **System information** and select.
 5. The desired information can be displayed:
 - Software version
 - Hardware version
 - Serial number > Controller, Serial number > Camera head and Serial number > Light source
- The system information was displayed.

4.2 Image Setting

4.2.1 General Information

Optimized camera settings can be selected in the configuration menu for selected endoscopic specialties.

The image settings can be adjusted and saved according to your requirements.

The following configurable parameters are available for each specialty:

Brightness

Brightness controls the exposure control for the camera.

Reduce brightness to decrease blooming and increase it to make the image brighter.

Contrast

Contrast changes the contrast level of the image.

Reduce the contrast to obtain a homogeneously illuminated image for endoscopes with poorly illuminated edges.

Note: Dimming on the edges of the image can also result from the window size adjustment being too small.

Edge enhancement

Edge enhancement amplifies the contours at the transitions of adjacent structures.

Increase the edge enhancement during laparoscopic and arthroscopic applications with rod lens systems to improving the view of vessels.

Reduce the edge enhancement with image bundle systems to decrease unwanted structures of the image bundle system.

Note: Edge enhancement can increase image noise.

Saturation

Saturation changes color intensity.

Change the saturation according to your personal impression. Reduce the saturation to decrease unwanted color effects, such as moiré effects.

Window

Window size defines the image section used by the camera for controlling image brightness.

Choose a window that is similar in size or smaller than the round endoscope image.

Choose an even smaller window to achieve a better view in the distance in tubular cavities, such as the urethra.

Note: If the window setting is too large and exceeds the round endoscope image, blooming can result.

Light source +/-

This menu item sets the brightness of the light source, if it is compatible and appropriately connected.

Select a light intensity of 70 %-100 % with an LED light source.

Reduce the light intensity to reduce blooming. Increase the light intensity to reduce image noise.

Note: With LED light sources, too low a light intensity can change color representation.

Light source on/off

This menu item allows you to switch the light source on and off, if it is compatible and appropriately connected.

Zoom

The digital zoom allows up to three-fold digital enlargement of the image displayed.

Note: The digital zoom reduces the image resolution and decreases the image quality. For this reason, use the optical zoom on the camera head preferably whenever possible.

Selective color enhancement (SCE) (optional)

With selective color enhancement, you can intensify the predominant color in the image.

Use selective color enhancement to better differentiate structures from one another in environments with little differences in color, for example, to accentuate the colors of vessels.

Note: Selective color enhancement changes the natural color representation. For this reason, the message "Attention: false color rendering" is displayed on the screen as long as this setting is activated.

Smoke reduction (optional)

Smoke reduction allows a clearer image in a smoke-filled environment (e.g. when there is coagulation with electrosurgical units).

Use smoke reduction to compensate for a poor view due to smoke formation.

Note: Smoke reduction creates a very contrast-rich image and can promote blooming.

Grid removal (optional)

Grid removal reduces or removes the grid that is caused by use of image bundle systems.

Use grid removal to suppress interfering grids.

Note: Grid removal causes a slight reduction in image sharpness.

Noise reduction

Noise reduction reduces noise in the image.

Adjust noise reduction at the end or when a high edge enhancement has been set and further reduction of noise is desired.

Note: Noise reduction leads to a slight reduction in image sharpness starting at the middle setting. A higher setting may cause artifacts with quick movements (streaking).

4.2.2 Changing the Settings

Changing image settings for a specialty



Navigate in the menu with the arrow buttons and confirm your selection each time using the Enter button.

Proceed as follows:



1. Press the **Menu** button on the front side of the device for approximately 2 seconds.

> The main menu appears on the screen.

2. To reach the specialty you wish to change, navigate to the menu item **Specialty** and select.

Navigate to the desired specialty and select.

> The specialty is changed.

3. Navigate to **Settings** and select.

4. Make the desired changes.



Save your changes by pressing the Enter button each time.

5. Set the white balance for a realistic view of the changes you have made.

The image settings were changed for the desired specialty.

4.2.3 User-Defined Image Setting

Making and saving user-defined image settings as a profile

Create a user-defined profile based on the existing reference profile and save it under a name of your choosing.

Note: A keyboard must be connected to enter a user-defined name.

User-defined profiles can also be saved without a keyboard. In this case, your settings are saved under the preset name (User 1, User 2).

Two user-defined profiles can be saved.



Navigate in the menu with the arrow buttons and confirm your selection each time using the Enter button.

Proceed as follows:



1. Press the **Menu** button on the front side of the device for approximately 2 seconds.

> The main menu appears on the screen.

2. Navigate to the **Specialty** menu item and select.
3. Navigate to the **User[n] adjust** menu item and select.
4. Navigate to the **Adjust** menu item and select.

Select reference profile

5. Select the reference profile that you wish to base the user-defined profile on and confirm.

6. Navigate back in the main menu to **Settings** and select.

7. Make the desired changes.



Save your changes by pressing the Enter button each time.

8. Navigate back in the main menu to **Specialty** and select.
9. Navigate to the **User[n] adjust** menu item and select.
10. Navigate to the **Rename** menu item and select.

Enter name

11. Press the right arrow button on the keyboard and enter a name for the user-defined profile.

Up to 30 characters are available for the name.

12. Confirm the entry with the Enter button on the keyboard.

> The user-defined profile is renamed with the name given.

- The user-defined profile is saved.

4.3 Reset to Default Settings

4.3.1 Full Reset

Reset the device completely to default settings

NOTICE! All settings are reset to the default settings. If necessary, only restore the default settings of an individual specialty.



Navigate in the menu with the arrow buttons and confirm your selection each time using the Enter button.

Proceed as follows:



1. Press the **Menu** button on the front side of the device for approximately 2 seconds.

> The main menu appears on the screen.

2. Navigate to the **Options** menu entry.
3. Press the **Menu** button for approximately 2 seconds.

> The setup menu appears on the monitor.
4. Navigate to **Configuration** and select.

Default settings

5. Navigate to **Default settings** and select.
6. Select **Perform** and confirm.

> A dialog window for confirmation is displayed on the screen. The option **Perform** is activated.

If you wish to cancel the process, select **Cancel** and confirm.

> The dialog window closes and the setup menu is shown.

If you wish to reset the device to the default settings, confirm the selection.

> The device is reset to the default settings and restarts.

- The device has been reset to the default settings.

4.3.2 Reset of an Individual Specialty

Resetting the image settings of a specialty

Follow the steps below if you want to reset the image settings of an individual specialty to the default settings.



Navigate in the menu with the arrow buttons and confirm your selection each time using the Enter button.

Proceed as follows:



1. Press the **Menu** button on the front side of the device for approximately 2 seconds.

> *The main menu appears on the screen.*

2. Select the specialty you want to reset, as described in [section 5.6.2](#).

Settings

3. Navigate to **Settings** and select.
4. Navigate to **Reset?** and select.
5. Navigate to **Perform** and select.

The image settings of the specialty have been reset.

5 Operation

5.1 Safety Notices



WARNING

Modifications to the installation

Risk of fire, short circuit, and electric shock

- > Follow the safety notices in the Installation and Initial Operation chapter
- > Do not make unauthorized changes to the electrical installation
- > If the installation contains a multiple socket, do not connect additional devices to this without authorization
- > Never connect multiple sockets in series



WARNING

Current leakage when touching the patient

Risk of electric shock

- > Never touch the patient and the device housing or accessible contacts of electric devices at the same time
- > Never touch the patient and non-medical electric devices at the same time



WARNING

Positioning the equipment cart inside the sterile area

Risk of infection

- > Do not position the equipment cart inside the sterile area
- > Measure the cable lengths so there is enough room for movement without compromising sterility
- > The light guide must be anchored securely within the direct OR environment to avoid any risk of accidental slipping



WARNING

Displaying a recorded image instead of the live image

Risk to the patient

- > Ensure that the monitor is displaying the live image from the endoscopic camera at all times



⚠ WARNING

Interactions between devices in simultaneous use (e.g. lasers, electro-surgery)

Risk to the patient and user, image interference, damage to the device

- > Ensure that all the devices in use meet at minimum the required type BF or type CF classification requirements according to IEC 60601-1
- > Observe the labeling and instructions for use of the devices used
- > Avoid direct contact between the endoscope and conductive parts with active RF electrodes
- > Do not activate RF electrodes in the vicinity of flammable gases or liquids
- > Before using RF devices, ensure that all potentially explosive gas mixtures and liquids have been extracted



⚠ CAUTION

Electrostatic discharge at the connection field of the monitor

Temporary image failure, risk to patient

- > Do not touch the connection field and connections at the rear of the monitor during ongoing procedures

5.2 Staff Qualifications

This device may be operated only by physicians and medical assistants with the requisite training, advanced training, knowledge, and practical experience in the endoscopic discipline concerned as defined by the provisions in place at the site of operation.

5.3 General Notes on Operation

Note: The information in this section regarding patient data only applies to models with photo capture function.

Start every procedure by creating a new patient. This ensures that the captures created during the procedure are saved in a separate file folder.

Enter the patient data for this as described in [section 5.6.4](#).

New patient Find the **"New patient"** entry in the menu. Confirming this entry deletes the existing patient data. If you do not wish to enter any patient data, confirm this entry anyway so that a new file folder is generated on the USB storage device for the subsequent photo captures.

Sufficient disk space? Ensure that a USB storage device is connected with sufficient disk space for your recordings.

Depending on the components used, navigation in the menu can be done with the buttons on the front side of the device, the camera head buttons or via a connected keyboard.

Operation on the front side of the device is described in the following with the exception of video recording—this function can only be controlled by the camera head or foot switch.

5.4 Technical Inspection Prior to Use

5.4.1 Visual Inspection

Performing a visual inspection

*A visual inspection must be performed **prior to each medical procedure.***

Proceed as follows:

- | | |
|----------------------------------|---|
| Properly installed? | <ol style="list-style-type: none"> 1. Check that the device is installed as described in section 3.3.1. Make sure in particular that the potential equalization is properly connected.
Do not use the device if it is not properly set up and connected. |
| Is the housing undamaged? | <ol style="list-style-type: none"> 2. Inspect the housing for external damage.
Do not use the device if there is any external damage to the housing. |
| Is the cable undamaged? | <ol style="list-style-type: none"> 3. Check that the mains cable is undamaged.
Do not use the device if the cable is damaged. |
| Is the socket dry and undamaged? | <ol style="list-style-type: none"> 4. Check that the contacts on the camera cable connection socket are free from moisture and dirt.
Do not use the device if there is any moisture in the socket or contacts are soiled. |
- This concludes the visual inspection.

5.4.2 Function Check

Performing a function check

*A function check must be performed **prior to each medical procedure.***

Proceed as follows:

- | | |
|----------------------|--|
| Connect camera head | <ol style="list-style-type: none"> 1. Connect a camera head as described in section 5.6.1. |
| Switch on the system | <ol style="list-style-type: none"> 2. Switch on all the system components that you intend using for the procedure. |
| Set white balance | <ol style="list-style-type: none"> 3. Perform white balance as described in section 5.6.3. |
| Focus the image | <ol style="list-style-type: none"> 4. Direct the camera head at an object in the room and focus the image.
Check that you are able to achieve a sharp, good-quality image.
Do not use the system if the image contains vertical lines, color variations, or flickers, or you are unable to achieve a sharp, good-quality image. 5. Adjust the monitor as required to achieve an optimum viewing angle for the surgeon. |
- This concludes the function check.

5.5 Switching On and Off, Separation from the Power Supply

Switching on the device

Proceed as follows:

1. Switch on the device at the on/off button on the rear.
 - > The device switches to standby mode.



2. Press the ON button.
 - > The ON switch illuminates in white.

- The device is on.

Switching off the device

Proceed as follows:



1. Switch off the device at the front.
 - > The device switches to standby mode.

To switch off the device completely, switch off at the main switch on the rear.

To separate the device from its power supply, disconnect the power cord. The appliance coupler is considered as disconnecting device.

- The device is off.

Separating the device from power

Proceed as follows:

1. To separate the device completely from its power supply, disconnect the power cord. The appliance coupler is considered as disconnecting device.

Make sure that the rear of the device is accessible at any time.

- The device is completely separated from the power supply.

5.6 Preparation for Use

5.6.1 Connection of the Camera Head

Connecting up the camera head

NOTICE! Damage to the camera cable by kinking, crushing or sharp bending. Do not kink, crush or strongly bend camera cable.

Proceed as follows:



1. Slide the connection plug fully into the connection socket on the device until it clicks into place.

- The camera head is connected.

5.6.2 Selection of a Specialty

Select a specialty



Navigate in the menu with the arrow buttons and confirm your selection each time using the Enter button.

Proceed as follows:



1. Press the **Menu** button on the front side of the device for approximately 2 seconds.

> The main menu appears on the screen.

2. Navigate to the **Specialty** menu item and select.

The following optimized camera settings are available:

- Laparoscopy
- Urology
- URO Fiberscope
- Gynecology
- GYN Fiberscope
- Arthroscopy
- ENT rigid
- ENT flexible
- Neuroendoscopy

Navigate to the desired specialty and confirm.

> The parameters of the current specialty are taken over.

- The specialty is selected.

5.6.3 Setting the White Balance

Setting white balance

Set the white balance **prior to each medical procedure**.

Note: Keep in mind that ambient light that deviates significantly from the color temperature of the light source can affect the results of the white balance.

Proceed as follows:

1. Connect the endoscope that you intend on using for the procedure.
2. Connect the light guide and light source that you intend on using for the procedure.
3. Switch on all system components.
- 5 cm away 4. Direct the endoscope at a white object, a sterile wipe for example, that is approximately **5 cm** away and focus the image.
5. Press the **White balance** button on the front of the controller for about 2 seconds or use the designated button on the camera head.
 - > The message **White balance OK** appears on the screen.



Does the message "White balance failed" appear on the screen?

The white balance was not performed as described above.

Repeat the white balance.

- The white balance has been set.

5.6.4 Entering Patient Data

Entering patient data (optional)

A keyboard must be connected to enter a patient data.



Navigate in the menu with the arrow buttons and confirm your selection each time using the Enter button.

Proceed as follows:



1. Press the **Menu** button on the front side of the device for approximately 2 seconds.
 - > *The main menu appears on the screen.*
 2. Navigate to the **Patient** menu item and select.
 - > *The menu item "New patient" is activated.*
 3. Press the right arrow button to delete the existing patient data.
 4. Navigate to the first field for data entry using the down arrow button.
 5. Enter the data. Jump from field to field with the **Enter** button.
 6. Navigate to **Confirm selection** and save your entries using the right arrow button.
 - > *With the first photo capture, a new file folder is generated on the USB storage device, in which the captures are saved.*
- The patient data are entered.

5.7 Creation of Recordings

5.7.1 Creation of Photos

Creating a photo (only for models which can be used with a USB storage device)



CAUTION! Recorded photos can be compressed or changed by modified image settings. The photo documentation is not suitable for making a diagnosis.

Proceed as follows:

1. Ensure that a USB storage device is connected.
2. Activate the release.

Dependent on model, configuration and connected accessories



- press the **Photo capture** button on the front of the device,
 - press the affected button on the camera head,
 - activate the affected foot switch,
 - release the capture in the menu.
- > The indicator on the main screen shows the photo captured for approximately one half second (freeze function).
- > The photo is saved to the USB storage device.

The photo is recorded.

5.7.2 Creation of Recordings with an External Device

Creating photo or video recordings

The recording and ending of videos can only be controlled with the camera head buttons or via foot switch. The camera head or foot switch must be configured appropriately. For video capture, a recording device must be connected.

Observe the instructions for use supplied with the recording device.

Proceed as follows:

1. Ensure that a recording device is connected and switched on.
2. Activate the release.

Dependent on configuration and connected accessories

- press the affected button on the camera head,
- activate the affected foot switch.

The capture is saved.

5.8 Storage and Transport

Store the device in a dry, well-ventilated, temperature-controlled room, where it is protected from dust.

Switch off the device prior to storage and remove the power cord and accessories.

When placing into storage or storing temporarily, make sure that the device cannot be damaged by its surroundings.

To avoid damage, keep out of direct sunlight and away from radioactivity and strong electromagnetic radiation.

The ambient conditions for transport, storage, and operation are described in [section 8.2](#).

6 Cleaning and Disinfection

6.1 Safety Instructions



⚠ WARNING

Risks associated with improper cleaning

Risk of fire, short circuit, and electric shock

- > Before cleaning, switch off the device at its rear main switch and disconnect from the mains power supply
- > Make sure no moisture penetrates the device
- > The device should not be connected to the mains power supply until it has completely dried

NOTICE

Improper cleaning

Risk of damage to the device

- > Do not use sponges or wipes that are dripping wet
- > Do not use abrasive cleaners or solvents

6.2 Performance

Cleaning the device

Proceed as follows:

Separate the device
from power

1. Switch off the device at its rear main switch and remove the power cord.

NOTICE! Pulling the power cable will damage it. Disconnect the power at the plug.

2. Clean the device.

Use slightly moistened
wipe only

Wipe the external surfaces with a soft wipe.

Only slightly moisten the wipe with a mild soap solution or isopropyl alcohol.

Make sure that the contacts of the plug do not get in touch with humidity.

3. Connect the device to the power supply and switch back on at the main switch.

This concludes the cleaning process.

7 Maintenance and Repair

7.1 Safety Notices



⚠ WARNING

Improper maintenance and repair

Risk of fire, short circuit, and electric shock

- > All maintenance and repair work must only be performed by qualified personnel
- > Do not make any modifications to the device

7.2 Staff Qualifications

Qualified personnel Personnel responsible for maintaining the device or carrying out safety inspections must possess the necessary qualifications and be familiar with the local safety regulations in place at the installation location and the applicable official regulations.

Repairs must be performed by authorized service technicians only.

7.3 Safety Inspection

We recommend to arrange for safety inspections to be performed every 12 months in accordance with Section 5 of IEC 62353.

The inspection comprises the following steps:

- visual inspection
- measuring the protective resistance (only for protection class I devices)
- measuring the leakage currents
- measuring the insulation resistance

Document results The results of the inspection should be documented in an inspection report in accordance with Section 6 and Annex G of IEC 62353.

We recommend that all components of a medical electrical system be subjected to documented technical safety inspections at regular intervals.

7.4 Changing of the Battery

Changing the battery

Proceed as follows:

1. Isolate the device from its power supply and disconnect the power cord.

NOTICE! Pulling the power cable will damage it. Disconnect the power at the plug.

2. Loosen the screws of the battery compartment.




Figure 7-1: Changing of the battery.

3. Pull out the battery compartment.
 4. Replace the battery (VARTA CR2032).
 5. Gently slide the battery compartment back in and secure it with the screws.
- This concludes the changing of the battery process.

7.5 Changing of the Fuse

Changing the fuse

Proceed as follows:

1. Isolate the device from its power supply and disconnect the power cord.

NOTICE! Pulling the power cable will damage it. Disconnect the power at the plug.

2. Release the fuse holder with a screwdriver.




Figure 7-2: Releasing the fuse holder with a screwdriver.

3. Carefully pull out the fuse holder.



WARNING! Unsuitable electrical fuse. Risk of fire. Insert the fuse specified in [section 8.3](#) only and never bypass the fuse.

4. Replace the faulty fuse.
 5. Carefully slide the fuse holder back in until it clicks into place.
- This concludes the fuse replacement.

7.6 Repair

Should you need to arrange a repair for the device, please contact one of our subsidiaries. Contact details can be found on the back of these instructions for use.

When you send in equipment, please enclose as accurate a **fault description** as possible, and record the item number and serial number of the product on the delivery note. You will find these details on the nameplate.



WARNING

Contaminated device

Risk of infection

- > Reprocess the device properly prior to shipping (*chapter 6*)
- > Clearly identify contaminated products as such

Send only thoroughly cleaned goods in for repair.

For shipping, please use the original packaging whenever possible. Affix a label to the outer packaging indicating the reprocessing status.

We reserve the right to refuse acceptance of unlabeled packages and to return them to sender.

7.7 Troubleshooting Table

Issue	Possible causes	Fixes
On-screen display set off	Aspect ratio set incorrectly	Correct the position of the on-screen display (section 4.1.2)
Image too dark, too little illumination	Glass surfaces on camera head are soiled	Clean glass surfaces
	Stubborn residue on the glass surfaces	Remove residue
	Light guide defective	Connect a new light guide. Send in for repair
	Camera brightness set too low	Increase camera brightness
	Endoscope optical system defective	If the image is too dark even without the camera, use a different endoscope and send in the endoscope for repair
	Light output set too dark	Increase the light output at the light source
No image on the monitor	No power supply	Connect and switch on devices (chapter 3)
	Fuse defective	Replace fuse (chapter 7)
	Controller incorrectly connected to monitor	Connect controller to monitor correctly (chapter 3)
	Video cable defective	Replace video cable
	Connection cable not connected or defective	Connect the camera head to the controller. Check the plug for moisture. If the cable is defective, send it in for repair
	Monitor not tuned in to the correct input signal	Set monitor for the correct input signal
Date / time not correct	Date / time not correctly set	Set the date / time correctly in the operating menu of the camera
	Battery empty or defective	Change the battery (section 7.4)
Light source switching on/off on its own	MIS-Bus fault in the camera	Disconnect camera and light source, send in camera for repair
	MIS-Bus fault in the light source	Disconnect camera and light source, send in light source for repair

Table 7-1: Troubleshooting table.

8 Product Data

8.1 Technical Data

Dimensions (W x H x D)	295 x 100 x 355 mm
Weight	4.39 kg
Current consumption	0.8 - 0.4A
Supply voltage	100-240V~, 50/60Hz
Protection class as per IEC 60601-1	Protection class I
Device fuse	T2.0AH 250V
Image refresh rate	50/60Hz (switchable)
Video outputs	2x DVI 1080p 2x HD-SDI 1080p
Interfaces	1x MIS-Bus 2x Remote IN, 2x Remote OUT 2x USB (95-3930) 1x USB (95-3910)
Degree of protection	IP 21
Classification as per IEC/CISPR 11	Group 1 Class B

8.2 Ambient Conditions

Transport and storage conditions

Temperature	-20 °C to +70 °C
Relative air humidity	5 % to 95 %
Atmospheric pressure	50 kPa to 106 kPa

Operating conditions

Temperature	+10 °C to +40 °C
Relative air humidity	5 % to 95 %
Atmospheric pressure	70 kPa to 106 kPa



CAUTION

Non-observance of the ambient conditions

Irreversible tissue damage to patient or undesirable coagulation, user injury, material damage

> Observe operating conditions as well as transport and storage conditions

8.3 Spare Parts and Accessories

Use original spare parts and accessories only.

Designation	Item number
Micro-fuse T2.0AH 250V, 5x20 mm	A075305
MIS-Bus cable, 2.25 m	A057635
MIS-Bus cable, 0.75 m	A059584
DVI cable, 2 m	A059579
3.5 mm jack plug cable, 1.2 m	A056998
Coaxial cable, 2 m	BNC-BNC.2
Power cord (country-specific)	on request
USB keyboard, German layout	PS00510
USB keyboard, US layout	PS00511
Foot switch	6226-ACAA-BZZZ-002
Battery type CR2032	A052755

Table 8-1: Spare parts and accessories.

8.4 Open-Source Licenses

Information on open-source licenses

The device uses open-source licenses. For more information on the terms governing their use, please refer to the supplied brochure specifying the open-source licenses used.

9 Disposal



WARNING

Contaminated device

Risk of infection

> The device must be reprocessed prior to disposal (*chapter 6*)

When disposing of or recycling the device and its components, you must adhere to the applicable national regulations governing waste disposal and recycling.

The product is packed in a polyethylene (PE) bag and a PE foam inlay (0.50 kg), as well as a corrugated cardboard box (1.18 kg). Other packing materials used are a cardboard insert (0.22 kg) and a membrane pad made of PE film and corrugated cardboard (0.30 kg).



Any product carrying this symbol must be disposed of separately through dedicated electrical and electronic devices recycling. Within the EU, such disposal is taken care of by the manufacturer free of charge.



SCHÖLLY FIBEROPTIC GMBH
Robert-Bosch-Str. 1-3
79211 Denzlingen
Germany

