

Razlaga simbolov

Standardni simboli

Na naših izdelkih in v naših dokumentih uporabljamo naslednje standardizirane simbole:



Oznaka CE. Izdelek izpolnjuje zahteve veljavnih uredb EU. Izdelki razredov večjega tveganja, za katere je pri certificiranju sodeloval priglašeni organ, nosijo oznako CE v povezavi z identifikacijsko številko priglašene organa.



Številka izdelka



Serijska številka



Medicinski pripomoček



Proizvajalec



Datum proizvodnje



Ni primerno za uporabo v magnetnem resonančnem okolju



Dovoljena temperatura med skladiščenjem in prevozom



Dovoljena relativna vlaga v zraku za skladiščenje in prevoz



Dovoljen zračni tlak za skladiščenje in prevoz



Številka serije



Pozor



Ločeno zbiranje odpadne električne in elektronske opreme



Vsebuje nevarne snovi



Povišana temperatura



Izhodna odprtina za lasersko sevanje



Nevidno lasersko sevanje (sprednja stran)



Potencialno nevarno optično sevanje (zadnja stran)



Število vključenih izdelkov glede na številko izdelka



Izravnava potenciala



Električna varovalka



Izmenični tok




Nesterilno, sterilizirajte pred vsako uporabo



Sterilizirano z radiacijo




Ne sterilizirajte ponovno



Sistem z enojno sterilno bariero



Krhko, ravnajte previdno



Zaščitite pred sončno svetlobo



Ne uporabljajte, če je embalaža poškodovana, in upoštevajte navodila za uporabo



Ne uporabljajte ponovno



Uporablja se lahko do



Prikazuje pooblaščenega zastopnika v Švici.



Priključek za USB



Uporabljeni del tipa BF v skladu z IEC 60601-1



Uporabljeni del tipa BF z zaščito pri uporabi defibrilatorjev



Uporabljeni del tipa CF v skladu z IEC 60601-1



Uporabljeni del tipa CF z zaščito pri uporabi defibrilatorjev



VKLOP/Stanje pripravljenosti



Preberite in upoštevajte navodilo za uporabo



Preberite in upoštevajte navodilo za uporabo



Splošna opozorila



Opozorilo o biološki nevarnosti in nevarnosti okužbe



Opozorilo o nevarni električni napetosti



Opozorilo o vročih površinah














Opozorilo o laserskem sevanju



Opozorilo o optičnem sevanju

Drugi simboli

Poleg standardnih simbolov uporabljamo tudi naslednje simbole na naših izdelkih in v naših dokumentih:

	Izdelek je primeren za sterilizacijo v avtoklavu
	Zapah
	Sprostitev
	Nastavitev beline
	Zajemanje fotografije
	Videoposnetek
	Kot predelan pripomoček («refurbished device«)
	Za prodajo ali predpisovanje tega izdelka na zdravniški recept veljajo omejitve v skladu z ameriško zvezno zakonodajo
	NIR-občutljivo
	Način slikanja NIR FI zeleno
	Način slikanja NIR FI kontrast
	Način slikanja NIR FI intenzivnost
	Aktivno videoposnetek
	Laser je vklopljen

TPO018-121-101

Version: 0

29 - Feb - 2024